最终报价表

所竞分标：__/__

项号	货物名称	货物品牌、型号规格、生产厂家及国别	技术参数、性能配置（包括标准配置和附加部件）	数量①	单价(元)②	单项合价（元）③=①×②	备注
1	超高清关节镜系统	运医之星、CS-4K1/DP-A12/PS-100A等、运医之星(上海)科技有限公司/中国 德美德、DA030054KA/DP0102/DP0202等、德美德(青岛)医疗器械有限公司/中国 南宇、GJ-2、杭州南宇医疗器械有限公司/中国	详见附件3：配置清单、附件4：技术参数	1套	1056000.00	1056000.00	注册证名称：4K医用内窥镜摄像系统、等离子手术设备、内窥镜手术动力设备、刨削刀头、关节内窥镜、关节镜附件、矫形骨科手术器械包、关节镜用手术钳
总报价（人民币大写）：壹佰零伍万陆仟元整（¥1056000.00元）							
交付时间：合同签订之日起60日内安装调试完毕并交付使用。							
根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》国办发〔2025〕34号的规定，我方为本政府采购项目提供的符合本国产品标准的产品成本之和占全部投标产品成本之和的比例达到100%。							

供应商（公章）新疆展楠医疗器械有限公司

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）

日　期：2026 年 11 月 23 日

竞标说明：

1.供应商报价表的每一页都必须加盖公章或签字，否则响应文件作无效处理。

2.响应报价指货物、服务、随配附件、备品备件、工具、货物运抵指定交货地点、安装、调试的各种费用和售后服务、税金及其它所有成本、费用的总和。

附件 1：分项报价明细

项号	分项货物名称	货物品牌、型号规格、生产厂家及国别	技术参数、性能配置（包括标准配置和附加部件）	数量①	单价(元)②	单项合价(元)③=①×②	备注
1	内窥镜摄像系统	运医之星、CS-4K1、CHC-411 等、运医之星(上海)科技有限公司/中国	详见附件 3：配置清单、附件 4：技术参数	1	327000	327000	注册证名称：4K 医用内窥镜摄像系统、等离子手术设备、内窥镜手术动力设备、刨削刀头、关节内窥镜、关节镜附件、矫形骨科手术器械包、关节镜用手术钳
2	医用内窥镜 LED 冷光源			1	95000	95000	
3	硬性关节内窥镜	德美德、DA030054KA/DP0102/DP0202 等、德美德(青岛)医疗器械有限公司/中国		2	42000	84000	
4	动力刨削及射频消融系统	运医之星、DMC-A12/DHP-A12 等、运医之星(上海)科技有限公司/中国		1	250000	250000	
5	关节镜手术工具（关节镜基础器械）	运医之星、YY-1300-260/ASF-IA005/ASF-2A007/ASF-2A008/ASF-2A001/ASF-2A009/ASF-2A071、运医之星(上海)科技有限公司/中国		1	150000	150000	
6	关节镜手术工具（肩关节基本器械）	运医之星、YY-1000-45/YY-1000-55/YY-1100-45/YY-1100-55/YY-1200-10 等、运医之星(上海)科技有		1	150000	150000	

		限公司/中国 南宇、GJ-2、杭州南宇医疗器械有限公司/中国					
总报价（人民币大写）：壹佰零伍万陆仟元整（¥1056000.00 元）							
交付时间：合同签订之日起 60 日内安装调试完毕并交付使用。							
根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》国办发〔2025〕34 号的规定，我方为本政府采购项目提供的符合本国产品标准的产品成本之和占全部投标产品成本之和的比例达到 100%。							
产品所执行的标准及标准号： 1、通用标准：GB 9706.1-2020 医用电气设备 第 1 部分：基本安全和基本性能的通用要求，GB 9706.218-2021 医用电气设备 第 2-18 部分：内窥镜设备的基本安全和基本性能专用要求，YY9706.102-2021 医用电气设备 第 1-2 部分 基本安全和基本性能的通用要求并列标准:电磁兼容 要求和试验。 2、射频专用标准：GB 9706.202-2021 医用电气设备 第 2-2 部分：高频手术设备及高频附件的基本安全和基本性能专用要求，YY／T 1409-2016 等离子手术设备，YY 1057-2016 医用脚踏开关通用技术条件。 3、刨削专用标准：YY／T 0955-2014 医用内窥镜 内窥镜手术设备 刨削器，YY 1057-2016 医用脚踏开关通用技术条件。 4、摄像专用标准：YY 1081-2011 医用内窥镜 内窥镜功能供给装置 冷光源，YY／T 1603-2018 医用内窥镜 内窥镜功能供给装置 摄像系统。							

附件 2：耗材报价

序号	产品名	型号	品牌	数量	价格
刨削动力					
1	双锯齿刀头（耗材）	AP0342S	运医之星	1	1150
2	斜面刃口刀头（耗材）	AP0442S	运医之星	1	1150
3	球型磨头（耗材）	AP0555S	运医之星	1	1150
等离子设备					
1	等离子电极（耗材）	PSE1303	运医之星	1	2800

附件 3：配置清单

配置清单

4K关节镜摄像系统（沪械注准20252060265、沪械注准20252010348）					
序号	产品名	型号	品牌	数量	价格
1	4K摄像主机	CMC-411	运医之星	1	
2	4K可高温高压摄像头	CHC-411	运医之星	1	
3	光纤		运医之星	1	
4K显示器					
1	4K显示器	32寸	运医之星	1	
刨削动力（沪械注准 20222040202）					
1	动力主机	DMC-A12	运医之星	1	
2	动力手柄	DHP-A12	运医之星	1	
3	动力脚踏	DFS-A11	运医之星	1	
3	双锯齿刀头	AP0342S	运医之星	1	
4	斜面刀口刀头	AP0442S	运医之星	1	
5	球型磨头	AP0555S	运医之星	1	
等离子设备（国械注准20243012036）					
1	射频主机	PSC100A	运医之星	1	
2	脚踏	FS01A	运医之星	1	
3	等离子电极	PSE1303	运医之星	1	
基础手术器械（沪械注准20252040518）					
1	骨探针	YY-1300-260	运医之星	1	
2	游离体抓钳	ASF-IA005	运医之星	1	
3	蓝钳（左弯）	ASF-2A007	运医之星	1	
4	蓝钳（右弯）	ASF-2A008	运医之星	1	
5	直卵圆蓝钳	ASF-2A001	运医之星	1	
6	直上翘蓝钳	ASF-2A009	运医之星	1	
7	反咬蓝钳	ASF-2A071	运医之星	1	
8	器械盒		运医之星	1	
肩关节器械（第一备案证沪松械备20200055号）					
1	开路器	YY-1000-45	运医之星	1	
2	开路器	YY-1000-55	运医之星	1	
3	丝攻	YY-1100-45	运医之星	1	
4	丝攻	YY-1100-55	运医之星	1	
5	软组织过线器（上90°）	YY-1200-10	运医之星	1	
6	软组织过线器（左45°）	YY-1201-10	运医之星	1	
7	软组织过线器（右45°）	YY-1202-10	运医之星	1	
8	单空推结器	YY-1901-90	运医之星	1	
9	骨探针	YY-1300-260	运医之星	1	
10	骨科定位器	YY-1400-30	运医之星	1	
11	骨科钻	YY-1500-28	运医之星	1	
12	骨膜剥离器	YY-1601-30	运医之星	1	
13	骨锉	YY-1700-260	运医之星	1	
14	骨锤	YY-1800-500	运医之星	1	
	骨科定位器				

15	（孟唇定位器） 需拆分为单独的3件	YY-1400-30	运医之星	1	
16	交换棒	YY-1401-20	运医之星	1	
17	抓线钳	ASF-1A050	运医之星	1	
18	剪线器	ASF-3A001	运医之星	1	
19	器械盒		运医之星	1	
	台车				
1	台车		运医之星	1	

配置清单					
序号	产品名	型号	品牌	数量	价格
4K关节镜镜子					
1	4.0mm，30°4K关节镜	DA030054KA	DEMED	2	
2	4.0mm双阀镜鞘	DP0102	DEMED	2	
3	钝头穿刺锥	DP0202	DEMED	2	
4	尖头穿刺锥	DP0203	DEMED	2	

技术参数、配置清单

一、肩关节器械			
产品名称	型号	技术参数描述	数量
0°或12.5°戳枪（缝合钩）	GJ-2	整机重量：≤1.2kg，手持长时间作业不累手 工作方式：单发按压式，接触式安全触发，不接触工件无法击发，安全性高 核心功能：枪体通用，可快速更换两种原装刀头：0°平口刀头：直槽开槽，用于铝型材平直开槽；12.5°斜口刀头：铝围边折角专用斜槽，折弯成型平整、无崩口，适配发光字铝边围边工。 开槽深度可调，行程稳定，槽口整齐，无毛刺，无需二次打磨。 气缸密封件采用耐油丁腈胶圈，长期连续作业不漏气、动力稳定。	1

附件 4：技术参数

4K 关节镜系统

1、超高清摄像主机

▲1.1 高清晰度摄像系统分辨率为：3840*2160 ；

视频输出可在以下模式分辨率间切换：3840 × 2160(4K UHD)、1920 × 1080(1080P)格式

1.2 摄像主机输出色彩深度：10bit；

1.3 可输出 4K 视频信号，同时具备多种数字视频输出接口，包括：SDI 接口 2 个、HDMI 接口 2 个、3 个 USB 数据接口、1 个 DVI 视频接口，或同等功能的其他 4K 数字视频接口（如 12G-SDI、DisplayPort、光纤接口等），满足多设备同步显示及转播需求。

1.4 图像扫描标准支持 60Hz，兼容主流显示制式，确保图像无闪烁。

1.5 内置菜单功能 16 种，包括但不限于：增益设置、背光调节、亮度调节、锐度调节、缩放设置、图像翻转、按键设置、曝光模式调节、快门设置、曝光亮度调节、色彩调节、对比度调节、降噪调节、日期时间设置、冻结功能、黑平衡等；

1.6 主机面板可设置功能包括：白平衡，亮度，色度，动态范围，锐度，降噪，增益调节，伽马，结构增强，去摩尔纹，拍照，录像，触摸屏锁屏功能、模式切换、背光调节、缩放调节等16种功能；

▲1.7 主机支持手术模式 12 种，包括但不限于：标准检查、腹腔镜检查、宫腔镜检查、纤维镜检查、耳鼻喉科/颅骨检查、膀胱镜检查、关节镜检查、激光检查、显微镜检查、自定义检查等；

1.8 主机具备手术录像功能，同步显示录像码率和已拍视频数量及 USB 存储设备剩余可录像时间。支持码率、帧率可调；

1.9 系统通过主机 USB 接口连接存储设备，支持拍照、录像功能；录像文件可采用通用视频格式（如 MP4、AVI 等）存储，便于后续调阅。软件升级可通过 USB 接口或网络接口实现。

2 超高清摄像头

▲2.1 超高清摄像头分辨率为：3840*2160；

2.2 摄像头图像传感器 1 个 CMOS 芯片，芯片尺寸 1/1.8 英寸；

2.3 摄像头控制按键 4 个，摄像头按键可分别自定义长按/短按功能，可自定义

功能 10 个；

2.4 摄像头具有 3 倍光学变焦功能；

2.5 摄像头防水性能符合 IPX8 防水等级的要求；

3 LED 冷光源

3.1 光源类型：LED 光源，具备两种光源类型。可提供实时的可见光和近红外光

3.2 光源显色指数：≥90；

3.3 光源可在 3000-7000k 色温范围内实现白平衡；

3.4 具有液晶显示操作屏，拥有中文调节菜单，屏幕尺寸 6.8 英寸；

3.5 主机面板可数字显示亮度值，0%到 100%可调；

3.6 具备出光防护功能：未连接光缆时，没有光输出；

3.7 具备出光补偿功能：实时检测出光强度，当出光强度衰减时，设备自动提高输出光强度；

3.8 电击防护等级：应用部分为 CF 型，适合直接用于心脏的应用部分；

3.9 具备可高温或低温消毒功能；

4 医用监视器

4.1 LED 屏幕 32 英寸；

4.2 分辨率：3840×2160；

4.3 视角范围：178°；

4.4 亮度：1050cd/m2；

4.5 对比度：1300-1；

4.6 响应时间：5ms；

4.7 支持高动态范围模式 HDR10；

4.8 图像输入输出具有 HDMI 接口、DisplayPort 接口、DVI 接口、3G-SDI 接口等数字接口；

4.9 具备镜像和旋转模式设置；

4.10 支持 2、3、4 路分屏功能及画中画功能；

5. 动力刨削及射频消融系统

5.1 配置射频消融系统与刨削动力系统，可采用分体独立主机结构；

5.2 射频消融切割功率参数可调，调节档位 13 极，提供不同切割效果；

5.3 刨刀正反转最大转速 5000rpm，往复最大转速 3000rpm；磨头最大转速 11000rpm。

5.4 主机自动识别刨刀、磨头类型；转速记忆功能，转速可根据需求进行设定；

5.5 通用大小刨刀和磨头，刨刀和磨头可涵盖运动医学大小关节手术；

5.6 脚踏控制器防水等级 IPX8；

5.7 手柄与刨削刀头连接采用快速锁定设计，具备连接到位确认机制（如触觉反馈、听觉提示或视觉标识），确保术中可快速、可靠更换刀头；

5.8 刨削系统的扭力高达 304mN. m。

6.关节镜手术工具（肩关节基本器械）：

左向鹤嘴钳

右向鹤嘴钳

左向肩袖缝合钳

右向肩袖缝合钳

抓线钳

组织抓钳，带锁定装置

缝线拉钩

推结器，空环

上弯 20° 刮刀

下弯 20° 刮刀

上弯剥离子

下弯剥离子

抓线钳（大口）

剪线器 2mm

3.0mm 直向探钩

4.0mm 交换棒

上弯 45° 戳枪

7.关节镜手术工具（关节镜基础器械）

3.0mm 探勾

3.4mm 0° 直向大嘴篮钳

3.4mm,30°,向右新月形半月板篮钳

3.4mm,30°,向左新月形半月板篮钳

3.4mm,左向勾剪

3.4mm 120mm 软组织抓钳，带锁定装置

3.4mm 游离体抓钳，带锁定装置

刮刀(向上弯曲 20°)

刮刀(向下弯曲 20°)

关节内窥镜技术参数

1、镜体直径：4mm；

2、Φ4mm,30°，长度175mm,关节镜及配套高流量套管、闭孔器、穿刺锥；

3、视场角：105°广角；

4、视向角：30°；

5、 分辨率：30Lp/mm；

6、可耐受高温高压灭菌；

7、内镜导光束接口兼容主流标准接口类型，或提供与采购光源匹配的转接方案，

关节内窥镜技术参数

1、4.0mm镜头，关节内窥镜镜面视野≥105°，可选视角包括0°，30°，70°

2、工作长度≥175mm

3、视场中心角分辨率 2.5C/°

4、304 不锈钢外壳无涂层，使用寿命长。

5、配套，镜鞘直径≤6mm

6、镜鞘与闭孔器配套使用

▲7、关节内窥镜可高温高压/低温等离子消毒

8、有效景深范围 3-150mm