二、开标一览表

开标一览表

项目名称：广西壮族自治区桂东人民医院彩色多普勒超声诊断仪一批采购

项目编号：HZZC2026-G1-990248-BJCJ

投标人名称：广西贰进制科技有限公司

所投标段：四标段

单位：元

<table>
<tr><th>项号</th><th>货物名称</th><th>货物品牌、型号规格、生产厂家及国别</th><th>技术参数、性能配置（包括标准配置和附加部件）</th><th>数量①</th><th>单价(元)②</th><th>单项合价（元）③=①×②</th><th>备注</th></tr>
<tr><td>1</td><td>便携式彩色多普勒超声诊断仪</td><td>品牌：迈瑞
型号规格：MX5T
生产厂家：深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司
国别：中国</td><td>（一）采购清单（广西壮族自治区桂东人民医院彩色多普勒超声诊断仪一批采购四标段）
<table>
<tr><th>序号</th><th>设备名称</th><th>数量</th><th>参数需求</th></tr>
<tr><td>1</td><td>便携式彩色多普勒超声诊断仪</td><td>1套</td><td>详见技术参数、性能（配置）及其他要求</td></tr>
</table>
（二）技术规格参数
1.设备用途及说明：用于腹部、产科、妇科（含经阴道腔内妇产科）、心脏、小器官、泌尿、</td><td>1套</td><td>248,000.00</td><td>248,000.00</td><td>无</td></tr>
</table>

			血管、儿科、神经、急重症等临床应用。 **2.主要技术规格及系统概述：** 2.1 系统通用功能 **2.1.1 15.6 英寸高分辨率 LED 显示器，可根据环境光变化自动调节亮度，可独立主机调节，角度 170°** **▲**2.1.2 **主机内置相同大小探头接口 3 个** 2.2 二维灰阶模式 2.2.1 组织谐波成像 2.2.2 组织特异性成像 2.2.3 多角度空间复合成像技术，3 档可调 2.2.4 斑点噪声抑制成像，7 档可调 2.2.5 B 图像偏转，支持最高 5 档可调 2.2.6 TGC 8 段、LGC 8 段 2.3 M 型成像模式 2.3.1 彩色 M 型 **2.3.2 解剖 M 型，取样线 3 线，可 360 度任意旋转** 2.4 彩色多普勒成像(包括彩色、能量、方向能量多普勒模式) 2.4.1 高分辨率血流成像 2.4.2 双实时同屏对比显示 2.4.3 自动调节取样框的角度				

			及位置 2.4.5 立体血流功能，支持彩色模式和能量模式，使血流呈现立体效果 2.4.6 取样框偏转：线阵探头支持 ±20 度，取样框可根据探头血流方向自动调节 2.5 频谱多普勒成像 2.6 脉冲多普勒、连续多普勒 2.7 自动计算心动周期 2.8 **PW 最大速度 729.17cm/s；CW 最大速度 3850cm/s** 2.9 一键自动优化(包括应用于二维、彩色、频谱模式、造影等) 2.10 穿刺针增强：应用于超声引导下的穿刺手术，动态增强超声图像中针体显示，具有双屏实时对比显示，增强前后效果，并支持自适应校正角度 2.11 造影成像：支持线阵，腔内探头 ▲2.12 应变式弹性功能 2.13 超声教学助手 **3 测量分析和报告** 3.1 常规测量软件包 3.2 血管内中膜自动测量，可同时进行血管前、后壁的内中膜一段距离的自动描记、自动生成测量数据结果				

			4 电影回放及原始数据处理 4.1 电影回放 4.2 所有模式下支持手动、自动回放 **4.3 支持向后存储和向前存储，时间长度可预置，向后存储 8 分钟的电影** 4.4 支持保存后的图像同屏对比分析(动态、静态) **4.5 原始数据处理支持冻结后动/静态图像参数调节：B 模式 18 项（TGC、增益、动态范围、灰阶图谱、伪彩图谱、iClear、翻转、旋转、LGC、双实时、自动拼接、横向标尺、平滑、放大、Dehaze、V1:1、参考线、边缘增强）、M 模式 9 项、彩色 6 项、PW 多项，可调参数合计 33 项。** **5 信息管理与存储** 5.1 256G SSD 固态硬盘 5.2 内置超声工作站，支持同步存储，即后台存储或导出图像数据的同时前台可以完成实时扫描，不影响检查操作 5.3 动态图像、静态图像以 PC 格式直接导出，无需特殊软件即能在普通 PC 机上直接观看图像。				

			▲5.4 可以通过无线或有线网络局域网将单帧图像或电影文件从超声系统分享到PC、手机或平板等设备 ▲5.5 通过扫描二维码实现图像分享 5.6 支持隐藏病人信息 6 连通性 6.1 主机内置 HDMI、USB3.0 、Type-c、网络接口 6.2 DICOM3.0 系统 6.3 多功能台车：可拆卸的储物篮，电源缆线专用放置架，防撞支架 6.4 专用旅行箱，可装载主机、探头及相关备件 7 配置 7.1 主机 1 台 7.2 凸阵探头 1 把，频率范围：1.5-6.0 MHz 7.3 线阵探头 1 把，频率范围：3.0-13.0 MHz 7.4 腔内凸阵探头 1 把，频率范围： 3.0-12.0 MHz				
总报价（人民币大写）：**贰拾肆万捌仟元整（¥248,000.00）**							
合同履约期限：**签订合同后 30 天内仪器设备安装调试结束并交付使用。**							
质保期：**设备安装完毕通过验收投入使用之日起 3 年。**							

注:

1.投标人的开标一览表必须加盖投标人公章，**否则其投标作无效标处理**。