

广西大德项目管理有限公司关于全自动核酸检测系统和生物安全柜采购项目的更正公告（二）

一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：LZZC2026-J1-990251-GXDD

原公告的采购项目名称：全自动核酸检测系统和生物安全柜采购项目

首次公告日期：2026 年 06 月 05 日

二、更正信息

更正事项：更正采购文件

更正内容：

序号	更正项	更正前内容	更正后内容
1	第一章“竞争性谈判公告”中“响应文件提交截止时间”	本项目因故暂停采购活动，恢复采购活动时间另行通知。	2026 年 07 月 01 日 09:20 (北京时间)
2	第一章“竞争性谈判公告”中“响应文件开启时间”	本项目因故暂停采购活动，恢复采购活动时间另行通知。	2026 年 07 月 01 日 09:20 (北京时间)
3	第三章“采购需求”序号 1“全自动核酸检测系统”的“技术参数及性能（配置）要求”	详见竞争性谈判文件	详见附件

更正日期：2026 年 06 月 24 日

三、其他补充事宜

1. 相关条款作相应变更，其余不变。

2. 网上查询地址：www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、zfcg.gxzf.gov.cn（广西壮族自治区政府采购网）、zfcg.lzscz.liuzhou.gov.cn（广西柳州政府采购网）。

四、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1. 采购人信息

名称：柳州市疾病预防控制中心

地址：柳州市潭中西路 1 号

联系方式：0772-2811539

2. 采购代理机构信息

名 称：广西大德项目管理有限公司

地 址：柳州市潭中东路 17 号华信国际 B 座 910

联系方式：0772-2120191

3. 项目联系方式

项目联系人：覃炳、余明华

电话：0772-2120191

广西大德项目管理有限公司

2026 年 06 月 24 日

附件：更正后内容

序号	标的的名称	数量及单位	技术参数及性能（配置）要求	所属行业
1	全自动核酸检测系统	1 台	（一）技术参数 ▲1. 设备功能：整套系统由全自动核酸提取模块、PCR 分析仪模块以及控制软件组成，集原管上样、核酸提取纯化、PCR 反应体系构建、PCR 板转移、板式/八联管封膜、扩增分析于一体，从样本处理到定量结果输出分析全流程实现闭环检测，所有实验过程无需人工干预； 2. 检测项目：支持 HIV RNA、HCV RNA、HBV DNA 项目核酸定量检测，同时可扩展支持其他实验项目； 3. 样本类型：支持多种样本类型(如全血、血清、血浆、咽拭子、培养液等) 提取，可实现多种样本的总 DNA/RNA 提取； 4. 检测原理及方法：样本处理采用磁珠法分离核酸，定量检测采用 PCR-荧光探针法，支持 2 个以上不同的检测项目同时进行核酸提取及 PCR 扩增； 5. 一次可装载样本量 1~96 个，支持 5ml 样本管，原始采血管，1.5-5ml 离心管、冻存管上机检测； 6. 能够在 4 小时内完成 96 个测试，支持连续上样，8 小时处理不少于 200 个测试； ▲7. 设备内置有离心机，可离心 8 连管/96 孔板； 8. 不少于 8 个可独立移动的加样通道，同时具有电容感应和压力感应方式，具备液面探测及凝块检测探测功能； 9. 吸头移液范围：5-1000 μl，$\leq 10\mu$l 时移液精密度 $CV \leq 5\%$，$\leq 50\mu$l 时移液精密度 $CV \leq 3\%$，$\geq 50\mu$l 时移液精密度 $CV \leq 2\%$； 10. 设备具有多仓物理隔离，独立的 HEPA 空气过滤及紫外消毒等措施； 11. 孵育模块温度范围：$\leq 4^{\circ}\text{C}$ 至 $\geq 99^{\circ}\text{C}$，升降温速度 $\geq 4.0^{\circ}\text{C/s}$，温度精度控制 $\pm 0.4^{\circ}\text{C}$，温度均匀性控制 $\pm 0.4^{\circ}\text{C}$，支持热盖功能； 12. 设备采用免维护 LED 激发光源，配备高灵敏度光电传感器，	工业

		检测通道不少于 4 个且波长范围涵盖 510nm-665nm，每一反应孔独立的光纤传输； 13. PCR 模块开放，可独立运行各类检测项目，具有常规变温 PCR 和高分辨溶解曲线检测分析功能，系统自动分析扩增曲线并完成定量结果计算，无需人工干预，报告病毒拷贝数单位及 IU/ml 国际单位两种结果； （二）标准配置 （1）主机（96 通量核酸提取+96 通量 PCR）1 套； （2）外置终端工作站、不停电电源装置（在使用过程中，遇到断电的情况下，须能保证设备正常运行至少 3 小时不受影响）、扫码枪、管托、彩色激光输出终端； （3）至少提供 48 人份 HIV-1RNA 定量检测试剂，48 人份 HIV-1 DNA 定量检测试剂，48 人份 HCV RNA 定量检测试剂。成交供应商派遣工程师到现场进行性能验证，并协助客户进行检测，通过客户的盲样考核。 （三）其他要求 （1）能采取内标定量方式进行实验与结果分析。HIV 核酸定量检测时，最低检测限不高于 30IU/ml (或 20 拷贝/ml)，检测线性范围能覆盖 30IU-10⁷IU/ml，检测靶标涵盖 HIV-1M 组、N 组、O 组基因型且至少涵盖 LTR、POL、GAG 三个基因保守区中的两个。HCV 核酸定量检测时，最低检测限不高于 25IU/ml (或 15 拷贝/ml)，检测线性范围能覆盖 25IU-10⁸IU/ml。 （2）每季度巡检 1 次； （3）每年免费培训≥2 人次 HIV/HCV 病毒载量检测技术。	
--	--	--	--