

二、响应报价表

响应报价表

项目名称：南宁市武鸣区中医医院2026 年第二批医疗设备

项目编号：NNZC2026-J1-100048-GXJT

分标： 标项3

供应商名称： 广西众鑫成达商贸有限公司

项号	货物名称	数量及单位①	品牌	规格型号	制造商	原产地	参数性能、指标及配置	单价②	竞标报价 ③=①×②
1	脊柱内镜手术系统	1套	UninTech; 凯卓; 联创优泰	UNTV-063.30.176; UNTA-040.25.150; UNT-EV100等详见货物配置清单	懋煜(青岛)医疗科技有限公司; 凯卓科技(北京)有限公司; 联创优泰(青岛)医疗科技有限公司	青岛、北京	一、椎间孔镜与配套器械 1. 椎间孔镜（脊柱内窥镜） 1 支 1.1 内窥镜、镜鞘（U型手柄工作套管）及手术器械、UBE镜子及手术器械、等离子设备同一品牌（品牌为：UninTech），以保证设备使用的安全性和兼容性。 1.2 多通道硬性光学内窥镜，工作长度176mm，外径6.3mm，器械通道3.75mm 1.3 视向角30°，视场角80° 1.4 两个带旋塞的灌洗通道 1.5 防刮擦的蓝宝石玻璃镜头 1.6 标准的光源/摄像接口，高放大率，色彩真实，可高温高压消毒灭菌 ▲1.7 能满足后路与侧路的椎间盘	630000.00	630000.00

						<p>突出摘除手术的需求手术器械 1套(对应品牌标准手术器械配置,详见全可视化脊柱内镜手术系统配置清单)</p> <p>1.8 咬骨钳长度320mm, 钳口宽度1.5mm</p> <p>1.9 神经剥离子长度330mm、神经拉钩长度330mm、骨凿(骨铲)长度320mm</p> <p>2.0 配备髓核钳(抓钳)5把, 蓝钳(弧形咬切钳)2把, 咬骨钳2把</p> <p>二、单侧双通道脊柱融合器械</p> <p>2. 关节镜(脊柱内窥镜)1支</p> <p>2.1. 配备的内窥镜、镜鞘及手术器械同一品牌(品牌为: UninTech), 以保证设备使用的安全性和兼容性。</p> <p>2.2. 视向角30°, 视场角100°</p> <p>2.3. 工作长度150mm</p> <p>2.4 配备配套的镜鞘与穿刺锥(定位针)</p> <p>2.5 可高温高压消毒灭菌</p> <p>▲2.6 能够满足镜下融合手术的器械1套(对应品牌标准手术器械配置, 详见UBE单侧双通道脊柱内镜融合手术系统配置清单)</p> <p>三、等离子射频手术系统</p> <p>3.1 工作频率:100KHz±5%, 输出功率350W, 工作温度: 40℃。))</p> <p>▲3.2 具有射频消融功能(双极射</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--

						<p>频电极消融)和等离子消融切割功能。</p> <p>▲3.3 具有内镜下切割消融和止血功能,能通过国家医疗器械检测部门对电极在内镜下使用的相关国家标准(GB 9706.218-2021)的检测。</p> <p>3.4 具有ABLATE(消融切割)、COAG(凝固止血)两种工作模式。</p> <p>3.5 等离子汽化切割:多档可调(具有0-9档可调);等离子凝固止血:多档可调(具有0-9档可调)。</p> <p>3.6 具有温控反馈技术:能够自动实时优化输出功率,以确保刀头在尽可能的低温度下稳定而高效的工作。</p> <p>3.7 智能识别、简易化:设备能自动识别刀头、脚踏开关、电源线,同时在设备上具有相应的显示及提示;能根据不同的临床需求及不同的刀头自动默认能量大小。</p> <p>3.8 电极采用双极设计,无需接负极板使用。</p> <p>3.9 设备使用年限10年;</p> <p>▲ 一次性射频等离子手术电极(高频内窥镜手术电极)790元/根;</p> <p>▲3.11UBE 用一次性使用消融电极针(一次性使用等离子手术电极)2800元/根。</p> <p>▲配置:椎间孔镜(脊柱内窥镜)、镜鞘(U型手柄工作套管)及配套器</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--

							械等、关节镜、镜鞘及配套手术器械，配套消毒盒、等离子射频手术系统及配套电极手柄等相关附属件，以上配置为标准配置（详见技术文件第30页-34页脊柱内镜手术系统配置清单）。		
报价合计（包含税费等所有费用）：（大写）人民币 <u>陆拾叁万元整</u> （¥ <u>630000.00</u> ）									
3_分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”）									

注：

1. 供应商需按本表格式填写，不得自行更改，也不得留空，如有多分标，按分标分别提供响应报价表。
2. 如为联合体响应的，“供应商名称”处必须列明联合体各方名称，并标注联合体牵头人名称，且盖章处须加盖联合体各方公章，**否则其响应作无效响应处理。**
3. 以上表格要求细分项目及报价，在“货物名称”一栏中，填写具体货物，**否则其响应作无效响应处理。**
4. 特别提示：采购机构将对项目名称和项目编号，成交供应商名称、地址和成交金额，主要成交标的的名称、规格型号、数量、单价、货物要求等予以公示。
5. 符合采购文件中列明的可享受中小企业扶持政策的供应商，请填写中小企业声明函。注：供应商提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

供应商名称（电子签章）：广西众鑫成达商贸有限公司

日期：2026 年 6 月 17 日