

二、响应报价表

项目名称： 南宁市武鸣区中医医院2026年第一批医疗设备（重1）

项目编号： NNZC2026-J1-100049-GXJT

分标： 标项1

供应商名称： 广西赐泰贸易有限公司

项 号	货物名称	数量 及单 位①	品牌	规格型 号	制造商	原产地	参数性能、指标及配置	单价②	竞标报价 ③=①×②
1	（台式） 彩 色 多 普 勒 超 声系统	1套	迈瑞	Consona N9 Pro	深圳迈瑞生物 医疗电子股份 有限公司	深圳市	▲1.适用范围 :满足全身多部位(腹部、浅表及小器官、心 血管、妇产科、弹性成像、介入超声等)的临床诊断和科研 教学，具有持续升级满足临床开展新应用需求。 2.主机成像系统及技术 ▲2.1 主显示器：23.8 英寸高分辨率液晶显示器，分辨率 1920 × 1080 2.2 操作面板触摸屏：15.6英寸高灵敏度彩色触摸屏 2.3 显示特性 :无闪烁、逐行扫描、可前后折叠、多角度 旋转调节 2.4 全域动态聚焦技术，全程发射及接收聚焦 2.5 数字化二维灰阶成像单元 2.6 数字化彩色多普勒成像单元 2.7 数字化频谱多普勒显示和分析单元(PW、CW、HPRF) 2.8 具备空间复合成像技术 2.9 实时二同步/三同步显示能力	1000000.00元	1000000.00元

						2.10 解剖 M 型技术, 支持3条取样线, 可360°旋转取样线 2.11 人工智能自动寻边测量技术 2.12 超宽视野成像扫描技术 2.13 微细血流成像技术 ▲2.14 应变式弹性成像功能及剪切波弹性成像功能 ▲2.15 造影及定量分析功能 2.16 立体血流显示 2.17 宽景成像(支持彩色宽景) 3、系统技术参数要求 ▲3.1 探头接口5个, 全部激活可互换通用 3.2 预设条件: 针对不同的检查脏器, 预置最佳化图像的检查条件, 减少操作时的调节, 及常用所需的外部调节及组合调节 3.3 具备耦合剂加热装置 3.4 二维、彩色、多普勒均可独立变频 3.5 内置超声工作站 : 数字化存储静态及动态图像, 使用 PC 通用格式直接存储 3.6 增益调节: TGC 8 段, LGC 8 段, B/M/D 独立可调 3.7 灰阶等级: 256 级 3.8 显示模式: PWD、HPRF、CWD 3.9 最大测量速度 : 10m/s(PWD) 3.10 最低测量速度 : 0.01mm/s 3.11 零位移动 : 13 级 ▲3.12 取样容积 : 0.5-30mm 多级可调 3.13 实时自动包络频谱并完成频谱测量计算 3.14 显示方式 : 速度图、能量图、方向性能量图 3.15 接收方式 : 独立接收和发射通道数, 多倍型号并进行处理 3.16 接收动态范围 : 300dB		
--	--	--	--	--	--	--	--	--

						3.17 具有双同步/三同步显示 3.18 超声功率输出调节:B/M、PWD、COLOR DOPPLER,输出功率选择分级可调 ▲3.19 探头规格 :配备2 把单晶体探头 单晶体腹部凸阵探头 :频率 1.2-6.0MHz 浅表线阵探头 :频率3.0-16.0MHz 单晶体心脏相控阵探头:频率 1.5-4.5MHz 腔内探头 :频率 3.0-12.0MHz ▲3.20 与医院 PACS 检查系统对接, 配合 PACS 与体检系统对接, 实现彩超设备检查结果与 PACS 系统、体检系统互联互通。 4、测量和分析 4.1 一般测量 :距离、周长、面积等 4.2 全科测量包(至少含腹部、妇科、产科、心脏、泌尿、小器官、儿科、血管、神经) 4.3 外周血管测量和计算功能; 4.4 多普勒血流测量与分析(含自动多普勒频谱包络计算); 4.5 心脏功能测量 5. 设备使用年限10年 6、配置 主机 1 台及附件(含腹部探头 1 把, 浅表探头 1 把, 相控阵心脏探头 1 把, 腔内探头 1 把, 泌尿穿刺架), 超声图文工作站 1 套 (含电脑, 彩色打印机、采集卡、稳压电源等)超声椅 1 把。		
报价合计 (包含税费等所有费用): (大写) 人民币 <u>壹佰万元整</u> (¥ <u>1000000.00</u> 元)								

1_分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无 ”）

注：

1. 供应商需按本表格式填写，不得自行更改，也不得留空，如有多分标，按分标分别提供响应报价表，否则按无效响应处理。
- 2.如为联合体响应的，“供应商名称 ”处必须列明联合体各方名称，并标注联合体牵头人名称，且盖章处须加盖联合体各方公章，否则其响应作无效响应处理。
3. 以上表格要求细分项目及报价，在“货物名称 ”一栏中，填写具体货物，否则其响应作无效响应处理。
- 4.特别提示：采购机构将对项目名称和项目编号，成交供应商名称、地址和成交金额，主要成交标的的名称、规格型号、数量、单价、货物要求等予以公示。
- 5.符合采购文件中列明的可享受中小企业扶持政策的供应商，请填写中小企业声明函。注：供应商提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

供应商名称（电子签章）：广西赐泰贸易有限公司

日期：2026年06月17日