

广西鸿礼工程咨询有限公司

2026 年医疗“补短板”项目（BSZC2026-G1-270140-GXHL）更正公告

一、项目基本情况

原公告的采购项目编号 BSZC2026-G1-270140-GXHL

原公告的采购项目名称：2026 年医疗“补短板”项目

首次公告日期：2026 年 9 月 7 日

二、更正信息

更正事项：☒招标公告 ☒招标文件 ☐中标结果

更正内容：

序号	更正项	更正前内容	更正后内容
1	第二章采购需求 一、项目技术规格参数及要求“数字血管造影 X 射线机（DSA）详细技术参数及配备要求”	2、球管系统：▲2.3 球管阳极热容量≥4MHU；	2、球管系统：●2.3 球管阳极热容量≥4MHU；
2	第四章 评标方法及 评标标准“三、评标标准”	技术分（满分 42 分） 产品技术响应（满分 12 分） （1）重要参数（满分 6 分） 一档（2 分）：经评审认定的重要参数有 1 项正偏离项。 二档（4 分）：经评审认定的重要参数有 2 项正偏离项。 三档（6 分）：经评审认定的重要参数≥ 3 项正偏离项。 说明：采购需求中标注“●”号的技术参数为重要技术参数，技术参数正偏离项须提供技术支持资料（技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料或白皮书或检测报告	技术分（满分 53 分） 产品技术响应（满分 23 分） （1）重要参数（满分 15 分） 采购需求中标注“●”号的技术参数为重要技术参数。投标人须提供技术性能资料（中文版技术白皮书、产品使用说明书或具体技术条款中明确规定的其他形式资料）予以佐证，并在《技术偏离表》中注明对应佐证页码。未按要求提供有效佐证材料，或者提供的佐证材料不能证明所响应技术参数的，按该项技术参数负偏离处理。 一档（0 分）：经评审认定的重要参数有≥3 项负偏离； 二档（5 分）：经评审认定的重要参数有 2

		机构出具的检测报告为准，同时须制造厂家（或一级授权代理商）盖章并用下划线醒目标识出所对应条款），正偏离项经评委认可的方可加分。 制造厂家：指的是产品注册证注明的生产厂商或生产厂商在中国的注册公司。 一级授权代理商：指的是由生产厂家直接授权的国内代理商。 （2）一般参数（未标注“▲”“●”号的参数指标）（满分6分） 一档（0分）：经评审认定的一般参数有≥3项负偏离项。 二档（2分）：经评审认定的一般参数有2项负偏离项。 三档（4分）：经评审认定的一般参数有1项负偏离项。 四档（6分）：经评审认定全部一般参数无负偏离项。	项负偏离 三档（10分）：经评审认定的重要参数有1项负偏离； 四档（15分）：经评审认定全部重要参数无负偏离。 2. 一般参数（满分8分） 采购需求中未标注“▲”“●”号的技术参数为一般技术参数。 一档（0分）：经评审认定的一般参数有≥4项负偏离； 二档（2分）：经评审认定的一般参数有3项负偏离； 三档（4分）：经评审认定的一般参数有2项负偏离； 四档（6分）：经评审认定的一般参数有1项负偏离； 五档（8分）：经评审认定全部一般参数无负偏离。 采购需求中标注“▲”号的技术要求，如招标文件明确属于实质性要求的，按照招标文件关于实质性响应的有关规定执行，不纳入上述评分项目重复评分。
		商务分（满分28分） 售后服务方案 分（满分20分） 一档（0分）：未提供售后服务方案或不能进入二档的。 二档（10分）：售后服务方案对售后服务承诺内容、服务响应体系、组织架构、故障处理的响应措施等售后服务内容有具体描述。设备在使用过程中发生质量问题，承诺在接到采购人通知后2小时内响应，24小时内到达采购人现场解决处理。 三档（15分）：在满足上二档的基础上，方案提供有售后服务人员名单，组织架构，联系电话等信息，承诺本项目产品有替代产品给采购人替换包装破损、产品质量问题等需替换产品。设备在使用过程中发生质量问题，承诺在接到采购人通知后1小时内响应，12小时内到达采购人现场解决处理。 四档（20分）：在满足上三档的基础上，列出产品可能出现的售后服务问题清单，编制有针对性的问题处理流程、保障流程，	商务分（满分17分） 售后服务方案 分（满分9分） 一档（0分）：未提供售后服务方案或不能进入二档的。 二档（3分）：售后服务方案对售后服务承诺内容、服务响应体系、组织架构、故障处理的响应措施等售后服务内容有具体描述。设备在使用过程中发生质量问题，承诺在接到采购人通知后2小时内响应，24小时内到达采购人现场解决处理。 三档（6分）：在满足上二档的基础上，方案提供有售后服务人员名单，组织架构，联系电话等信息，承诺本项目产品有替代产品给采购人替换包装破损、产品质量问题等需替换产品。设备在使用过程中发生质量问题，承诺在接到采购人通知后1小时内响应，12小时内到达采购人现场解决处理。 四档（9分）：在满足上三档的基础上，列出产品可能出现的售后服务问题清单，编制有针对性的问题处理流程、保障流程，主要品质保、售后服务等内容。设备在使用过

		主要产品质保、售后服务等内容。设备在使用过程中发生质量问题，承诺在接到采购人通知后 0.5 小时内响应，6 小时内到达采购人现场解决处理。	程中发生质量问题，承诺在接到采购人通知后 0.5 小时内响应，6 小时内到达采购人现场解决处理。
3	第二章采购需求 一、项目技术规格参数及要求“数字血管造影 X 射线机 (DSA) 详细技术参数及配备要求”	本项目采购需求中部分设备、软件功能及配套配置采用“永久使用”等表述	本项目采购需求及配置清单列明的设备、硬件、附件均属于本项目采购交付内容，其权属按照招标合同约定归采购人所有，不得以免费投放、借用、租赁等方式替代采购交付；属于软件及软件功能模块的，中标供应商应提供合法的软件许可使用权，其中招标文件要求永久使用的，在本项目设备正常使用期限内，采购人无需另行支付软件许可费、授权费或者功能开通费即可持续使用。软件著作权等知识产权仍依法归相关权利人所有
4	招标文件付款方式	付款方式：合同签订后，由业主按财政支付流程申请上级资金支付合同合计金额的 30%；全部货物交付并验收合格后由业主按财政支付流程支付申请上级资金支付合同合计金额的 50%；剩余合同合计金额的 20% 分 3 年完成支付；付款不计利息。	付款方式：合同签订后，由业主按财政支付流程申请上级资金支付合同合计金额的 30%；全部货物交付并验收合格后由业主按财政支付流程支付申请上级资金支付合同合计金额的 50%；剩余合同合计金额的 20% 分 3 年完成支付；付款不计利息。 如中标供应商属于中小企业的：合同签订生效且具备付款条件后支付合同金额的 30%；全部合同设备、配套硬件、软件功能及附件完成交付、安装调试并验收合格，且具备付款条件后支付剩余合同金额的 70%。相关款项在合同约定及法律法规规定的期限内支付。付款期限为自相应节点完成之日起 60 日内支付。
5	第六章 投标文件格式 投标函	2. 我方在投标之前已经完全理解并接受招标文件各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。 7. 以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。	2. 我方按照招标文件及其澄清、更正文件的要求编制并提交投标文件，并对投标文件所作出的响应及承诺承担相应责任。依法应当享有的权利以及法律法规另有规定的除外。 7. 如我方提交的材料存在虚假、隐瞒等依法应当承担法律责任的情形，我方愿意依法承担相应法律责任。
6	第二章采购需求 二、商务要求“培训”	培训 中标人对其提供产品或服务的使用和操作应尽培训义务。中标人应提供对采购人设备使用人员的基本培训，使采购人仪器设备使用人员熟练掌握所培训内容，熟练掌握全部功能，为采购人提供不少于 200 例专家带教手术，三年内不少于三次国家级介入实操培训，培训的相关费用包括在投标报价中，采购人不再另行支付。	后期培训要求 中标供应商应根据采购人设备使用及学科建设实际需要，在设备验收合格投入使用后提供持续的临床应用培训和技术支持服务，包括但不限于设备操作培训、设备功能应用培训、影像采集及后处理应用培训、设备临床应用技术交流以及现场应用技术支持等。在约定服务期内，中标供应商应根据采购人实际临床应用需求，提供累计不少于 200 例

			(次)的设备临床应用现场技术支持服务。上述技术支持仅限于与所投设备操作、功能应用、影像采集及后处理等有关的技术服务;涉及患者诊疗、手术操作、医师执业、会诊等医疗行为的,由采购人依法依规组织实施,不属于供应商直接承担的诊疗义务。
7	第二章采购需求 商务要求“验收”	技术培训 (A)由相关设备现场安装调试工程师对采购单位技术人员进行技术培训,包括仪器操作、软件操作、常见故障及排除等。 (D)由采购单位代表及相关设备现场安装调试工程师共同对该设备进行技术培训验收。	现场操作培训 (A)由相关设备现场安装调试工程师对采购单位技术人员进行现场操作培训,包括仪器操作、软件操作、常见故障及排除等。 (D)由采购单位代表及相关设备现场安装调试工程师共同对该设备进行现场操作培训验收。
8	开标(投标截止)时间	2026年9月29日9时00分	2026年10月10日9时00分

更正日期: 2026年9月23日

三、其他补充事宜

网上查询地址:中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广西壮族自治区政府采购网(<http://zfcg.gxzf.gov.cn/>)、全国公共资源交易平台(广西·百色)(<http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/bsggzy>)

四、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。

1、采购人名称:凌云县人民医院

地址:凌云县泗城镇镇洪村那盘屯

联系人:李鸿洸 联系电话:0776-7612090

2、采购代理机构名称:广西鸿礼工程咨询有限公司

地址:百色市右江区龙景街道办事处那毕村下屯58号

联系人:龙姣 联系电话:0776-2781118



广西鸿礼工程咨询有限公司

2026年9月23日