

云之龙咨询集团有限公司关于横州市人民医院超声内镜
系统采购项目（项目编号：NNZC2026-G1-270095-YZLZ）

更正公告

一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：NNZC2026-G1-270095-YZLZ

原公告的采购项目名称：横州市人民医院超声内镜系统采购项目

首次公告日期：2026 年 07 月 22 日

二、更正信息

更正事项：更正采购文件

更正内容：

序号	更正项	更正前内容	更正后内容
1	《第一章招标公告》项目概况	并于 2026 年 8 月 12 日 9 时 30 分（北京时间）前递交（上传）投标文件。	并于 2026 年 8 月 25 日 9 时 30 分（北京时间）前递交（上传）投标文件。
2	《第一章招标公告》四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点	1、提交投标文件截止时间和开标时间：2026 年 8 月 12 日 9 时 30 分（北京时间）	1、提交投标文件截止时间和开标时间：2026 年 8 月 25 日 9 时 30 分（北京时间）
3	《第一章招标公告》四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点	（4）开标地点：本次招标将于 2026 年 8 月 12 日 9 时 30 分（北京时间）在“广西政府采购云”平台电子开标大厅开标。	（4）开标地点：本次招标将于 2026 年 8 月 25 日 9 时 30 分（北京时间）在“广西政府采购云”平台电子开标大厅开标。
4	《第二章采购需求》超声内镜系统 技术参数要求（一）超声处理器	1. 具备声速补正功能；	删除；

5	《第二章采购需求》超声内镜系统 技术参数要求 (一) 超声处理器	3. 显示模式: 包括但不限于B模式、M模式、彩色多普勒、能量多普勒、脉冲波多普勒、组织谐波、复合谐波、造影谐波、弹性成像等;	3. 显示模式: 包括但不限于B模式、M模式、彩色多普勒、能量多普勒、脉冲波多普勒、组织谐波、造影谐波、弹性成像等;
6	《第二章采购需求》超声内镜系统 技术参数要求 (一) 超声处理器	▲15. 一体化设计: 可同时搭载内镜主机和超声主机;	15. 一体化设计: 可同时搭载内镜主机和超声主机;
7	《第二章采购需求》超声内镜系统 技术参数要求 (二) 超声电子十二指肠内窥镜(环扫)	▲4. 先端部直径(插入部): $\leq 11.5\text{mm}$, 软性部直径(插入部): $\leq 11.5\text{mm}$ 。	4. 先端部直径(插入部): $\leq 11.5\text{mm}$, 软性部直径(插入部): $\leq 12.2\text{mm}$;
8	《第二章采购需求》超声内镜系统 技术参数要求 (二) 超声电子十二指肠内窥镜(环扫)	5. 弯曲角度: 上 $\geq 190^\circ$, 下 $\geq 90^\circ$, 左 $\geq 100^\circ$, 右 $\geq 100^\circ$;	5. 弯曲角度: 上 $\geq 150^\circ$, 下 $\geq 70^\circ$, 左 $\geq 70^\circ$, 右 $\geq 70^\circ$;
9	《第二章采购需求》超声内镜系统 技术参数要求 (二) 超声电子十二指肠内窥镜(环扫)	6. 最小钳道内径: $\geq 2.8\text{mm}$;	6. 最小钳道内径: $\geq 2.2\text{mm}$;
10	《第二章采购需求》超声内镜系统 技术参数要求 (三) 超声电子十二指肠内窥镜(扇扫)	1. 具有抬钳器自动锁定装置;	1. 具有抬钳器锁定装置;
11	《第二章采购需求》超声内镜系统 技术参数要求 (三) 超声电子十二指肠内窥镜(扇扫)	▲6. 先端部直径(插入部): $\leq 14.0\text{mm}$, 软性部直径(插入部): $\leq 12.5\text{mm}$;	▲6. 先端部直径(插入部): $\leq 14.0\text{mm}$, 软性部直径(插入部): $\leq 12.6\text{mm}$;

更正日期: 2026 年 8 月 7 日

三、其他补充事宜

说明: 按采购人要求调整。

四、凡对本次公告内容提出询问, 请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名 称: 横州市人民医院

地址：广西壮族自治区横州市横州镇教育路 141 号

项目联系人：卢华芳、宋业勤

联系电话：0771-5460211

2. 采购代理机构信息

名 称：云之龙咨询集团有限公司

地 址：广西壮族自治区南宁市良庆区云英路 15 号 3 号楼云之龙咨询集团大厦 6 楼

联系电话：0771-2618199、2618118 、2611898

3. 项目联系方式

项目联系人：吴俞瑶、刘诗施

电话： 0771-2618199、2618118 、2611898