

崇左市人民医院 2026 年度医疗仪器计量检测服务项目（重）

采购需求

说明：

1. 为落实政府采购政策需满足的要求：

（1）本竞争性谈判文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）的规定。

2. 采购需求中带“▲”的条款为实质性条款，不满足作无效响应处理。

3. 供应商必须对响应文件中提供的证明材料和资质文件真实性负责，如出现虚假应标情况，供应商除了应接受有关部门的处罚外，还应依据《中华人民共和国民法典》的相关条款来进行赔偿。

4. 供应商应对竞标内容所涉及的专利承担法律责任，并负责保护采购人的利益不受任何损害。一切由于文字、商标、技术和软件专利授权引起的法律裁决、诉讼和赔偿费用均由成交供应商负责。

5. 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业名称：其他未列明行业

一、技术条款			
序号	服务名称	数量	服务内容及参数要求
1	崇左市人民医院 2026 年度医疗仪器计量检测服务项目（重）	1 项	1. 资质要求:检测机构必须具有CMA资质、CNAS认可、专项计量标准考核等核心资质，同时满足人员、设备、体系等配套要求，拥有法定计量授权的，予以加分。 2. 检测机构出具的检测/校准报告具有法律效力，可用于司法、行政、贸易结算等场景。 3. 必须安排专人对接工作，并提供上门接送设备等服务。 4. 根据采购人具体实际要求完成工作。 5. 正常情况下，从送检到完检并出具检定(校准)报告的时间不能超过15个工作日。 6. 检测机构必须提供带有防伪措施的纸质检定(校准)证书，以及电子证书(可在线查询、下载)。 7. 供应商应提供详细的项目服务方案，包括但不限于服务团队人员配置，服务内容（如上门接送设备服务、仪器设备及证书预约领取服务、费用结算）等。 8. 供应商应提供详细的计量服务方案，包括但不限于项目检定/校准服务依据标准、规范和文件；计量器具的检定、校准技术方案；用于计量检定/校准服务的仪器设备配置方案；项目组织计划及措施；项目质量、安全、环保保证措施等。 9. 公正性承诺需求： （1）供应商应保证计量检定/校准技术服务质量满足所参考的计量检定规程、校准规范、检定/校准方法及其他约定的技术依据。 （2）供应商应保证计量检定/校准数据科学、公正、准确，并就计量校准有关内容接受采购人监督和咨询。 （3）供应商应保证实验室无通报整改、暂停认可等不良记录。

▲二、商务条款	
合同签订期	合同签订期限：自成交通知书发出之日起 15 日内。
服务期限	服务周期： 2 年。
服务地点	广西崇左市，采购人指定地点。
报价要求	1. 供应商按《崇左市人民医院医疗仪器计量检测清单及控制价》逐项进行报价（详见第五章响应报价明细表），如有缺项、漏项、或任意一项单价报价超过单价最高限价的视为响应无效。 2. 本项目服务费采用包干制，含上门接送设备、计量服务专用设备费用、服务人员人工费用、差旅、保险、管理服务成本、法定税费等一切应尽费用。供应商不得以任何理由要求另外增加服务费或要求采购人另行支付其他任何费用。 3. 属于强制检定的设备、仪器的计量检测报价应为 0 元。
付款要求	付款方式： （1）本项目无预付款。服务费用按季度进行结算，甲乙双方根据合同检定设备单价和实际计量检测并验收合格设备数量结算。乙方在每季度结束后<u>30</u>日内，向甲方提供上一季度的合法有效的发票及结算资料（检测清单、验收单等），双方确认无误后，甲方在完成材料审核后<u>10</u>个工作日内将上季度服务费以银行转账方式支付给乙方。 （2）乙方根据结算金额开具等额增值税专用发票，甲方在收到乙方开具的增值税专用发票并核对无误后，通过银行转账的方式支付给乙方。因乙方原因逾期未报送相关材料所产生的责任及损失由乙方承担。

其他商务要求	1、知识产权：采购人在中华人民共和国境内使用承检机构提供的项目成果与服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。 2、项目成果使用权：归属采购人。 3、成交供应商须承诺按照符合现行国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范有关文件要求执行。服从采购人对项目实施的安排，遵守有关规定，接受项目监管。 4、成交供应商必须按照采购文件、采购人要求以及响应文件响应的承诺提供优质的项目服务。
---------------	---

附件 1：《崇左市人民医院医疗仪器计量检测清单及控制价》

崇左市人民医院医疗仪器计量检测清单及控制价						
序号	项目名称	仪器名称	每年计量数量 (台/套)	单价最高 限价(元)	2 年总价(元)	备注
1	非强检 仪器	三用恒温水槽	2	380.00	1,520.00	
2		低速台式离心机	24	400.00	19,200.00	
3		恒温水浴箱	2	350.00	1,400.00	
4		体重秤	27	150.00	8,100.00	
5		电子体重秤	6	150.00	1,800.00	
6		婴儿秤	7	150.00	2,100.00	
7		输液泵	85	210.00	35,700.00	
8		注射泵	108	210.00	45,360.00	
9		双道微量注射泵	120	300.00	72,000.00	
10		医用冰箱	92	500.00	92,000.00	
11		三通道注射泵	12	400.00	9,600.00	
12		孵育器	1	400.00	800.00	
13		电子天平	9	250.00	4,500.00	
14		血液透析滤过装置	53	800.00	84,800.00	
15		干燥箱	3	400.00	2,400.00	
16		显微镜	21	300.00	12,600.00	
17		彩色多普勒超声诊断仪	27	600.00	32,400.00	
18		生物安全柜	11	1,000.00	22,000.00	
19		体外除颤监护仪	18	600.00	21,600.00	
20		超净工作台	4	1,000.00	8,000.00	
21		新生儿黄疸治疗箱	4	520.00	4,160.00	
22		婴儿培养箱	18	520.00	18,720.00	
23		婴儿辐射保暖台	9	520.00	9,360.00	
24		血液运输箱	5	520.00	5,200.00	
25		多功能麻醉机	13	650.00	16,900.00	
26		电热恒温培养箱	1	520.00	1,040.00	
27		有创呼吸机	64	560.00	71,680.00	

28		胎儿/母亲监护仪	22	600.00	26,400.00	
29		超声多普勒胎儿监护仪	3	600.00	3,600.00	
30		胎心多普勒仪	8	600.00	9,600.00	
31		冰箱室温多用温度计	50	80.00	8,000.00	
32		毛发式温湿度表	50	100.00	10,000.00	
33		刻度吸量管	6	65.00	780.00	
34		温湿度记录仪	4	180.00	1,440.00	
35		移液器	69	135.00	18,630.00	
36		电导率测定仪	3	250.00	1,500.00	
37		八通道移液器	2	300.00	1,200.00	
38		二氧化碳细胞培养箱	2	500.00	2,000.00	
39		医用直线加速器	1	3,000.00	6,000.00	
40		分度吸管	7	80.00	1,120.00	
41		温湿度表	11	150.00	3,300.00	
42		定性扩增仪	1	1,600.00	3,200.00	
43		压力表	50×2	40.00	8,000.00	“×2”指 每年2次
44		肺功能仪	2	800.00	3,200.00	
45		冷库	3	700.00	4,200.00	
46		恒温摇床	1	500.00	1,000.00	
47		超声骨密度仪	2	700.00	2,800.00	
48		超声波身高体重测量仪	4	400.00	3,200.00	
49		核磁共振成像系统	2	4,500.00	18,000.00	
50		高频电刀	17	700.00	23,800.00	
51		空氧混合器	6	320.00	3,840.00	
52		干式恒温金属浴	1	400.00	800.00	
53	强检仪器	数字心电图机	45	0.00	0.00	
54		多参数监护仪	360	0.00	0.00	
55		移动式数字医用X射线摄影系统DR	2	0.00	0.00	
56		医用乳腺X射线摄像系统	1	0.00	0.00	
57		数字医用X射线摄影系统DR	2	0.00	0.00	
58		全身双能X线骨密度	1	0.00	0.00	

		仪				
59		医用诊断螺旋计算机断层摄影装置(CT)X射线辐射源	3	0.00	0.00	
60		医用诊断全景牙科 X 射线摄像系统	1	0.00	0.00	
61		医用诊断数字减影血管造影(DSA)系统 X 射线辐射源	2	0.00	0.00	
62		移动式C形臂 X 射线机	2	0.00	0.00	
63		数字化车载 X 射线摄影系统	1	0.00	0.00	
64		验光机	3	0.00	0.00	
65		镜片箱	2	0.00	0.00	
66		脑电图机	1	0.00	0.00	
67		焦度计	1	0.00	0.00	
合计			1,550		770,550.00	