

八步区桂岭中心卫生院彩色多普勒诊断仪采购
项目（重）

竞争性谈判文件

项目编号：HZZC2026-J1-020041-QHZX

采 购 人：八步区桂岭中心卫生院

采购代理机构：广西启航工程咨询有限公司

2026 年 7 月 31 日

目 录

第一章 竞争性谈判公告.....	2
第二章 供应商须知.....	6
供应商须知前附表	6
供应商须知正文	15
第三章 评标办法.....	30
评标办法前附表	30
评标办法正文	34
第四章 合同条款及格式.....	36
第五章 技术规格和标准.....	36
第六章 响应文件（格式）.....	44
第七章 项目需求和说明.....	65

项目名称：八步区桂岭中心卫生院彩色多普勒诊断仪采购项目（重）

项目编号：HZZC2026-J1-020041-QHZX

第一章 竞争性谈判公告

广西启航工程咨询有限公司关于八步区桂岭中心卫生院彩色多普勒诊断仪采购项目（重） （采购项目编号：HZZC2026-J1-020041-QHZX）竞争性谈判公告（远程异地评标）

项目概况

八步区桂岭中心卫生院彩色多普勒诊断仪采购项目（重）采购项目的潜在供应商应在广西政府采购云平台(<https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/>)获取采购文件，并于 2026 年 8 月 6 日 9 时 00 分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：HZZC2026-J1-020041-QHZX

项目名称：八步区桂岭中心卫生院彩色多普勒诊断仪采购项目（重）

采购方式：竞争性谈判

预算金额（元）：1300000.00 元

最高限价：1300000.00 元

采购需求：采购彩色多普勒诊断仪设备一套；具体内容要求详见竞争性谈判文件第七章“项目需求和说明”。

合同履行期限：所有货物自合同签订之日起 20 日内到货并全部安装调试完毕且验收合格。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3. 本项目的特定资格要求：分标 1 供应商按照《医疗器械监督管理条例》（国务院令 739 号）医疗器械分类管理要求具备有效的医疗器械经营备案凭证或者经营许可证，且经营范围必须包含所投采购标的[符合《医疗器械监督管理条例》第四十一条第二款规定的除外]；或者供应商具有《医疗器械监督管理条例》第四十三条规定的注册人凭证。

三、获取采购文件

时间：2026 年 7 月 31 日至 2026 年 8 月 5 日，每天上午 00:00 至 12:00，下午 12:00 至 23:59（北京时间，法定节假日除外）。

地点：广西政府采购云平台（<https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/>）

方式：网上下载。本项目不发放纸质文件，潜在供应商自行登录广西政府采购云平台

项目名称：八步区桂岭中心卫生院彩色多普勒诊断仪采购项目（重）

项目编号：HZZC2026-J1-020041-QHZX

<https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/>在线申请获取采购文件；

采购文件售价（元）：0。

四、响应文件提交

截止时间：2026年8月6日9时00分（北京时间）；

地点：通过广西政府采购云平台电子在线投标响应。

五、开启

时间：2026年8月6日9时00分（北京时间）；

地点：通过广西政府采购云平台实行在线解密开启。（本项目不要求竞标供应商到达开标现场，但供应商应派法定代表人或委托代理人准时在线出席电子开评标会议，随时关注开评标进度，如在开评标过程中有电子询标，应在规定的时间内对电子询标函进行澄清回复）。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1. 本项目需要落实的政府采购政策：①《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、②《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、③《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、④强制采购节能（节水）产品、优先采购节能（节水）产品、环境标志产品、⑤政府采购支持采用本国产品的政策等相关法律法规。

2. 未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（以评审阶段通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国执行信息公开网（<https://zxgk.court.gov.cn/>）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询的结果为准）。

3. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

4. 发布公告的媒介：在中国政府采购网、广西壮族自治区政府采购网发布。

5. 监督部门：贺州市八步区政府采购服务中心，

联系电话：0774-5281873。

6. 竞标保证金（人民币）：壹万元整（¥10000.00）。

竞标保证金缴纳形式：可以支票、本票、汇票、转帐（电汇）或者金融机构、担保机构出具的保函（担保）等非现金形式提交。采用支票、汇票、本票或者保函等方式的，供应商必须在首次响应文件提交截止时间前将支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函（电子保函除外）保险等

项目名称：八步区桂岭中心卫生院彩色多普勒诊断仪采购项目（重）

项目编号：HZZC2026-J1-020041-QHZX

原件提交给采购代理机构。否则视为无效谈判保证金。

采用金融机构、担保机构出具保函（担保）方式的，必须为无条件保函（担保），保函（担保）有效期不得低于竞标有效期；采用银行转账、电汇方式的，必须从供应商的基本账户转账或电汇到以下指定的竞标保证金专用账户；采用支票、本票、汇票方式的，出票人应为供应商（本票除外），收款人为采购人；不符合上述规定的，其响应文件按无效处理。

开户名称：广西启航工程咨询有限公司

开户银行：中国农业银行贺州市世纪支行

账 号：20325701040016363

竞标保证金有效期：竞标保证金有效期与竞标有效期一致。

退保证金电话：0774-5139676

7. 在线投标响应（电子投标）说明：

（1）供应商应为广西政府采购云平台正式入驻供应商，并在投标前完成 CA 数字证书办理；

（2）供应商应安装“投标客户端”；

（3）电子交易具体流程详见操作指南：以供应商身份登录广西政府采购云平台，通过广西政府采购云平台页面右侧的采小蜜-帮助文档，搜索条内搜索“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”，或者进入项目采购模块-操作流程-电子招投标，点击查看“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”进行全流程学习；

（4）如有疑问，可致电广西政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763；

8. 本项目采用远程异地评标。评审地址：（主场）广西启航工程咨询有限公司（贺州市八步区灵峰社区公安局东南面搬迁规划编号 17 号二层），（副场）百色市右江区龙腾路 13 号龙晟国际写字楼 10 层 1001 号（广西安锦工程咨询有限公司）。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名 称：八步区桂岭中心卫生院

地 址：贺州市八步区桂岭镇北门街 137 号

联 系 人：韦祖起

联系方式：0774-5531322

2. 采购代理机构信息

名 称：广西启航工程咨询有限公司

地 址：贺州市公安局东南面搬迁用地 17 号二层

项目名称：八步区桂岭中心卫生院彩色多普勒诊断仪采购项目（重）

项目编号：HZZC2026-J1-020041-QHZX

联 系 人：罗柳霞

联系方式：0774-5139676

3.项目联系方式

项目联系人：罗柳霞

电 话：0774-5139676

采购人：八步区桂岭中心卫生院

采购代理机构：广西启航工程咨询有限公司

2026 年 7 月 31 日

项目名称：八步区桂岭中心卫生院彩色多普勒诊断仪采购项目（重）

项目编号：HZZC2026-J1-020041-QHZX

第二章 供应商须知

供应商须知前附表

条款号	条款名称	内容
1.1.2	采购人	采购人名称：八步区桂岭中心卫生院 地址：贺州市八步区桂岭镇北门街 137 号 联系人：韦祖起 联系电话：0774-5531322
1.1.3	采购代理机构	采购代理机构名称：广西启航工程咨询有限公司 地址：贺州市公安局东南面搬迁用地 17 号二层 联系人：罗柳霞 联系电话：0774-5139676
1.1.4	项目名称及编号	项目名称：八步区桂岭中心卫生院彩色多普勒诊断仪采购项目（重） 项目编号：HZZC2026-J1-020041-QHZX
1.1.5	项目基本情况	1. 采购需求：采购彩色多普勒诊断仪设备一套；具体内容要求详见竞争性谈判文件第七章“项目需求和说明”。 2. 质量标准：符合国家及行业标准。 3. 合同履行期限：所有货物自合同签订之日起 20 日内到货并全部安装调试完毕且验收合格。
1.2.1	资金来源、落实情况	财政资金，已落实。
1.2.2	增值税计税方法	/
1.3.1	供应商资格要求	1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2. 落实政府采购政策需满足的资格要求： <u>无</u> 3. 本项目的特定资格要求：分标 1 供应商按照《医疗器械监督管理条例》（国务院令 第 739 号）医疗器械分类管理要求具备有效的医疗器械经营备案凭证或者经营许可证，且经营范围必须包含所投采购标的[符合《医疗器械监督管理条例》第四十一条第二款规定的除外]；或者供应商具有《医疗器械监督管理条例》第四十三条规定的注册人凭证。

项目名称：八步区桂岭中心卫生院彩色多普勒诊断仪采购项目（重）

项目编号：HZZC2026-J1-020041-QHZZ

条款号	条款名称	内容
1.3.2	是否接受联合体投标	不接受
1.3.3	供应商不得存在的其他情形	1. 未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（以评审阶段通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询的结果为准）。 2. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
1.8.1	踏勘现场	不组织
1.9.1	分包	不允许分包。
2.2.2	提交首次响应文件截止时间	2026年8月6日9时00分
	澄清或修改发布方式	在竞争性谈判公告发布媒介上发布
2.2.3	供应商确认收到澄清或修改的方式	不需要确认。澄清（修改）文件在本章第 2.2.2 款规定的网站上发布之日起，视为供应商已收到该澄清或修改。供应商未及时关注采购人在网站上发布的澄清（修改）文件造成的损失，由供应商自行负责。
3.1.1	响应文件组成	响应文件的组成部分：报价文件、资格文件、商务技术文件、供应商认为需要提供的其他资料。（不分册） 一、报价文件 （一）开标一览表 二、资格审查部分【以下扫描件均须加盖供应商单位公章】 （一）法定代表人（负责人）身份证明原件，附：法定代表人（负责人）二代居民身份证扫描件；（必须提供） （二）法定代表人（负责人）授权委托书原件，附：委托代理人二代居民身份证扫描件；（委托代理人签署响应文件时提供）

条款号	条款名称	内容
		（三）供应商基本情况表，附： （1）有效的医疗器械经营备案凭证或者经营许可证或者《医疗器械监督管理条例》第四十三条规定的注册人凭证等证明文件扫描件；（必须提供） （2）政府采购供应商信用承诺函（必须提供，格式详见第六章）。 （四）竞标保证金缴纳证明材料，附： （1）竞标保证金银行转账（电汇）底单扫描件或支票、汇票、本票票据扫描件或保函、担保、保险扫描件；（受疫情影响的中小微企业无须提供） （2）供应商的基本账户开户许可证（或《基本存款账户信息》凭证）扫描件；（必须提供） （五）资格审查需要的其他材料： （1）中小企业声明函或者残疾人福利性单位声明函或者供应商属于监狱企业的证明材料；（本项目如为专门面向中小企业采购时必须提供，否则响应文件按无效响应处理） （2）《关于符合本国产品标准的声明函》或者财政部会同有关部门规定的有关证明文件（如有，请提供）；（项目涉及非本国产品参与时，供应商应根据自身响应情况出具） （3）无串通投标行为的承诺函；（必须提供） 三、商务技术部分 （一）竞标函；（必须提供） （二）竞标函附录；（必须提供） （三）商务要求偏离表；（必须提供） （四）技术偏离表；（必须提供） （五）售后服务承诺（格式自拟）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）。 四、供应商认为需要提供的其他资料（如有）
3.1.5	资格审查需要的其他材料	/

条款号	条款名称	内容
3.2.2	上限控制价	本项目的上限控制价为人民币 <u>壹佰叁拾万（¥1300000.00）</u> 。供应商的竞标报价（包括最后报价）不得超过上限控制价，否则其响应文件按无效处理。
3.2.3	竞标报价的其他要求	谈判过程未对谈判文件作出的实质性变动的，供应商最后报价应当不高于其第一次报价。
3.3.1	竞标有效期	60 日历天
3.4.1	竞标保证金	竞标保证金金额为：人民币壹万元整（¥10000.00）； 扶持政策：对风险较低、规模较小的采购项目，受疫情影响的中小微企业（在提供真实可信证明材料的前提下），可免收竞标保证金。 竞标保证金缴纳形式：可以支票、本票、汇票、转帐（电汇）或者金融机构、担保机构出具的保函（担保）等非现金形式提交。采用支票、汇票、本票或者保函等方式的，供应商必须在首次响应文件提交截止时间前将支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函（电子保函除外）保险等原件提交给采购代理机构。否则视为无效谈判保证金。 采用金融机构、担保机构出具保函（担保）方式的，必须为无条件保函（担保），保函（担保）有效期不得低于竞标有效期；采用银行转账、电汇方式的，必须从供应商的基本账户转账或电汇到以下指定的竞标保证金专用账户；采用支票、本票、汇票方式的，出票人应为供应商（本票除外），收款人为采购人；不符合上述规定的，其响应文件按无效处理。 开户名称：广西启航工程咨询有限公司 开户银行：中国农业银行贺州世纪支行 账 号：20325701040016363 竞标保证金有效期：竞标保证金有效期与竞标有效期一致。 退保证金电话：0774-5139676
3.5.3	签字和（或）盖章要求	对响应文件的澄清、说明或者更正应当由供应商通过广西政府采购云平台进行，且交换的数据电文必须进行 CA 电子签章。 特别说明：响应文件的签字和（或）盖章应采用 CA 电子签章。如 CA 签章没有法人（负责人）或授权代表签名信息，供应商可在响应文件中涉及

项目名称：八步区桂岭中心卫生院彩色多普勒诊断仪采购项目（重）

项目编号：HZZC2026-J1-020041-QHZX

条款号	条款名称	内容
		到签名的位置线下签好字然后扫描或者拍照做成 PDF 的格式即可。
3.5.4	响应文件份数及其他要求	供应商在广西政府采购云平台提交电子版响应文件； 纸质响应文件要求：成交供应商应在采购合同签订前将已签字和（或）盖章的纸质版响应文件（需与广西政府采购云平台提交的电子版响应文件内容一致）递交至本项目采购代理机构处； 纸质版响应文件份数要求：正本：壹份，副本：贰份。
4.1.2	提交响应文件地点	通过广西政府采购云平台电子在线投标响应
4.1.3	是否退还响应文件	否
4.3.1	响应文件解密开始时间及解密时限	解密开始时间：同提交首次响应文件截止时间 解密时限：30 分钟
5.1	开标时间和地点	开标时间：同提交首次响应文件截止时间 开标地点：同提交首次响应文件地点
6.1	谈判小组组成	本竞争性谈判采购项目的谈判小组由 3 人组成；采购单位代表 1 人，随机抽取的评标专家 2 人（其中市外专家人数：1 人）。 评标专家确定方式：由采购人授权采购代理机构在广西政府采购云平台评标专家库中随机抽取。 是否远程抽取评委及远程异地评标：☒是 ☐否 评标地址：评标主场设在广西启航工程咨询有限公司（贺州市八步区灵峰社区公安局东南面搬迁规划编号 17 号二层），评标副场设在百色市右江区龙腾路 13 号龙晟国际写字楼 10 层 1001 号（广西安锦工程咨询有限公司）。
6.2.1	谈判时间与谈判地点	谈判时间：具体时间由代理机构另行通知。 谈判地点：同开标地点。 说明：谈判程序将通过广西政府采购云平台开展。
6.2.2	谈判过程中可能实质变得内容	谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。
6.3.1	评标方法	最低评标价法
7.1	是否授权谈判小组	是

项目名称：八步区桂岭中心卫生院彩色多普勒诊断仪采购项目（重）

项目编号：HZZC2026-J1-020041-QHZX

条款号	条款名称	内容
	确定成交供应商	
7.2.1	成交结果公告发布媒介	在竞争性谈判公告发布媒介上发布
7.3.1	履约保证金	本项目不需提交履约保证金。 履约保证金的形式：/。 履约保证金的金额：/。
7.4.1	合同签订时间	中标单位需在中标(成交)通知书发出之日起 25 日内与采购人签订合同。
10.2.1	质疑受理部门及质疑函接收方式	通过广西政府采购云平台“质疑模块”提出质疑或由供应商法定代表人(负责人)(持法定代表人身份证明书原件及本人二代居民身份证原件)或其授权委托代理人(持法定代表人(负责人)授权委托书原件、法定代表人(负责人)身份证明书原件、法定代表人(负责人)二代居民身份证复印件、本人二代居民身份证原件及复印件)将符合《政府采购质疑和投诉办法》(财政部令第 94 号)规定的质疑函原件以书面形式递交至： 受理部门：广西启航工程咨询有限公司 联系电话：0774-5139676 通讯地址：贺州市八步区灵峰社区公安局东南面搬迁规划编号 17 号二层。 质疑应符合《政府采购质疑和投诉办法》(财政部令第 94 号)规定。
10.3.1	投诉受理部门	受理部门：贺州市八步区政府采购服务中心 受理电话：0774-5281873
11	其他补充内容	
11.1	词语释义	
11.1.1	法人或者其他组织的营业执照等证明文件	法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人； 其他组织主要包括合伙企业、民办非企业单位、个体工商户等。 如供应商为企业法人、合伙企业或个体工商户的，应具有登记管理机关核发的有效的营业执照；供应商为事业单位法人的，应具有有效的事业单位法人证书；供应商为社会团体法人，应具有登记管理机关核发的有效的社会团体登记证书；供应商为民办非企业单位的，应具有登记管理机关核发的有效民办非企业单位登记证书；供应商为非企业专业服务机构的，应具有执业许可证等证明文件。

条款号	条款名称	内容
		“其他组织”可以参加政府采购活动，但法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的除外。
11.1.2	法定代表人（负责人）	本文所指的“法定代表人（负责人）”包括企业法人、机关单位法人、事业单位法人、社会团体法人的法定代表人，合伙企业的执行事务合伙人，民办非企业单位的法定代表人或单位负责人，个体工商户的经营者等代表单位行使职权的主要负责人。
11.1.3	重大违法记录	指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
11.1.4	小微企业	本文所指中小企业系指《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）中规定的中小企业； 中小企业参加政府采购活动，应当出具符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。《中小企业声明函》格式见第六章。 备注：供应商可通过国务院客户端和工业和信息化部网站上“中小企业规模类型自测小程序”识别企业规模类型。
11.1.5	残疾人企业	本文所指残疾人企业应满足以下要求： （1）根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）被划分为享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位； （2）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
11.1.6	监狱企业	监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

条款号	条款名称	内容
11.1.7	节能（节水）产品、环境标志产品	指获得《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》、《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能（节水）、环境标志产品认证证书的产品。认证机构和获证产品信息以中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的查询结果为准。
11.2	知识产权	构成本谈判文件各个组成部分的文件，未经采购人书面同意，供应商不得擅自复印和用于非本采购项目所需的其它目的。
11.3	解释权	构成本谈判文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准；除谈判文件中有特别规定外，仅适用于采购响应阶段的规定，按澄清或修改文件、竞争性谈判公告、供应商须知、评标办法、响应文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。
11.4	供应商信用信息查询	查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)。 查询时间：资格审查阶段。 查询记录和证据留存方式：打印查询结果网页界面，打印材料作为评审资料保存。 信用信息使用规则：经查询，被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，资格审查不通过。 备注：本章 1.3.2 项规定接受联合体投标的，对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
11.5	同义词	（1）本文件中出现的措辞“招标文件”与“谈判文件”，“投标文件”与“响应文件”，“招标人”与“采购人”，“投标人”与“供应商”具有相同含义；
11.6	采购人补充的其他内容	
11.6.1	代理服务费	成交服务费：采购代理费由成交供应商支付。按差额定率累进法计算，具

条款号	条款名称	内容
		体区间费率为：本项目的采购代理费按 100 万元以下--1.5%；100~500 万元-1.1%；由成交供应商在领取成交通知书时，一次性向采购代理机构支付。
11.6.2	采购标的对应的小企业划分标准所属行业	工业
11.6.3	本国产品标准	本国产品应当符合以下条件： 1. 产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。 属性改变是指经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征（用途）。属性改变不包括以下细微操作： （1）为确保产品在运输或者储存期间保持某种状态而进行的操作； （2）为产品运输或者销售进行的包装或者展示； （3）在产品或者其包装上粘贴或者印刷品牌、标志、标识以及其他用于区别的标记； （4）简单的上漆、磨光和分装； （5）其他不属于属性改变的情形。 2. 产品在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，计算公式为： $\frac{\text{产品在中国境内生产的组件成本}}{\text{产品总成本}} \geq \text{规定比例}$ 财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合上述第（一）项条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。

供应商须知正文

1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，对本项目进行采购。

1.1.2 采购人：见供应商须知前附表。

1.1.3 采购代理机构：见供应商须知前附表。

1.1.4 项目名称及编号：见供应商须知前附表。

1.1.5 项目基本情况：见供应商须知前附表

1.2 资金来源、落实情况及增值税计税方法情况

1.2.1 资金来源、落实情况：见供应商须知前附表。

1.2.2 增值税计税方法：见供应商须知前附表。

1.3 供应商资格要求

1.3.1 供应商应具备承担本采购项目的资质、能力、信誉：见供应商须知前附表。

1.3.2 供应商须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第 1.3.1 项和供应商须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按谈判文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任；

（2）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

（3）联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动，否则相关各方的响应文件均按无效响应处理。

1.3.3 供应商不得存在下列情形之一：

（1）与采购人存在利害关系可能影响采购活动公正性的；

（2）为本项目提供采购代理服务的；

（3）与采购代理机构负责人为同一人或者存在直接控股和管理关系的；

（4）供应商不得存在的其他情形见供应商须知前附表。

1.4 费用承担

供应商准备和参加采购活动发生的费用自理。

1.5 保密

参与采购活动的各方应对谈判文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

1.6 语言文字

谈判文件及响应文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.7 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.8 踏勘现场

1.8.1 供应商须知前附表规定由采购人组织踏勘项目现场的，由采购人按前附表规定的时间和地点安排潜在供应商踏勘现场。

1.8.2 供应商须知前附表规定采购人不组织踏勘现场的，供应商根据需要自行踏勘项目现场。

1.8.3 供应商踏勘现场发生的费用自理。

1.8.4 供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9 分包

1.9.1 供应商拟在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作分包的，应符合供应商须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件，除供应商须知前附表规定的非主体、非关键性工作，其他工作不得分包。

1.9.2 成交供应商不得向他人转让成交项目，接受分包的人不得再次分包。成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

1.10 响应偏差

响应文件应当对谈判文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于采购人的响应，否则，响应将被否决。

2. 谈判文件

2.1 谈判文件的组成

2.1.1 本谈判文件包括：

- （1）竞争性谈判公告
- （2）供应商须知
- （3）评标办法
- （4）合同条款及格式
- （5）技术标准和要求

（6）响应文件格式

（7）项目需求和说明

2.1.2 根据本章第 2.2 款对谈判文件所作的澄清、修改，构成谈判文件的组成部分。

2.2 谈判文件的澄清与修改

2.2.1 供应商应仔细阅读和检查谈判文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人或采购代理机构提出，以便补齐。

2.2.2 提交首次响应文件截止时间前，采购人可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改，并以供应商须知前附表 2.2.2 规定的形式，通知所有潜在供应商，澄清或者修改的内容作为谈判文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人应当在提交首次响应文件截止时间至少 3 个工作日前，以供应商须知前附表 2.2.2 规定的形式通知所有获取谈判文件的供应商；不足 3 个工作日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

2.2.3 供应商在收到谈判文件的澄清或者修改后，应当按供应商须知前附表规定的形式，确认已收到该澄清或者修改。

2.2.4 当谈判文件及其澄清、修改或补充文件对同一内容表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

3. 响应文件

3.1 响应文件的组成

3.1.1 响应文件应包括的内容：见供应商须知前附表。

3.1.2 谈判文件第六章“响应文件格式”有规定格式要求的，供应商应按规定的格式填写并按要求提交相关的证明材料。

3.1.3 供应商须知前附表规定不接受联合体投标的，或供应商没有组成联合体的，响应文件不包括本章第 3.1.1 中所指的联合体协议书。

3.1.4 供应商须知前附表未要求提交竞标保证金的，响应文件不包括本章第 3.4.1 的竞标保证金。

3.1.5 资格审查需要的其他材料：见供应商须知前附表。

3.2 竞标报价

3.2.1 供应商应充分了解该项目的总体情况以及影响竞标报价（包括最后报价）的其他要素。

3.2.2 采购人设有上限控制价的，供应商的竞标报价（包括最后报价）不得超过上限控制价，上限控制价在供应商须知前附表中载明。

3.2.3 报价的其他要求：见供应商须知前附表。

3.3 竞标有效期

3.3.1 在供应商须知前附表规定的竞标有效期内，供应商不得要求撤回或修改其响应文件。竞标有效期从提交首次响应文件截止之日起算。

3.3.2 响应文件中承诺的竞标有效期应当不少于谈判文件中载明的竞标有效期。

3.3.3 出现特殊情况需要延长竞标有效期的，采购人以书面形式通知所有供应商延长竞标有效期。供应商应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其竞标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其响应文件；供应商拒绝延长的，其响应失效，但供应商有权收回其竞标保证金。

3.4 竞标保证金

3.4.1 供应商必须在提交首次响应文件截止时间前，按供应商须知前附表规定的金额、形式递交竞标保证金，提交竞标保证金的证明文件作为其响应文件的组成部分。联合体投标的，其竞标保证金可由联合体中的任一方缴纳，并在联合体协议书中明确，保证金缴纳应符合供应商须知前附表的规定。

3.4.2 供应商不按本章第 3.4.1 项要求提交竞标保证金的，其响应文件按无效处理。

3.4.3 供应商在提交首次响应文件截止时间前撤回已提交的响应文件的，采购人或者采购代理机构应当自收到供应商书面撤回通知之日起 4 个工作日内，退还已收取的竞标保证金。

3.4.4 已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判。采购人、采购代理机构应当自收到供应商退出之日起 4 个工作日内退还退出谈判的供应商的竞标保证金。

3.4.5 采购人或者采购代理机构应当自成交通知书发出之日起 4 个工作日内退还未成交供应商的竞标保证金，自采购合同签订之日起 4 个工作日内退还成交供应商的竞标保证金。

3.4.6 有下列情形之一的，竞标保证金将不予退还：

- （1）供应商在提交首次响应文件截止时间后撤销响应文件的；
- （2）供应商在响应文件中提供虚假材料的；
- （3）除因不可抗力或谈判文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；
- （4）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
- （5）法律法规规定的其他情形。

3.5 响应文件的编制

3.5.1 响应文件应按广西政府采购云平台要求及本谈判文件第六章“响应文件格式”要求制作、加密并递交，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。

3.5.2 响应文件在满足谈判文件实质性要求的基础上，可以提出比谈判文件要求更有利于采购人的承诺。

项目名称：八步区桂岭中心卫生院彩色多普勒诊断仪采购项目（重）

项目编号：HZZC2026-J1-020041-QHZZ

3.5.3 响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖供应商单位章或由供应商的法定代表人或其授权的委托代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见供应商须知前附表。

3.5.4 响应文件份数及其他要求要求见供应商须知前附表。正本和副本的封面右上角上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

4. 响应该谈判

4.1 响应文件的提交

4.1.1 供应商应在本章第 2.2.2 项规定的提交首次响应文件截止时间前提交响应文件。

4.1.2 供应商提交首次响应文件的地点：见供应商须知前附表。

4.1.3 除供应商须知前附表另有规定外，供应商所提交的响应文件不予退还。

4.2 响应文件的修改与撤回

4.2.1 在本章第 4.2.1 项规定的提交首次响应文件截止时间前，供应商可以通过广西政府采购云平台修改或撤回已提交的响应文件。

4.2.2 供应商在提交首次响应文件截止时间前撤回已提交的响应文件的，其竞标保证金按照本章第 3.4.3 项的要求退还。

4.3 响应文件解密

4.3.1 供应商应登录广西政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密谈判文件，解密开始时间及解密时限见供应商须知前附表；

4.3.2 供应商需按时在线解密响应文件，以在线解密的响应文件作为评审依据。若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，视为竞标无效。

4.4 响应文件的相关说明

（1）供应商进行电子投标应安装客户端软件，并按照谈判文件和电子交易平台的要求编制并加密响应文件。供应商未按规定加密的竞标响应文件，电子交易平台将拒收。供应商应当在谈判截止时间前完成响应文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。谈判截止时间前未完成传输的，视为撤回响应文件。谈判截止时间后递交的响应文件，电子交易平台将拒收。

（2）如有特殊情况，采购代理机构延长截止时间和开标时间，采购代理机构和供应商的权利和义务将受到新的截止时间和开标时间的约束。

5. 开标会议

5.1 开标时间和地点

采购人在本章第 4.2.1 项规定的提交首次响应文件截止时间（开标时间）和供应商须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有供应商的法定代表人（负责人）或其委托代理人准时参加。供应商的法定代表人（负责人）或委托代理人应当在规定的时间内自行登陆广西政府采购云平台电子开标大厅开标参加开标会。

5.2 开标程序

5.2.1 开标时间后，主持人宣布开标会议开始。

5.2.2 供应商登录广西政府采购云平台对响应文件进行在线解密，**供应商的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的 CA 锁按平台提示和采购文件的规定登录到广西政府采购云平台电子开标大厅签到并在发起解密指令之时起 30 分钟内完成对电子响应文件在线解密。响应文件未按时解密的，视为响应文件无效。**

5.2.3 谈判小组对响应文件进行评估和比较。

5.2.4 以广西政府采购云平台中获取谈判文件顺序确定各供应商谈判顺序。

5.2.5 发起谈判，由谈判小组与单一供应商分别进行谈判。

5.2.6 谈判小组要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

5.2.7 由谈判小组采用最低评标价法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评审，在符合采购需求、质量和服务要求的前提下，按评审得分从高到低顺序推荐确定成交候选供应商。

特别说明：广西政府采购云平台如对电子化谈判及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

5.3 不予开标

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

- （1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；
- （2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；
- （3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；
- （4）病毒发作导致不能进行正常操作的；
- （5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

5.4 开标异议

供应商对开标有异议的，可以在开标现场提出，采购人当场作出答复，并制作记录。也可以在开标环节结束之日起7个工作日内向采购人或采购代理机构提出质疑。

6. 谈判与评审

6.1 谈判小组

6.1.1 评审及谈判工作由采购人依法组建的谈判小组负责。谈判小组的人员构成及评审专家的专业要求见供应商须知前附表。

6.1.2 谈判小组成员有下列情形之一的，应当回避：

- （1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；
- （2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；
- （3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；
- （4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
- （5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。
- （6）项目主管部门或者行政监督部门的人员；
- （7）与供应商有经济利益关系，对响应文件公正评审及谈判可能造成不良影响的；
- （8）曾因在政府采购有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；
- （9）与供应商有其他可能影响政府采购公平、公正进行的关系。

6.1.3 谈判小组成员有下列情形之一的，列入不良行为记录：

- （一）未按照谈判文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；
- （二）泄露评审文件、评审情况；
- （三）与供应商存在利害关系未回避；
- （四）收受采购人、采购代理机构、供应商贿赂或者获取其他不正当利益；
- （五）拒不履行配合答复供应商询问、质疑、投诉等法定义务；
- （六）以评审专家身份从事有损政府采购公信力的活动。

6.1.4 谈判小组应当配合答复供应商的询问、质疑和投诉等事项，不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密。

6.2 谈判

6.2.1 响应文件实质性响应谈判文件的供应商获得参加竞标的资格，谈判小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。谈判时间及谈判地点：见供应商须知前附表。

6.2.2 在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动供应商须知前附表中规

项目名称：八步区桂岭中心卫生院彩色多普勒诊断仪采购项目（重）

项目编号：HZZC2026-J1-020041-QHZX

定的内容，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分。

6.2.3 谈判小组与每个参加谈判的供应商均进行谈判后，本轮谈判完成，谈判小组应当就本轮谈判的结果形成书面记录。在一轮谈判结束后，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况进行下一轮谈判直至确定最终采购需求。谈判结束后，谈判小组应当将谈判结果通知所有参加谈判的供应商。

6.2.4 因谈判文件实质性变动而需重新提交响应文件的，供应商应当在谈判小组规定期限内按照谈判文件的变动情况重新提交响应文件，重新提交的响应文件应按照本章第3条、第4条的规定进行编制、密封、标记和提交，否则重新提交的响应文件无效。

6.2.5 谈判文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家（根据《政府采购竞争性谈判采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款规定，市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最后报价的供应商可以为2家）。

6.2.6 谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经谈判由供应商提供最终设计方案或解决方案的，谈判结束后，谈判小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

6.2.7 已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

6.3 评审

6.3.1 评标方法：见供应商须知前附表。

6.3.2 谈判小组按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对响应文件进行独立评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评审依据。

6.3.3 未实质性响应谈判文件的响应文件按无效响应处理，谈判小组应当告知提交响应文件的供应商。

7. 合同授予

7.1 定标方式

除供应商须知前附表规定谈判小组直接确定成交供应商外，采购人应当在收到评标报告后5个工作日内，从评标报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。谈判小组推荐成交候选供应商人数见供应商须知前附表。

7.2 成交结果公告及成交通知书

7.2.1 采购人或者采购代理机构应当在成交供应商确定后2个工作日内，在供应商须知前附表规

项目名称：八步区桂岭中心卫生院彩色多普勒诊断仪采购项目（重）

项目编号：HZZC2026-J1-020041-QHZX

定的媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书，并将谈判文件随成交结果同时公告。

成交结果公告期限 1 个工作日。

7.2.2 成交通知书对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

7.3 履约保证金

7.3.1 在签订合同前，成交供应商应按供应商须知前附表规定的形式、金额、格式向采购人提交履约保证金。联合体成交的，其履约保证金以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。

7.3.2 成交供应商不能按本章第 7.3.1 项要求提交履约保证金的，视为放弃成交资格，其竞标保证金不予退还，给采购人造成的损失超过竞标保证金数额的，成交供应商还应当对超过部分予以赔偿。

7.4 合同签订

7.4.1 采购人与成交供应商应当按供应商须知前附表规定的时间内，按照谈判文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。采购人不得向成交供应商提出超出谈判文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离谈判文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

7.4.2 联合体成交的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就成交项目向采购人承担连带责任。

7.4.3 成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。拒绝签订采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

7.4.4 合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

8. 重新采购

有下列情形之一的，采购人将重新开展采购活动：

（1）在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足 3 家的（根据《政府采购竞争性谈判采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款规定，市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最后报价的供应商可以为 2 家）。

（2）其他有关法规和文件规定的应当重新开展采购活动的情形。

9. 纪律和监督

9.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏政府采购活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对供应商的纪律要求

9.2.1 供应商不得相互串通投标或者与采购人或采购代理机构串通投标，不得向采购人、采购代理机构或者谈判小组成员行贿谋取成交，不得采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取成交；供应商不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.2.2 供应商不得向采购人或谈判小组成员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

9.2.3 有下列情形之一的视为供应商相互串通竞标，其响应文件按无效处理：

- （1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；或不同供应商报名的 IP 地址一致的；
- （2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜的；
- （3）不同的供应商响应文件载明的项目管理员为同一人；
- （4）不同供应商的响应文件异常一致或竞标报价呈规律性差异；
- （5）不同供应商的响应文件相互混装；
- （6）不同供应商的竞标保证金从同一单位或者个人账户转出；

9.2.4 有下列情形之一的，属于恶意串通，对供应商依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任：

- （1）供应商直接或间接从采购人或者代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件；
- （2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；
- （3）供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容；
- （4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照组织要求协同参加政府采购活动；
- （5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低竞标报价，或者在采购项目中事先约定轮流以高价或者低价成交，或者事先约定由某一特定供应商成交，然后再参加投标；
- （6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或放弃成交；
- （7）供应商与采购人或采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋取特定供应商成交或排斥其他供应商的其他串通行为。

9.2.4 供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

- （一）提供虚假材料谋取中标、成交的；
- （二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
- （三）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
- （四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
- （五）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；
- （六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

9.3 对谈判小组成员的纪律要求

9.3.1 谈判小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据谈判文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。谈判文件内容违反国家有关强制性规定的，谈判小组应当停止评审并向采购人或者采购代理机构说明情况。

9.3.2 谈判小组应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密。谈判小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向有关部门报告。

9.3.3 谈判小组成员未完成评审工作擅自离开评审现场，或者在评审活动中有违法违规行为的，不得获取劳务报酬和报销异地评审差旅费。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅自离职守，影响评标程序正常进行。

10 质疑和投诉

10.1 询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人应当及时作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。

10.2 质疑

10.2.1 供应商认为谈判文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。质疑受理部门及质疑函接收方式见供应商须知前附表。

10.2.2 供应商应知其权益受到损害之日，是指：

- （1）对可以质疑的谈判文件提出质疑的，为收到谈判文件之日或者谈判文件公告期限届满之日；

项目名称：八步区桂岭中心卫生院彩色多普勒诊断仪采购项目（重）

项目编号：HZZC2026-J1-020041-QHZX

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

10.2.3 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。质疑供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

10.2.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

10.3 投诉

10.3.1 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内向供应商须知前附表规定的投诉受理部门提起投诉。

10.3.2 投诉人提起投诉应当符合下列条件：

（1）提起投诉前已依法进行质疑；

（2）投诉书内容符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第 94 号）的规定；

（3）在投诉有效期限内提起投诉；

（4）同一投诉事项未经财政部门投诉处理；

（5）财政部规定的其他条件。

10.3.3 投诉人投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

（一）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；

（三）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；

（四）事实依据；

（五）法律依据；

（六）提起投诉的日期。

项目名称：八步区桂岭中心卫生院彩色多普勒诊断仪采购项目（重）

项目编号：HZZC2026-J1-020041-QHZX

投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

11. 其他补充内容

见供应商须知前附表。

“政采贷”政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与贺州市政府采购活动！

政府采购合同融资是支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的融资政策。参与政府采购的供应商凭借包括中标（成交）通知书或政府采购合同等在内的相关材料、信息向银行业金融机构申请融资，银行业金融机构依托供应商信用和政府采购信息信誉，为其发放贷款，包括银行业金融机构以供应商的历史中标及履约情况等政府采购信息作为授信参考并发放的贷款。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同等相关材料向金融机构申请贷款，金融机构核实信息，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

一、“政采贷”操作流程

进入“广西政府采购网”（<http://zfcg.gxzf.gov.cn/>）“办事指南”专栏找到“金融融资”板块，进入“广西政府采购金融服务平台”登录，选择试点银行机构进行合同融资预申请。（详情请按照《贺州市财政局关于进一步推行“政采贷”工作的通知》（贺财采〔2024〕3号）文件执行）

二、承接银行联系方式

1. 中国建设银行贺州分行

中国建设银行贺州分行 总协调人：杨宏毅 职务：公司业务部副总经理 手机号码：18077397188					
序号	金融机构	联系人	职务	手机号码	银行地址
1	中国建设银行贺州分行营业部	刘 雍	客户经理	18778943521	贺州市八步区建设中路 1 号
2	中国建设银行贺州城东支行	刘昭勇	客户经理	18877499257	贺州市八步区平安西路 266 号贺州广场购物中心 1 号楼一层东面
3	中国建设银行贺州城西支行	于丛家	客户经理	15177666737	贺州市八步区八达西路 689 号 1 栋 11 号商铺
4	中国建设银行贺州平桂支行	邱 伟	客户经理	18007840720	贺州市平桂区平桂大道 15 号富旺小区 1 号楼 105 号商铺
5	中国建设银行钟山支行	张文韬	客户经理	13047836009	贺州市钟山县城书香西路南侧
6	中国建设银行富川支行	邓李杰	营业室总经理	18276498401	贺州市富川瑶族自治县富阳镇凤凰路汇龙华府第 13 号楼
7	中国建设银行昭平支行	贝晟延	客户经理	15676427374	贺州市昭平县昭平镇东宁中路 19 号

2. 广西北部湾银行

项目名称：八步区桂岭中心卫生院彩色多普勒诊断仪采购项目（重）

项目编号：HZZC2026-J1-020041-QHZX

广西北部湾银行贺州分行 总协调人：杨政 职务：普惠金融部总经理 手机号码：18978413000					
序号	金融机构	联系人	职务	手机号码	银行地址
1	广西北部湾银行贺州分行	黄剑锐	个人金融部副经理	15507848190	贺州市八步区太白西路 153 号 8 号楼
2	广西北部湾银行贺州市平桂支行	刘 乐	公司客户经理	13036871008	贺州市平桂区平桂大道 4 号 3 号楼 103 号商铺
3	广西北部湾银行钟山支行	唐振豪	公司客户经理	18878480702	贺州市钟山县广场西路南侧悦城壹号院 B 区 1#楼 B09-13 号商铺
4	广西北部湾银行富川支行	秦明龙	业务发展部经理	17776119667	贺州市富川瑶族自治县富阳镇凤凰路 121 号
5	广西北部湾银行昭平支行	邱俊豪	综合客户经理	18107842696	贺州市昭平县昭平镇河西东路（江湾一号）101-103 铺面

3. 广西贺州桂东农村合作银行

广西贺州桂东农村合作银行 总协调人：卢士强 职务：授信审批部总经理 手机号码：18077409115					
序号	金融机构	联系人	职务	手机号码	银行地址
1	广西贺州桂东农村合作银行	黄 腾	授信审批部审查员	15078333887	贺州市八步区建设东路 6 号
2	广西贺州桂东农村合作银行营业部	刘 瑜	营业部副总经理	18007843000	贺州市八步区建设东路 6 号
3	广西贺州桂东农村合作银行八步支行	谢地恩	信贷副行长	18007840168	贺州市八步区八达西路 652-1 号
4	广西贺州桂东农村合作银行平桂支行	古 睿	信贷副行长	18007840375	贺州市平桂区平桂大道财政局一楼

第三章 评标办法

评标办法前附表

条款号	评审因素	评审标准
2.1 初步评审		
2.1.1	资格审查	合格标准：缺少任何一项或有任何一项不合格者，其资格审查视为不合格
		符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定
		基本资质 未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单
		其他 身份证明文件：具有有效的法定代表人（负责人）身份证明、法定代表人（负责人）授权委托书（委托代理人签署响应文件时）
		其他 政府采购供应商信用承诺函：符合第二章“供应商须知”第 3.1.1 项规定
		其他 无串通投标行为的承诺函：符合第二章“供应商须知”第 3.1.1 项规定
		其他 竞标保证金：符合第二章“供应商须知”第 3.4.1 项规定
		特定资质 资质条件：符合第二章“供应商须知”第 1.3.1 项规定
2.1.2	符合性审查	合格标准：缺少任何一项或有任何一项不合格者，其符合性审查视为不合格
		商务资信 供应商名称与供应商盖的公章一致
		签字盖章符合第二章“供应商须知”第 3.5.3 项规定
		响应文件格式符合第六章“响应文件格式”的要求
		竞标内容符合第二章“供应商须知”第 1.1.5 项规定
		合同履行期限符合第二章“供应商须知”第 1.1.5 项规定
		质量标准符合第二章“供应商须知”第 1.1.5 项规定
		竞标有效期符合第二章“供应商须知”第 3.3.1 项规定
		权利义务：竞标函附录中的相关承诺符合或优于第四章“合同条款及

			格式” 的相关规定
			项目需求符合第七章“项目需求和说明” 的要求
		报价	只能有一个有效报价，且符合第二章“供应商须知” 第 3.2.2 项、第 3.2.3 项规定
		技术	技术标准和要求符合第五章“技术标准和要求” 规定
2.2 评标报价			
2.2.1	评标报价	因落实政府采购政策进行报价调整的，以调整后的价格作为推荐成交候选人的依据。【备注：以下扫描件均须加盖供应商单位公章】 （一）供应商竞标全部货物均由小微企业提供的，其最后竞标报价给予 20%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=最后竞标报价×（1-20%）。【须提供小微企业声明函原件，否则不予扣除。】 （二）监狱企业视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策。【须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的监狱企业的证明文件扫描件，否则不予扣除。】 （三）残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策。【须提供残疾人福利性单位声明函原件】 （四）本国产品政策性扣除计算方法。 1. 根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34 号）的规定，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。即评标报价=最后竞标报价×（1-20%）。 2. 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到 80%以上（含 80%）时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。未达到 80%，不享受价格评审优惠。 3. 供应商在其响应文件中提供《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有	

	关部门规定的有关证明文件，出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品。 4. 供应商若同时符合中小企业、本国产品扶持政策的要求，计算公式具体为：评标报价=最后竞标报价×（1-20%-20%） 5. 如果所有参与竞争的供应商均可享受本国产品价格评审优惠，则统一不进行价格扣除。 （五）不满足价格优惠政策的：评标报价=最后竞标报价。 （六）异常低价响应审查 （1）谈判小组在评审中发现下列情形之一的，应当启动异常低价响应审查程序： ①响应报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值 65%的，即响应报价＜全部通过符合性审查供应商响应报价平均值×65%； ②响应报价低于通过符合性审查的次低报价供应商响应报价 65%的，即响应报价＜通过符合性审查的次低报价供应商响应报价×65%； ③响应报价低于采购项目最高限价 65%的，即响应报价＜采购项目最高限价×65%； ④谈判小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 （2）谈判小组启动异常低价响应审查后，属于前述第 1 项至第 4 项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对响应价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于 30 分钟。其中，属于第③项情形，供应商已随响应文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，可不再重复提交。 谈判小组依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。相关供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说
--	--

项目名称：八步区桂岭中心卫生院彩色多普勒诊断仪采购项目（重）

项目编号：HZZC2026-J1-020041-QHZX

		明、证明材料不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其作为无效响应处理。 采购人、采购代理机构应当为谈判小组在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。谈判小组借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。 异常低价响应审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及谈判小组有关互联网浏览、查询历史一并归档
2.3 评标结果		
2.3.1	推荐成交候选人的规则	成交候选人顺序按评标报价由低到高排列 3 名成交候选人。经评审的供应商评标报价相等时，按其最终竞标报价低者优先；最终竞标报价相等时，采用节能环保产品者优先；第一的中标候选人出现并列的，由采购人自行确定成交供应商。

评标办法正文

1. 评审标准

1.1 初步评审标准

1.1.1 资格审查：见评标办法前附表。

1.1.2 符合性审查：见评标办法前附表。

1.2 综合评分标准

最低评标价法。

2. 评标程序

2.1 初步评审

2.1.1 谈判小组依据本章第 2.1 款规定的标准对响应文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作否决响应处理。

2.1.2 供应商有以下情形之一的，其响应文件按无效处理：

- （1）第二章“供应商须知”第 1.3.3 项规定的任一情形；
- （2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；
- （3）响应文件中含有采购人不能接受的附件条件的；
- （4）不按谈判小组要求澄清、说明或补正的。

2.2 评标报价

2.2.1 评标报价的计算方法：见评标办法前附表。

2.2.2 判断竞标报价是否低于成本：由竞争性谈判小组认定供应商是否以低于成本竞标。

2.3 响应文件的澄清、说明和更正

2.3.1 谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。澄清、说明和更正将通过广西政府采购云平台线上进行。谈判小组不得接受供应商主动提出的澄清、说明或更正。

2.3.2 竞标报价有算术错误的，谈判小组按以下原则对竞标报价进行修正，修正的价格经供应商书面确认后具有约束力。供应商不接受修正价格的，其响应作否决处理。

- （1）大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
- （2）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以竞标报价表总价为准，并修改单价；
- （3）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

2.3.3 供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。供应商的书面澄清、说明和更正属于响应文件的组成部分。

2.3.4 谈判小组对供应商提交的澄清、说明或更正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或更正，直至满足谈判小组的要求。

2.3.5 对响应文件进行澄清、说明和更正时，通过广西政府采购云平台线上进行。

2.4 评标结果

2.4.1 供应商评审得分排序规则：见评标办法须知前附表。

2.4.2 谈判小组按照供应商评审得分由高到低的顺序推荐成交候选人，并标明排序。

2.4.3 谈判小组完成评标后，应当向采购人提交书面评审报告。评审专家应当在评审报告上签字，对自己的评审意见承担法律责任。对评审报告有异议的，应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意评审报告。

2.4.4 谈判小组应将评标过程中使用的文件、表格以及其他材料即时归还采购人。

3. 特殊情况的处置程序

3.1 关于评标活动暂停

3.1.1 谈判小组应当执行连续评标的原则，按评标办法中规定的程序、内容、方法、标准完成全部评标工作。只有发生不可抗力导致评标工作无法继续时，评标活动方可暂停。

3.1.2 发生评标暂停情况时，谈判小组应当封存全部谈判文件和评标记录，待不可抗力的影响结束且具备继续评标的条件时，由原谈判小组继续评标。

3.2 关于评标中途更换评委

3.2.1 出现评审专家缺席、回避等情形导致评审现场专家数量不符合规定的，采购人或者采购代理机构应当及时补抽评审专家，或者经采购人主管预算单位同意自行选定补足评审专家。被更换的谈判小组成员所作出的评标意见无效。

无法及时补足评审专家的，采购人或者采购代理机构应当立即停止评审工作，妥善保存采购文件，依法重新组建谈判小组进行评审。原评谈判小组所作出的评标意见无效。

3.2.2 评审专家发现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者采购文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，应当停止评审并向采购人或者采购代理机构书面说明情况。

3.3 关于争议解决

对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。

项目名称：八步区桂岭中心卫生院彩色多普勒诊断仪采购项目（重）

项目编号：HZZC2026-J1-020041-QHZX

第四章 合同条款及格式

政府采购合同书

合同名称：

项目编号：

签订合同地点：

签订合同时间：

广西壮族自治区政府采购合同

合同编号：_____

采购单位（甲方）：_____ 采购计划号：_____

供应商（乙方）：_____ 项目名称和编号：_____

签订地点：_____ 签订时间：_____

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照谈判文件（采购文件）规定条款和中标（成交）供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条、合同标的

1、供货一览表

序号	产品名称	商标品牌	规格型号	生产厂家	数量	单位	单价（元）	金额（元）
1								
2								
3								
人民币合计金额（大写）					（小写）			

2、合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。如谈判文件对其另有规定的，从其规定。

第二条、质量保证

- 1、乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与竞争性谈判文件和承诺相一致。乙方提供的自主创新产品、节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。
- 2、乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量标准。

第三条、权利保证

乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

乙方应按谈判文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条、包装和运输

- 1、乙方提供的货物均应按竞争性谈判文件、响应文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行

项目名称：八步区桂岭中心卫生院彩色多普勒诊断仪采购项目（重）

项目编号：HZZC2026-J1-020041-QHZX

包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2、货物的运输方式：_____。

3、乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：_____。

第五条、交付和验收

1、合同履行期限：_____、地点：采购人指定地点。

2、乙方提供不符合竞争性谈判文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3、乙方应将所提供货物的装箱清单、质量合格证、随机资料、等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4、甲方应当在货物交付完后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

5、采购人委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6、甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后_____日内及时予以解决。

第六条、售后服务、保修期

1、乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招谈判文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2、货物保修起止时间：_____。

3、乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第七条、付款方式和保证金

1、当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

2、资金性质：_____。

3、付款方式：在项目完成且收到承包人验收申请后5个工作日内组织开展履约验收。对于满足合同约定支付条件的项目，在收到发票后10日内将合同金额一次性支付到合同约定的承包人账户，不得以进行审计作为支付承包人款项的条件，不得以机构变动、人员更替、政策调整、履行内部付款流程等为由延迟付款。

第九条 质量保证金

乙方应在货物验收合格无异议后五个工作日内按本合同合计金额_____比例向甲方提交质量保证金，质量保证期过后七个工作日内无息返还。

第八条、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方承担。

第九条、质量保证及售后服务

项目名称：八步区桂岭中心卫生院彩色多普勒诊断仪采购项目（重）

项目编号：HZZC2026-J1-020041-QHZX

1. 乙方应按竞争性谈判文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

对达不到要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

(1)更换：由乙方承担所发生的全部费用。

(2)贬值处理：由甲乙双方协议定价。

(3)退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2、如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在____小时内到达甲方现场处理。

3、在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4、上述的货物免费保修期为____年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十条、调试和验收

1、甲方对乙方提交的货物依据谈判文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，货物符合谈判文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在完后七个工作日内进行验收。

2、乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3、甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4、对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。**对需国家相关部门验收合格后方能投入正常使用的产品，乙方应提供相关部门检验合格的证件。**

5、验收时乙方必须到现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

第十一条、货物包装、发运及运输

1、乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2、使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3、乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4、货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5、货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十二条 违约责任

1、乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2、乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3、因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理。

4、甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额___%违约金，但违约金累计不得超过违约货款额___%，超过___天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额___‰ 滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额___%。

5、乙方未按本合同和谈判文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额___%向甲方支付违约金。

6、乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足另补。

7、其它违约行为按违约货款额___%收取违约金并赔偿经济损失。

第十三条、不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十四条 合同争议解决

1、因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向人民法院提起诉讼。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

第十五条 诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

第十六条、合同生效及其它

项目名称：八步区桂岭中心卫生院彩色多普勒诊断仪采购项目（重）

项目编号：HZZC2026-J1-020041-QHZX

1、合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十七条、合同的变更、终止与转让

1、除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2、乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

3、合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

4、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

5、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十八条、签订本合同依据

1、竞争性谈判文件；

2、乙方提供的响应文件；

3、售后服务承诺书；

4、中标或成交通知书。

第十九条、本合同一式六份，具有同等法律效力，采购代理机构、甲乙双方各二份（可根据需要另增加）。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，采购人或采购代理机构应当将合同副本报同级财政部门备案。

甲方（章） 年 月 日	乙方（章） 年 月 日
单位地址：	单位地址：
法定代表人：	法定代表人：
委托代理人：	委托代理人
电 话：	电 话：
电子邮箱：	电子邮箱：
开户银行：	开户银行：

项目名称：八步区桂岭中心卫生院彩色多普勒诊断仪采购项目（重）

项目编号：HZZC2026-J1-020041-QHZX

账 号：	账 号：
邮政编码：	邮政编码：
经办人：	
年 月 日	

项目名称：八步区桂岭中心卫生院彩色多普勒诊断仪采购项目（重）

项目编号：HZZC2026-J1-020041-QHZX

第五章 技术规格和标准

包括国家行业和地方现行标准、规范和规程。

第六章 响应文件（格式）

封面格式：

_____（项目名称）

响 应 文 件

项目编号：_____

供应商名称：_____（盖章）

法定代表人（负责人）或其委托代理人：_____（签字或盖章）

_____年_____月_____日

目录

响应文件的组成部分：报价文件、资格审查部分、商务技术部分、供应商认为需要提供的其他资料。

（不分册）

一、报价文件

（一）开标一览表

二、资格审查部分【以下扫描件均须加盖供应商单位公章】

（一）法定代表人（负责人）身份证明原件，附：法定代表人（负责人）二代居民身份证扫描件；（必须提供）

（二）法定代表人（负责人）授权委托书原件，附：委托代理人二代居民身份证扫描件；（委托代理人签署响应文件时提供）

（三）供应商基本情况表，附：

（1）有效的医疗器械经营备案凭证或者经营许可证或者《医疗器械监督管理条例》第四十三条规定的注册人凭证等证明文件扫描件；（必须提供）

（2）政府采购供应商信用承诺函（必须提供，格式详见第六章）。

（四）竞标保证金缴纳证明材料，附：

（1）竞标保证金银行转账（电汇）底单扫描件或支票、汇票、本票票据扫描件或保函、担保、保险扫描件；（受疫情影响的中小微企业无须提供）

（2）供应商的基本账户开户许可证（或《基本存款账户信息》凭证）扫描件；（必须提供）

（五）资格审查需要的其他材料：

（1）中小企业声明函或者残疾人福利性单位声明函或者供应商属于监狱企业的证明材料；（本项目如为专门面向中小企业采购时必须提供，否则响应文件按无效响应处理）

（2）《关于符合本国产品标准的声明函》或者财政部会同有关部门规定的有关证明文件（如有，请提供）；（项目涉及非本国产品参与时，供应商应根据自身响应情况出具）

（3）无串通投标行为的承诺函；（必须提供）

三、商务技术部分

（一）竞标函（必须提供）

（二）竞标函附录（必须提供）

（三）商务要求偏离表；（必须提供）

（四）技术偏离表；（必须提供）

项目名称：八步区桂岭中心卫生院彩色多普勒诊断仪采购项目（重）

项目编号：HZZC2026-J1-020041-QHZX

（五）售后服务承诺（格式自拟）；（**必须提供，否则响应文件按无效响应处理**）。

四、供应商认为需要提供的其他资料（如有）

项目名称：八步区桂岭中心卫生院彩色多普勒诊断仪采购项目（重）

项目编号：HZZC2026-J1-020041-QHZX

一、报价文件

(一)开标一览表

项目名称：

项目编号：

货物名称	品牌及型号	竞标总报价（元）	备注

说明：竞标报价包括所有服务成本，报价指货物、服务、随配附件、备品备件、工具、运抵指定交货地点、设备安装配件及附属材料、安装施工、调试验收、检测等至验收合格所发生的各种费用和售后服务、保险费、税金及其他所有成本费用的总和。由供应商根据谈判文件所提供的资料自行测算竞标报价（供应商应充分考虑履约服务期内各类成本的市场价格变化和可能的国家政策性调整，确定风险系数），供应商应综合考虑在报价中。一经中标，竞标报价总价作为成交人与采购人签订的合同金额，合同期限内不做调整。

注：

1. 开标一览表必须加盖供应商公章并由法定代表人或者委托代理人签字。

2. 报价一经涂改应在涂改处加盖供应商公章或者由法定代表人或者委托代理人签字或者盖章，否则其竞标作无效标处理。

供应商：_____（盖单位章）

法定代表人（负责人）或其委托代理人：_____（签字或盖章）

日期：_____年_____月_____日

项目名称：八步区桂岭中心卫生院彩色多普勒诊断仪采购项目（重）

项目编号：HZZC2026-J1-020041-QHZX

二、资格审查部分

（一）法定代表人（负责人）身份证明书（格式）

供应商名称：_____

单位性质：_____

地址：_____

成立时间：_____ 年 ____月____ 日

经营期限：_____

姓名：_____ 性别：_____ 年龄：_____ 职务：_____

身份证号：_____

系 _____（供应商名称）的法定代表人（负责人）。

特此证明。

供应商：_____（盖章）

____年____月____日

附：加盖供应商单位公章的法定代表人（负责人）二代居民身份证扫描件。

项目名称：八步区桂岭中心卫生院彩色多普勒诊断仪采购项目（重）

项目编号：HZZC2026-J1-020041-QHZX

（二）法定代表人（负责人）授权委托书（格式）

本人 _____（姓名）系 _____（供应商名称）的法定代表人（负责人），现委托 _____（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，全权代表我公司处理在该项目竞争性谈判采购活动中的一切事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：_____。

代理人无转委托权。

法定代表人（负责人）：_____（签字或盖章）

身份证号码：_____

委托代理人：_____（签字）

身份证号码：_____

供应商：_____（盖章）

_____年____月____日

附：加盖供应商单位公章的授权委托书代理人二代身份证扫描件。

项目名称：八步区桂岭中心卫生院彩色多普勒诊断仪采购项目（重）

项目编号：HZZC2026-J1-020041-QHZX

（三）供应商基本情况表

供应商名称					
注册地址				邮政编码	
联系方式	联系人			电 话	
	传 真			网 址	
统一社会信用代码					
法定代表人	姓名				电话
技术负责人	姓名		技术职称		电话
成立时间			员工总人数：		
资质等级			其中	高级职称人员	
注册资金				中级职称人员	
开户银行				初级职称人员	
账号				技 工	
经营范围					
供应商关联企业情况	供应商应提供关联企业情况，包括： （1）供应商的所有股东名称及相应股权（出资额）比例；如供应商为上市公司，供应商应提供股权占公司股份总数____%以上的所有股东名称及相应股权比例； （2）供应商投资（控股）或管理的下属企业名称、持有股权（出资额）比例； （3）与供应商单位负责人（法定代表人）为同一人的其他单位名称；				

备注：

1. 供应商应根据谈判文件第二章“供应商须知”第3.1.1项的要求在本表后附相关证明材料。
2. 以联合体形式参与竞标的，联合体各成员应分别填写。

政府采购供应商信用承诺函(格式)

致(采购人或采购代理机构):

供应商名称:

统一社会信用代码:

供应商地址:

我单位自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位郑重承诺，本单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

1. 我单位具有符合采购文件资格要求独立承担民事责任的能力。
2. 我单位具有符合采购文件资格要求的财务状况报告。
3. 我单位具有符合采购文件资格要求的依法缴纳税收和社会保障记录的良好记录。
4. 我单位具有符合采购文件资格要求履行合同所必需的设备和专业技术能力。
5. 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

若我单位承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

供应商名称(公章):

法定代表人或授权代表(签字或盖章):

日期: 年 月 日

注:1. 供应商须在投标(响应)文件中按此模板提供承诺函, 未提供视为未实质性响应谈判(采购)文件要求, 按无效竞标(响应)处理。

2. 供应商的法定代表人(其他组织的为负责人)或者授权代表的签名或盖章应真实、有效, 如由授权代表签名或盖章的, 应提供“法定代表人授权书”。

3. 供应商应当遵循诚实信用原则, 不得作虚假承诺。供应商承诺不实的, 属于提供虚假材料谋取中标、成交, 将按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定, 处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款, 列入不良行为记录名单, 在一至三年内禁止参加政府采购活动; 有违法所得的, 并处没收违法所得, 情节严重的, 吊销营业执照; 构成犯罪的, 依法追究刑事责任。同时, 将其列为政府采购领域严重违法失信主体进行联合惩戒。

项目名称：八步区桂岭中心卫生院彩色多普勒诊断仪采购项目（重）

项目编号：HZZC2026-J1-020041-QHZX

（四）竞标保证金缴纳证明材料

供应商应根据谈判文件第二章“供应商须知”第 3.1.1 项的要求在本表后附相关证明材料。

（五）资格审查需要的其他材料

供应商应根据第二章“供应商须知”第 3.1.5 项的规定提供相关证明材料。

（1）中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

- 1 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

项目名称：八步区桂岭中心卫生院彩色多普勒诊断仪采购项目（重）

项目编号：HZZC2026-J1-020041-QHZX

残疾人福利性单位声明函（格式）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

说明：本声明函主要供参加政府采购活动的残疾人福利性单位填写，非残疾人福利性单位无需填写。

（2）《关于符合本国产品标准的声明函》或者财政部会同有关部门规定的有关证明文件（如有，请提供）；（项目涉及非本国产品参与时，供应商应根据自身响应情况出具）

附件：

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1. （产品名称 1）¹，生产厂为（厂名）²，厂址为（生产厂址）。（产品名称 1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）³。（产品名称 1）的（关键组件）⁴在中国境内生产。（产品名称 1）的（关键工序）⁵在中国境内完成。

2. （产品名称 2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称 2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称 2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称 2）的（关键工序）在中国境内完成。

.....

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期： 年 月 日

1. 产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2. 生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3. 该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4. 该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5. 该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

（3）无串通投标行为的承诺函

一、我方承诺无下列相互串通投标的情形：

1. 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；
2. 不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；
3. 不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；
4. 不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
5. 不同供应商的响应文件相互混装；
6. 不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：

1. 供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；
2. 供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；
3. 供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；
4. 属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；
5. 供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；
6. 供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；
7. 供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

供应商名称（加盖公章）：_____

法定代表人（负责人）或授权委托代理人（签字或盖章）：_____

日期：_____年____月____日

三、商务技术部分

（一）竞标函（格式）

（采购单位）：

根据贵方_____采购项目竞争性谈判文件，项目编号_____，正式授权下述签字人____（姓名）代表_____（供应商名称）提交响应文件。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

按竞争性谈判条件《项目需求和说明》，我方愿以竞标总报价人民币（大写）_____元（¥_____元）承接本项目的工作任务，合同履行期限：_____，质保期：_____，竞标有效期：_____。

1、我方同意在供应商须知规定的开标日期起遵循本响应文件，并在竞标有效期满之前均具有约束力。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

- （1）具有独立承担民事责任的能力；
- （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （5）参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

3、我方根据谈判文件的规定，承担完成合同的责任和义务。

4、我方已详细审核谈判文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

5、如果在谈判截止时间后的竞标有效期内撤回响应文件或者有其他违约行为，贵方可不退还我方的竞标保证金。

6、同意向贵方提供贵方可能要求的与本谈判有关的任何数据或资料。

7、我方完全理解贵方不一定接受最低报价的供应商为成交供应商。

8、若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

9、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的规定，知悉作为政府采购供应商应负的法律责任。

与本谈判有关的正式通讯地址为：

供应商名称：_____

地址：_____ 邮政编码：_____

电话、电报、传真或电传：_____

开户名称：_____

项目名称：八步区桂岭中心卫生院彩色多普勒诊断仪采购项目（重）

项目编号：HZZC2026-J1-020041-QHZX

开户银行：_____

帐号：_____

法定代表人（负责人）或委托代理人（签字或盖章）：_____

供应商盖公章：_____

日期：_____

注：未按照本竞标函要求填报的竞标函将被视为非实质性响应。

项目名称：八步区桂岭中心卫生院彩色多普勒诊断仪采购项目（重）

项目编号：HZZC2026-J1-020041-QHZX

（二）竞标函附录（格式）

项目名称：_____

项目编号：_____

序号	项目	内容	备注
1	竞标保证金	（大写）人民币_____元（小写¥_____）	
2	竞标总报价	（大写）人民币_____元（小写¥_____）	
3	合同履行期限		
4	质量标准		
5	质保期		
6	竞标有效期		
7	权利和义务	是否响应本竞争性谈判文件第四章“合同条款及格式” 相应约定：是（ ） 否（ ）	
8	项目需求	是否响应本竞争性谈判文件第七章“项目需求和说明” 相应约定：是（ ） 否（ ）	
	技术标准和要求	是否符合谈判文件第五章“技术标准和要求” 是（ ） 否（ ）	
N			

供应商名称（加盖公章）：_____

法定代表人（负责人）或授权委托代理人（签字或盖章）：_____

日期：_____年____月____日

项目名称：八步区桂岭中心卫生院彩色多普勒诊断仪采购项目（重）

项目编号：HZZC2026-J1-020041-QHZX

附表 1：竞标报价表

货币单位：人民币

序号	货物名称	品牌、型号	技术参数、性能配置	数量、单位	单价(元)	合计(元)	备注
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
...							
总计							
竞标总报价应包含货物、服务、随配附件、备品备件、工具、运抵指定交货地点、设备安装配件及附属材料、安装施工、调试验收、检测等至验收合格所发生的各种费用和售后服务、保险费、税金及其他所有成本费用的总和，直至按采购人（业主）要求安装交付使用，采购人（业主）不再支付中标价格以外的任何费用。 其他售后承诺： 1. 合同履行期限：_____。 2. 交货地点：采购人指定地点。							

供应商名称（加盖单位公章）：_____

法定代表人（负责人）或授权委托代理人签字：_____

日期：_____年____月____日

项目名称：八步区桂岭中心卫生院彩色多普勒诊断仪采购项目（重）

项目编号：HZZC2026-J1-020041-QHZX

（三）商务要求偏离表

商务偏离表（格式）

项号	采购文件商务要求	响应文件的响应情况	偏离说明
1			
2			
3			
4			

供应商名称（加盖单位公章）：_____

法定代表人（负责人）或授权委托代理人（签字或盖章）：_____

日期：_____年____月____日

注：

1. 商务偏离表由供应商对照第七章“项目需求和说明”中的“**商务条款**”部分逐条实质性响应，并作出偏离说明。
2. 偏离说明：竞标响应与采购文件商务要求相同的为无偏离，高于招标要求的为正偏离，低于招标要求的为负偏离。

（四）技术偏离表

技术偏离表

请按竞标产品的实际品牌型号及其技术参数性能（配置），逐条对应谈判文件《项目需求和说明》中的要求认真填写本表（本表适用于谈判文件《采购需求和说明》中货物技术参数及性能、配置不明确或有误以及供应商选用其他品牌型号替代等情形。若竞标产品与采购要求无偏离时，请在偏离表中填写“无偏离”； 若竞标产品优于采购要求时，请在偏离表中填写“正偏离”； 若竞标产品低于采购要求时，请在偏离表中填写“负偏离”）。

序号	货物名称	采购文件要求	竞标规格	偏离说明
.....				
N				

供应商名称（加盖单位公章）： _____

法定代表人（负责人）或授权委托代理人签字： _____

日期： _____年____月____日

项目名称：八步区桂岭中心卫生院彩色多普勒诊断仪采购项目（重）

项目编号：HZZC2026-J1-020041-QHZX

（五）售后服务承诺（格式自拟）

（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）。

项目名称：八步区桂岭中心卫生院彩色多普勒诊断仪采购项目（重）

项目编号：HZZC2026-J1-020041-QHZX

四、供应商认为需要提供的其他资料（如有）

第七章 项目需求和说明

说明：

- 1、本需求中的品牌型号、技术参数及其性能（配置）仅起参考作用，供应商可选用其他品牌型号替代，但这些替代的品牌型号要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求，否则竞标无效。
- 2、本需求中参考品牌型号及技术参数性能（配置）不明确或有误的，或供应商选用其他品牌型号替代的，请以详细、正确的品牌型号、技术参数性能（配置）同时填写竞标报价表和技术规格偏离表，否则竞标无效。
- 3、凡在“技术参数及性能（配置）要求”中表述为“标准配置”，供应商应在竞标报价表中将其标配参数详细列明，否则该竞标无效。
- 4、供应商必须自行为其竞标产品侵犯其他谈判小组或专利人的专利成果承担相应法律责任；同时，具有产品专利的谈判小组应在其响应文件中提供与其自有产品专利相关的有效证明材料，否则，不能就其产品的专利在本项目竞标过程中被侵权问题提出异议。
- 5、节能清单中的台式计算机，便携式计算机，平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机，空调机组，专用制冷、空调设备，镇流器，空调机，电热水器，普通照明用自镇流荧光灯，普通照明用双端荧光灯，电视设备，视频监控设备，便器，水嘴等品目为政府强制采购的节能产品。若采购货物含有此类产品时，谈判小组的竞标货物必须使用政府强制采购的节能产品，谈判小组在响应文件中必须提供所投产品属于现行政府强制采购节能产品的证明材料（加盖谈判小组公章），否则相应竞标无效。（证明材料可以是①“中国政府采购网”节能（节水）产品查询结果界面截图，截图上应清晰体现与本公次拟投货物品牌及型号一致的内容，或②国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书扫描件）
- 6、本项目货物不接受整机进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与竞标，如有此类产品参与竞标的做无效标处理。

一、货物技术要求：

1. 下列采购货物技术参数均不允许负偏离（包括技术参数要求中要求提供的证明材料），否则视为不响应文件要求，竞标无效；
2. 参数内要求提供相关材料的，供应商在响应文件内提供相关材料扫描件并加盖单位公章。

序号	货物名称	技术参数要求	数量	单位
1	彩色多普勒诊断仪设备	1、用途：主要用于腹部、产科、妇科、心脏、小器官、血管、泌尿、儿科、神经、急症等方面的临床诊断工	1	套

		作，具备持续升级能力，能满足开展新的临床应用需求。 2、主要技术规格及系统： 2.1 主机成像系统： 2.1.1 ▲高分辨率液晶显示器≥ 23英寸，屏幕亮度和对比度数字可调，显示器亮度可根据环境光自动调节，可上下左右任意旋转，可前后折叠。 2.1.2 ▲操作面板具备防眩光彩色触摸屏≥ 15英寸。触摸屏可独立调节角度≥ 50度。 2.1.3 触摸屏支持手势控制，可自定义≥ 7个双指手势功能。 2.1.4 控制面板全空间悬浮式调节，可同时旋转和升降，前后拉升。旋转角度 ≥ 180度，上下移动≥ 30cm。 2.1.5 多倍信号并行处理技术 2.1.6 数字化全程动态聚焦，数字化可变孔径及动态变迹，A/D≥ 12 bit。 2.1.7 数字化二维灰阶成像及M型显像单元 2.1.8 解剖M型技术≥ 3条取样线，可360度任意旋转，可在实时和冻结的二维图像上获取解剖M图像。 2.1.9 曲线解剖M型技术 2.1.10 彩色多普勒成像技术 2.1.11 彩色多普勒能量图技术 2.1.12 方向性能量图技术 2.1.13 数字化频谱多普勒显示和分析单元(包括PW、CW和HPRF) 2.1.14 智能化一键图像优化技术，自动连续优化图像，具备独立按键。可支持对二维灰阶、彩色多普勒、频谱多普勒、及造影图像的优化。 2.1.15 空间复合成像技术，支持彩色多普勒模式		
--	--	---	--	--

		2.1.16 斑点噪声抑制技术，在二维图像，造影成像模式及三维成像下可支持≥ 7档调节。 2.1.17 具备自动血流跟踪技术，可以实现ROI框位置和角度的自动优化，提供Color/Power模式下彩色血流/能量图像的实时动态优化 2.1.18 穿刺针增强技术，凸阵和线阵探头均可支持，具有双屏实时对比显示（增强前后效果），并支持自适应校正角度 2.1.19 图像放大，支持高清放大和全局放大、局部放大，放大倍数≥ 16倍；支持≥ 2种放大全屏放大模式。 2.1.20 支持线阵探头双B图像拼接 2.1.21 声功率可调，可实时显示MI/TI（TIB，TIC，TIS） 2.2 先进成像技术： 2.2.1 应变式弹性成像技术 （1）支持探头：线阵探头、腔内探头。 （2）具备组织硬度定量分析软件，支持应变、应变率和应变直方图的测量 （3）具备肿块周边组织弹性定量分析功能 （4）具备定量测量映射分析，即在组织图测量时弹性图同步测量 2.2.2 ▲剪切波弹性成像 （1）可在凸阵探头上同时实现应变式弹性及剪切波弹性成像 （2）可在线阵探头上同时实现应变式弹性及剪切波弹性成像。 （3）支持二维实时剪切波和单点式剪切波成像 （4）实时剪切波弹性成像取样框大小可调，可得到取样框内≥ 3种定量参数		
--	--	--	--	--

		(5) 实时剪切波弹性成像及二维成像双实时成像，图像布局包括上下，左右多种方式可调 (6) 同时输出以kPa和m/s为单位的组织硬度定量数据，保证临床可以使用硬度数据进行临床诊断 2.2.3 TDI组织多普勒成像 (1) TDI成像模式：彩色速度模式图、能量模式图、频谱模式图、M型模式图 (2) TDI组织多普勒定量分析软件：支持运动追踪功能；同步显示≥ 6段心肌组织运动速度曲线图 (3) TDI曲线解剖M型模式：同步显示心肌组织节段运动同步性、运动时相对比 2.2.4 内置超声教学软件，提供解剖示意图、标准超声图像，包含腹部、心脏、乳腺、甲状腺、妇科、产科等切面。同时，支持腹部及心脏各≥ 5个标准切面的自动识别。 2.3 测量和分析：(B型、M型、D型、彩色模式) 2.3.1 常规测量软件包 2.3.2 基础测量包，2B模式下支持双幅跨幅测量 2.3.3 定点测速功能，彩色多普勒模式下可同屏测量血管腔内≥ 7个任意位置的血流速度 2.3.4 半自动面积及径线测量 自动描述、测量和计算工具，可支持径、周长、面积、平均灰度、径1/ 径2、径2/ 径1 等测量结果 2.3.5 全科测量包，自动生成报告：腹部、妇科、产科、心脏、泌尿、小器官、儿科、血管等。 2.3.6 产科测量软件包：自动产科测量，要求自动测量≥ 5项胎儿发育评估指标。 2.3.7 自动NT测量 2.3.8 心脏测量软件包：心功能自动测量软件, 无需		
--	--	--	--	--

		ECG可自动识别四腔心、两腔心切面，自动识别心肌边界，并进行自动描述，无需手动选择切面和手动描记 2.3.9 腹部测量软件包：支持膀胱自动测量 2.3.10 自动肝肾比测量 一键自动肝肾器官识别，自动计算肾皮质及肝脏的灰阶比值，方便进行肝脏脂肪变的定量评估 2.3.11 小器官测量软件包，包含乳腺测量包 2.3.12 血管测量软件包：IMT血管内中膜自动测量，测量结果参数≥ 7项，具备IMT评估曲线分析。 2.3.13 支持颈动脉血管内中膜自动实时测量,自动获取6组IMT内膜厚度值,并实时更新 2.4 图像存储(电影)回放重显及病案管理单元 2.4.1 硬盘$\geq 1\text{TB}$，图像存储，电影回放：≥ 150秒 2.4.2 多种导出图像格式：动态图像、静态图像以PC格式直接导出。导出、备份图像数据资料同时，可进行实时检查，不影响检查操作 2.4.3 支持向后存储和向前存储，时间长度可预置，向后存储≥ 6分钟的电影，对剪接和编辑的电影图像可多次存储和多次编辑；图像和电影均可以实时扫描、冻结状态下直接存储，并且具有独立的存储功能键 2.4.4 原始数据处理，支持动、静态图像冻结后，最大可调节参数≥ 32项 2.5 连通性要求： 2.5.1 支持网络连接，能开放DICOM 3.0接口满足任何厂家PACS联网传输 2.5.2支持移动设备无线传输，一键传输图片到智能手机终端或PC端。支持手机等移动终端APP远程操作设备 3、系统技术参数及要求： 3.1系统通用功能：		
--	--	---	--	--

		3.1.1 ▲主机探头接口≥5个，大小一致，全激活、相互通用。 3.1.2 预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节。 3.2 探头规格 3.2.1 频率：超宽频带或变频探头，所配探头均为宽频变频探头 3.2.2 二维、谐波、彩色及频谱多普勒模式分别独立变频，≥3段； 3.2.3 电子线阵探头阵元数≥192 3.2.4 单晶体腹部凸阵探头（2.0-5.5MHz） 3.2.5 线阵探头（3.0-13.0MHz） 3.2.6 腔内探头（3-11MHz），扫描角度≥190° 3.2.7 单晶体心脏相控阵探头（2.0-4.5MHz） 3.3 二维显像主要参数： 3.3.1 成像速度：相控阵探头，18CM深度时，全视野，帧率≥57帧/秒；凸阵探头，18CM深度时，全视野，帧率≥39帧/秒 3.3.2 增益调节：B/M/D分别独立可调，≥100，可视可调步进≥1。 3.3.3 TGC：≥8段，LGC：≥8段 3.3.4 显示深度≥38cm 3.3.5 伪彩图谱：≥8种 3.3.6 最大帧率：≥600 帧/秒 3.3.7 动态范围：≥240，可视可调 3.4 频谱多普勒： 3.4.1 显示模式：脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续多普勒 3.4.2 最大测量速度：≥7.2m/s（连续多普勒速度：		
--	--	---	--	--

		≥35m/s) 3.4.3 最低测量速度：≤13.1cm/s 3.4.4 偏转角度：≥±30°（线阵探头），并支持快速角度校正 3.4.5 取样宽度及位置范围：0.5-30mm 3.4.6 零位移动：≥8级 3.4.7 实时自动包络频谱并完成频谱测量计算 3.5 彩色多普勒： 3.5.1 显示方式：包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等 3.5.2 速度标识功能，标识不同血流速度边界，观察血流分布及速度梯度 3.5.3 取样框偏转：≥±30°，取样框可根据探头血流方向自动调节 3.5.4 最大帧率：≥220 帧/秒 3.5.5 彩色增强功能：彩色多普勒能量图(PDI);组织多普勒(TDI) 3.5.6 彩色频谱自动反转：当调节彩色取样框从一侧偏转向另一侧时，系统可自动触发反转功能，保证偏转调节过程中，血管内血流颜色不变 3.6 记录装置： 3.6.1 内置一体化超声工作站：数字化储存静态及动态图像，图像支持BMP、JPG、TIFF、DCM、AVI、MP4格式直接导出。 3.6.2 内置数字录像机可用于教学，存储时间≥60分钟 3.6.3 内置USB接口≥6 3.7 外设和附件 3.7.1 支持主机一体化耦合剂加热器，耦合剂温度三		
--	--	--	--	--

项目名称：八步区桂岭中心卫生院彩色多普勒诊断仪采购项目（重）

项目编号：HZZC2026-J1-020041-QHXX

		挡可调		
		3.7.2 腔内探头放置架		
		3.7.3 背光小键盘		
		3.7.4 主机一体式LED照明灯，辅助暗室临床操作		

二、商务条款

▲报价要求	供应商应就采购需求中所有的货物和服务内容作完整唯一报价。报价指货物、服务、随配附件、备品备件、工具、运抵指定交货地点、设备安装配件及附属材料、安装施工、调试验收、检测等至验收合格所发生的各种费用和售后服务、保险费、税金及其他所有成本费用的总和。
▲合同履行期限和地点	合同履行期限：所有货物自合同签订之日起 20 日内到货并全部安装调试完毕且验收合格。 地点：采购人指定地点。
▲包装和运输	1. 成交供应商应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达采购人指定地点。 2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。 3. 成交供应商在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到采购人四十八小时前通知采购人。 4. 货物在交付采购人前发生的风险均由成交供应商负责。 5. 产品须是按厂家出厂标准配置提供的整套全新，具备正规合法经销渠道，符合国家各项有关质量标准的合格产品。相关部件及服务须满足本表中各项要求。所有设备除满足上表要求的技术参数和配置外，其余均按国家标准及生产厂家出厂标准配置，若产品在运输过程中损坏须负责调换同样产品。
▲付款条件	货物送达采购人指定地点安装且验收完成，成交供应商开具发票后一次性支付。 在项目完成且收到供应商验收申请后 5 个工作日内组织开展履约验收。对于满足合同约定支付条件的项目，在收到发票后 10 日内将资金支付到合同约定的承包人账户，不得以进行审计作为支付承包人款项的条件，不得以机构变动、人员更替、政策调整、履行内部付款流程等为由延迟付款。

▲售后服务	1、保修政策：全国联保，享受三包服务。 2、质保期：自交付验收合格之日起整机（含配件）保修期不少于 3 年。质保期内成交供应商需提供极速响应保修服务且派出技术工程师到达现场处理故障。质保期内免费上门维修、免费更换零部件；质保期满后，并提供终身维护优惠的售后服务。 3、应急服务及反应时限：在接到报修电话后维修技术人员 2 小时内响应，8 小时内做出反映并给出简单的诊断和解决方法，排除人为故障，必要时 48 小时内维修工程师必须到达现场提供维修服务。如成交供应商非产品生产厂家，产品维修售后工作由生产厂家完成的，在合同签订前需向采购人递交一份由拟投产品生产厂家的“售后服务承诺书”原件，且承诺书内容符合项目要求。 4、保修期后的优惠服务：在产品保修期满后实行跟踪服务，期间更换零件按成本免费优惠价收取，免收劳务费用。 5、定期回访：在产品售出后，采购人对产品使用情况、使用过程中出现的各类问题、收集改进意见和建议，从而更有针对性的制定措施加以整改，提供更为优质贴心的售后服务。 6、提供详细的技术方案及安装说明书，确保机器安装及使用的方便、灵活。 7、免费提供操作及维护培训，安装调试后安排医务人员相关知识和操作的培训。 8、提供 24 小时×365 天免费维修服务热线支持。每年至少提供一次维护保养，并提供保养报告单；定期的维护保养服务包括：设备的安全检查、设备清洁保养、性能测试及校准、运行状态检查等。质保期内需更换的损耗品由供应商免费提供。 9、提供中文操作手册、维护手册、维修手册、软件备份、故障代码表、备件清单、零部件、维修密码等维护维修必需的材料和信息。 10、设备应该是整套全新未使用过的、原产、原装整机的产品，符合国家各项有关质量标准制造的产品。
▲验收标准、规范	1. 验收条件及标准 （1）供应商必须按竞争性谈判文件要求、响应文件承诺提供产品，且提供的产品必须符合国家强制执行的相关质量标准要求以及产品制造厂家合格产品的出厂质量标准。

	（2）设备需全新、完好、无破损，产品到货后，采购人现场根据竞争性谈判文件要求及响应文件承诺逐条对应进行核验，技术参数中“▲”的参数供应商现场提供第三方检测机构出具的检测报告原件进行核验。必要时，采购人有权邀请国家质量监督检验部门或国家认可的第三方检测机构或第三方专业技术人员参与共同验收。如产品不满足竞争性谈判文件要求、响应文件承诺或国家强制执行的相关质量标准要求以及产品制造厂家合格产品的出厂质量标准，采购人有权不予验收，由此造成采购人的经济损失由成交供应商承担全部赔偿责任。 （3）供应商必须于供货时向采购人提供拟投医疗器械产品由行政主管部门核准资格文件、注册产品标准、产品注册时的检测检验报告书、产品彩页等资料材料，以便核实相关技术参数，否则不予验收。 （4）验收其他要求按合同条款以及政府采购相关法律法规规定执行。 2. 验收方法及方案： （1）验收方式：设备到达单位，安装、调试完毕且正常，供需双方共同确认货物性能合格；成交供应商提供的货物及服务不满足谈判文件要求验收不合格的，采购人有权解除合同，同时追究其法律责任。 （2）验收费用：验收所产生的劳务费、检验费（含抽检时可能对样品造成的物理伤害和破坏）、场保费及相关发生的全部费用均由成交人承担。 （3）交付验收应按约定的时间进行，如因采购人的原因而导致不能按时交付，将按延期时间顺延交付时间。 3. 实施和安装要求： （1）供应商必须服从甲方现场负责人的指挥，按指定地点进行安装； （2）安装过程中的所有安全保障由供应商自行负责； （3）严格按所投产品的安装规范要求进行安装，确保安全。
--	---