

政府采购合同

项目名称：灌阳县县域医共体建设项目医疗设备采购项目

项目编号：GLZC2026-G1-270022-HCGJ

标项：分标十

甲方：灌阳县人民医院（采购人）

乙方：南宁骏辉医疗器械有限公司（中标供应商）

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招、投标文件规定条款和乙方承诺、甲乙双方签订本采购合同。

第一条、合同标的、合同金额及全套技术参数

（一）标的与合同金额

项号	货物名称	生产厂家、品牌、规格型号	技术参数	数量 ①	单位	单价（元） ②	单项合计金额（元） ③=①×②
1	胃肠镜	科思明德 /VP-1000P	详见本条款 (二) 技术参数	1	台	698000	698000
合 计							698000

根据《中标通知书》的中标内容，合同的总金额为：（大写）陆拾玖万捌仟元整人民币（¥ 698000 元）

合同总价包括全部产品价，对接费用、设备软件调试、升级、改造、运维、计量检测等费用】、无缝结合、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及原有旧设备的拆除、安装、安装所需辅材、医院装修未尽事项、调试、检验、售后服务、培训、保修等，直至验收合格交付及质保期间所发生的所有费用。

（二）技术参数

项号	货物名称	招标文件 货物参数	投标响应货物参数	偏离说明
1	胃肠镜	一、主要技术参数要求：	一、主要技术参数要求：	无偏离
		1、总体要求：	1、总体响应：	无偏离
		■ 1. 主机光源采用一体式高集成设计(一体机)，采用≥5路LED光源；	■ 1. 主机光源采用一体式高集成设计(一体机)，采用5路LED光源；	无偏离
		2. 主机触控面板防泼溅；	2. 主机触控面板防泼溅；	无偏离

3. 镜体具备全防水一键带电热插拔功能，操作安全方便。	3. 镜体具备全防水一键带电热插拔功能，操作安全方便。	无偏离
2、医用内窥镜图像处理器	2、医用内窥镜图像处理器	无偏离
1. 支持 1080P 全高清视频图像输出，视频分辨率 $\geq 1920 \times 1080$ ；	1. 支持 1080P 全高清视频图像输出，视频分辨率 1920×1080 ；	无偏离
2. 视频信号采用激光传输，信号无损传输，抗干扰；	2. 视频信号采用激光传输，信号无损传输，抗干扰；	无偏离
▲3. 机身操作面板采用 ≥ 7 英寸液晶触控屏，操作界面功能按键可自定义设置；	▲3. 机身操作面板采用 8 英寸液晶触控屏，操作界面功能按键可自定义设置；	正偏离
4. 具有触控屏防误触锁屏开关；	4. 具有触控屏防误触锁屏开关；	无偏离
5. 拥有白平衡记忆功能；	5. 拥有白平衡记忆功能；	无偏离
6. 显色指数 >90 ；	6. 显色指数 90；	无偏离
7. 拥有色调调节功能，红色、蓝色、饱和度均 -9 至+9 级可调；	7. 拥有色调调节功能，红色、蓝色、饱和度均 -9 至+9 级可调；	无偏离
8. 具有图像放大功能，最大可放大至 4 倍，0.2 倍逐级放大可调，15 级可调；	8. 具有图像放大功能，最大可放大至 4 倍，0.2 倍逐级放大可调，15 级可调；	无偏离
9. 具有构造强调功能，0-9 级调节；	9. 具有构造强调功能，0-9 级调节；	无偏离
10. 具有轮廓增强功能，0-9 级调节；	10. 具有轮廓增强功能，0-9 级调节；	无偏离
11. 对比度增强低、中、高三档可调；	11. 对比度增强低、中、高三档可调；	无偏离
12. 具有自动增益（AGC）功能，能自动增强图像亮度；	12. 具有自动增益（AGC）功能，能自动增强图像亮度；	无偏离
13. 具有自动测光、峰值测光、平均测光三种测光模式；	13. 具有自动测光、峰值测光、平均测光三种测光模式；	无偏离
14. 具有内置的图像保存和高清视频录制功能，存储容量 1TB，支持图像查看、视频回放；	14. 具有内置的图像保存和高清视频录制功能，存储容量 1TB，支持图像查看、视频回放；	无偏离
▲15. 主机具有 USB2.0 和 USB3.0 接口 ≥ 4 个，可导出高清视频、病例图像；	▲15. 主机具有 USB2.0 和 USB3.0 接口 5 个，可导出高清视频、病例图像；	正偏离
16. 具有 DVI、3G-SDI、VGA、S-VIDEO、VIDEO（CVBS）等信号输出方式；	16. 具有 DVI、3G-SDI、VGA、S-VIDEO、VIDEO（CVBS）等信号输出方式；	无偏离
17. 具有画中画同屏显示功能；	17. 具有画中画同屏显示功能；	无偏离
18. 具有以太网接口，DICOM 数据传输；	18. 具有以太网接口，DICOM 数据传输；	无偏离
19. 支持白光成像和双色光谱成像模式，能更好满足早期病变的筛查；	19. 支持白光成像和双色光谱成像模式，能更好满足早期病变的筛查；	无偏离
▲20. 光源灯泡平均连续使用寿命	▲20. 光源灯泡平均连续使用寿命	正偏离

	命：≥15000 小时；	命：20000 小时；	
	21. 具有手动和自动两种调光模式；调光级别：1-19 级；	21. 具有手动和自动两种调光模式；调光级别：1-19 级；	无偏离
	22. 具有透照功能：开启透照模式后，光源以最大亮度和最小亮度闪烁输出光，可通过透照模式进行镜体位置定位；	22. 具有透照功能：开启透照模式后，光源以最大亮度和最小亮度闪烁输出光，可通过透照模式进行镜体位置定位；	无偏离
	23. 支持多用户个性化参数管理，可自定义界面及参数设置，预设账户≥20 个；	23. 支持多用户个性化参数管理，可自定义界面及参数设置，预设账户 20 个；	无偏离
	24. 主机具有水瓶吹干功能；	24. 主机具有水瓶吹干功能；	无偏离
	25. 主机支持外部视频信号输入，可使外部图像和内镜图像在同一显示器上显示。	25. 主机支持外部视频信号输入，可使外部图像和内镜图像在同一显示器上显示。	无偏离
	■26. 系统具有高兼容性。	■26. 系统具有高兼容性。	无偏离
	3、电子上消化道内窥镜	3、电子上消化道内窥镜	无偏离
	▲1. 视场角≥140°；	▲1. 视场角 145°；	正偏离
	2. 景深：2-100mm；	2. 景深：2-100mm；	无偏离
	3. 头端外径 ≤9.7mm；	3. 头端外径 9.7mm；	无偏离
	4. 插入部外径 ≤9.6mm，具有独立副送水孔道；	4. 插入部外径 9.6mm，具有独立副送水孔道；	无偏离
	5. 器械通道内径 ≥3.2mm；	5. 器械通道内径 3.2mm；	无偏离
	6. 弯曲角度：向上 210° 向下 120°，左右各 100°；	6. 弯曲角度：向上 210° 向下 120°，左右各 100°；	无偏离
	7. 插入部有效长度 ≥1050mm；	7. 插入部有效长度 1050mm；	无偏离
	8. 镜体全长 ≥1350mm；	8. 镜体全长 1350mm；	无偏离
	▲9. 镜体操作部具有 ≥4 个遥控按钮，可按需要将主机功能设置在任意按钮上；	▲9. 镜体操作部具有 5 个遥控按钮，可按需要将主机功能设置在任意按钮上；	正偏离
	10. 镜体导光部一触式插拔设计，具备带电热插拔功能，一体全密封设计，无需防水帽，可直接浸泡消毒。	10. 镜体导光部一触式插拔设计，具备带电热插拔功能，一体全密封设计，无需防水帽，可直接浸泡消毒。	无偏离
	4、电子上消化道内窥镜	4、电子上消化道内窥镜	无偏离
	▲1. 视场角常规≥140°，变焦≥90°；	▲1. 视场角常规 145°，变焦 90°；	正偏离
	2. 景深：3-100mm，变焦 1.5-2.5mm；	2. 景深：3-100mm，变焦 1.5-2.5mm；	无偏离
	3. 头端外径 ≤9.9mm；	3. 头端外径 9.9mm；	无偏离
	4. 插入部外径 ≤9.8mm，具有独立副送水孔道；	4. 插入部外径 9.8mm，具有独立副送水孔道；	无偏离
	5. 器械通道内径 ≥2.8mm；	5. 器械通道内径 2.8mm；	无偏离
	6. 弯曲角度：上≥210° 下≥90°，左右≥100°；	6. 弯曲角度：上 210° 下 90°，左右 100°；	无偏离

7. 插入部有效长度 $\geq 1050\text{mm}$;	7. 插入部有效长度 1050mm ;	无偏离
8. 图像传感器: 百万像素 CMOS 图像传感器、兼容 HDTV 全高清输出;	8. 图像传感器: 百万像素 CMOS 图像传感器、兼容 HDTV 全高清输出;	无偏离
9. 能够实现白光观察与 $\geq$ 三种以上特殊光观察;	9. 能够实现白光观察与三种以上特殊光观察;	无偏离
■10. 光学放大 ≥ 140 倍, . 支持连续放大功能, 可逐级进行放大;	■10. 光学放大 145 倍, 支持连续放大功能, 可逐级进行放大;	正偏离
12. 支持双焦点连续放大, 切换至近焦模式后可再对图像逐级进行放大;	12. 支持双焦点连续放大, 切换至近焦模式后可再对图像逐级进行放大;	无偏离
13. 镜体全长 $\geq 1350\text{mm}$;	13. 镜体全长 1350mm ;	无偏离
▲14. 镜体操作部具有 ≥ 4 个遥控按钮, 可按需要将主机功能设置在任意按钮上;	▲14. 镜体操作部具有 5 个遥控按钮, 可按需要将主机功能设置在任意按钮上;	正偏离
15. 镜体导光部一触式插拔设计, 具备带电热插拔功能, 一体全密封设计, 无需防水帽, 可直接浸泡消毒。	16. 镜体导光部一触式插拔设计, 具备带电热插拔功能, 一体全密封设计, 无需防水帽, 可直接浸泡消毒。	无偏离
5、电子下消化道内窥镜	5、电子下消化道内窥镜	无偏离
1. 视场角 $\geq 170^\circ$;	1. 视场角 170° ;	无偏离
2. 景深: 2-100mm;	2. 景深: 2-100mm;	无偏离
3. 钳道最小可视距离 $\leq 3\text{mm}$;	3. 钳道最小可视距离 3mm;	无偏离
4. 头端外径 $\leq 11.7\text{mm}$;	4. 头端外径 11.4mm;	正偏离
5. 插入部外径 $\leq 11.7\text{mm}$, 具有独立副送水孔道;	5. 插入部外径 11.7mm, 具有独立副送水孔道;	无偏离
6. 器械通道内径 $\geq 3.8\text{mm}$;	6. 器械通道内径 3.8mm;	无偏离
7. 弯曲角度: 上下各 180° , 左右各 160° ;	7. 弯曲角度: 上下各 180° , 左右各 160° ;	无偏离
8. 插入部有效长度 $\geq 1350\text{mm}$;	8. 插入部有效长度 1350mm ;	无偏离
9. 镜体全长 $\geq 1670\text{mm}$;	9. 镜体全长 1670mm;	无偏离
10. 镜体操作部具有 ≥ 4 个遥控按钮, 可按需要将主机功能设置在任意按钮上;	10. 镜体操作部具有 5 个遥控按钮, 可按需要将主机功能设置在任意按钮上;	正偏离
11. 镜体具有自适应弯曲功能, 提高插镜效率;	11. 镜体具有自适应弯曲功能, 提高插镜效率;	无偏离
12. 镜体导光部一触式插拔设计, 具备带电热插拔功能, 一体全密封设计, 无需防水帽, 可直接浸泡消毒。	12. 镜体导光部一触式插拔设计, 具备带电热插拔功能, 一体全密封设计, 无需防水帽, 可直接浸泡消毒。	无偏离
6、电子下消化道内窥镜	6、电子下消化道内窥镜	无偏离
1. 视场角 $\geq 170^\circ$;	1. 视场角 170° ;	无偏离
2. 景深: 2-100mm;	2. 景深: 2-100mm;	无偏离
3. 钳道最小可视距离 $\leq 3\text{mm}$;	3. 钳道最小可视距离 3mm;	无偏离

	4. 头端外径 $\leq 11.7\text{mm}$;	4. 头端外径 11.4mm ;	正偏离
	5. 插入部外径 $\leq 11.7\text{mm}$, 具有独立副送水孔道;	5. 插入部外径 11.7mm , 具有独立副送水孔道;	无偏离
	6. 器械通道内径 $\geq 3.8\text{mm}$;	6. 器械通道内径 3.8mm ;	无偏离
	7. 弯曲角度: 上下各 180° , 左右各 160° ;	7. 弯曲角度: 上下各 180° , 左右各 160° ;	无偏离
	8. 插入部有效长度 $\geq 1350\text{mm}$;	8. 插入部有效长度 1350mm ;	无偏离
	9. 镜体全长 $\geq 1670\text{mm}$;	9. 镜体全长 1670mm ;	无偏离
	10. 镜体操作部具有 ≥ 4 个遥控按钮, 可按需要将主机功能设置在任意按钮上;	10. 镜体操作部具有 5 个遥控按钮, 可按需要将主机功能设置在任意按钮上;	正偏离
	11. 镜体具有刚度可调和自适应弯曲功能, 具有 ≥ 4 种插入部刚度选择, 可随时调节镜身的软硬度, 提高插镜效率;	11. 镜体具有刚度可调和自适应弯曲功能, 具有 4 种插入部刚度选择, 可随时调节镜身的软硬度, 提高插镜效率;	无偏离
	12. 镜体导光部一触式插拔设计, 具备带电热插拔功能, 一体全密封设计, 无需防水帽, 可直接浸泡消毒。	12. 镜体导光部一触式插拔设计, 具备带电热插拔功能, 一体全密封设计, 无需防水帽, 可直接浸泡消毒。	无偏离
	7、医用内窥镜仪器车	7、医用内窥镜仪器车	无偏离
	1. 一键电源开关, 整体台车具有更好的绝缘性、防水性和耐腐蚀性, 安全方便可靠;	1. 一键电源开关, 整体台车具有更好的绝缘性、防水性和耐腐蚀性, 安全方便可靠;	无偏离
	2. 层板高度可根据实际需求调节;	2. 层板高度可根据实际需求调节;	无偏离
	3. 可同时支撑 2 个导光部插头;	3. 可同时支撑 2 个导光部插头;	无偏离
	4. 可同时悬挂两条内镜。	4. 可同时悬挂两条内镜。	无偏离
	8、高清医用监视器	8、高清医用监视器	无偏离
	1. 采用 27 寸高清医用监视器, 符合标准医疗显示器性能指标, 具有 16:9 比例高亮度、高清液晶显示;	1. 采用 27 寸高清医用监视器, 符合标准医疗显示器性能指标, 具有 16:9 比例高亮度、高清液晶显示;	无偏离
	2. 分辨率 $\geq 1920 \times 1080$;	2. 分辨率 1920×1080 ;	无偏离
	3. 视角: 水平 $\geq 178^\circ$, 垂直 $\geq 178^\circ$;	3. 视角: 水平 178° , 垂直 178° ;	无偏离
	9、全保三年	9、全保三年	无偏离
	二、主要配置要求: 医用内窥镜图像处理器 1 台 电子上消化道内窥镜 (治疗镜) 1 条 电子上消化道内窥镜 (光学放大镜) 1 条 电子下消化道内窥镜 (治疗型)	二、主要配置: 医用内窥镜图像处理器 1 台 电子上消化道内窥镜 (治疗镜) 1 条 电子上消化道内窥镜 (光学放大镜) 1 条 电子下消化道内窥镜 (治疗型)	无偏离

	1 条 电子下消化道内窥镜（治疗型）	1 条 电子下消化道内窥镜（治疗型）	
	1 条 高清医用监视器	1 条 高清医用监视器	
	1 台 医用内窥镜仪器车	1 台 医用内窥镜仪器车	
	1 台 内窥镜冲洗器	1 台 内窥镜冲洗器	
	1 台 高清图文工作站	1 台 高清图文工作站	
	1 台	1 台	

第二条 质量保证

1. 乙方应按投标文件承诺的货物型号、技术规格、技术参数、性能、配置、质量标准向甲方提供未经使用的全新原装产品，且在正常安装、使用 and 保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量标准。

2. 乙方提供货物的质量保证期为 3 年，自货物全部安装验收合格之日起计。在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，甲方可单方选择按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所有发生的全部费用，并赔偿甲方因此遭受的全部损失。

（2）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、贷款利息及银行手续费等），并按该退货货物总金额的 10% 向甲方支付违约金。

3. 新设备的安装必须保证与甲方的原有设备无缝对接和正常使用。

4. 乙方提供本次采购的材料为未经使用的原厂全新产品。

第三条 权利保证

1. 乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2. 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3. 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条 货物包装、运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 投标产品须是按厂家出厂标准配置提供的整套全新，具备正规合法经销渠道，符合国家各项有关质量标准的合格产品。相关部件及服务须满足本表中各项要求。所有设备除满足

上表要求的技术参数和配置外，其余均按国家标准及生产厂家出厂标准配置，若产品在运输过程中损坏须无偿调换同样产品。

第五条 交付

1. 交付时间：合同签订后 30 个工作日内；交付地点：灌阳县内甲方指定地点。
2. 乙方提供不符合招标文件、投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。
3. 乙方应将所有提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备用、备件等交付给甲方，货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

第六条 调试和验收

1. 乙方交货前应对产品做出全面的检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，验收的结果应随货物交甲方。
2. 货物安装调试完成后，甲方应在七个工作日内依据招标文件、投标文件的技术规格要求及承诺和国家有关质量标准对货物进行现场验收，验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖公章，甲乙双方各执一份。
3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。
4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。
5. 验收时乙方必须到现场，验收完毕后作出验收结果报告，验收费用由乙方负责。
6. 乙方在设备验收时须提供生产厂家或总代理商出具的针对所竞产品的售后服务承诺方案原件，并携带由行政主管部门核准的资格文件、注册产品标准、产品白皮书等资料材料，以便核实相关资质和技术参数，如无以上材料不予验收。
7. 设备验收时，乙方必须提供设备注册时的检测检验报告书；如中标产品为进口产品时，还须提供海关进口货物报关单及入境货物检验检疫证明。
8. 设备到货安装前须向甲方提供中标产品生产家或国内总代理对外公开发布的产品彩页或说明书（其中应包含有详细的技术参数）原件，甲方依此标准对中标产品按采购需求逐条核验，如参数或尺寸有不符的甲方有权不予验收，由此造成的损失由乙方负责；
9. 乙方所提供的产品必须为原装正品的、全新的、完好无破损、且为未开箱状态、符合有关质量标准的产品；设备到货安装前，乙方需提供技术白皮书、操作手册、产品彩页及检测报告等技术支持证明文件以验证投标参数的真实性，甲方现场根据招标文件要求及投标文件承诺逐条对应进行核验，核验不合格的，甲方有权终止合同执行并全部退货，同时报相关监督管理部门处理，由此造成甲方经济损失的由乙方负责承担全部赔偿责任。

第七条 安装和培训

1. 甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。
2. 乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：灌阳县人民医院。

第八条 售后服务

1. 乙方应按照国家有关法律规定和“三包”规定以及投标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在投标文件承诺的时间内到达甲方现场处理。

3. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4. 保修期为：按国家有关产品三包规定执行“三包”，质保期：整机（含配件）质保期为3年，质保期内故障时间顺延质保期。

5. 免费保修范围内。超过保修期的货物，终身维修，维修时只收部件成本费。

6. 在使用过程中若产品发生质量问题或故障，在接到采购人通知后1个小时内响应，8小时内到达故障现场处理，一般故障处理时限不超过24小时修复，同时必须提供同档次的备用机给采购人使用。

7. 售后服务服务过程中如有违反约定的情况，甲方有权扣除质保金。

第九条 税费

1. 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十条 付款方式

(1) 签订合同后30个工作日内由采购人向中标人无息支付合同总金额的30%作为预付款；

(2) 设备验收合格后30个工作日内由采购人向中标人无息支付合同总金额的67%（累计支付至合同总金额的97%）；

(3) 保修期届满且中标人已完全履行本合同项下全部质量保证及售后服务义务，中标人凭合同和《政府采购项目验收单》向采购人提出申请且经采购人书面确认无任何未决争议后，于30个工作日内向中标人无息支付合同总金额的3%（累计支付至合同总金额的100%）；

(4) 上述每笔款项支付前，中标人须按采购人财务支付规定提前向采购人开具正规合法发票。

第十一条 履约保证金

履约保证金金额：按中标金额的0%（注：履约保证金不超过政府采购合同金额的5%）。

履约保证金递交方式：银行转账、支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函等非现金方式。

履约保证金退付方式、时间及条件：由中标人向履约保证金收取单位提供《广西壮族自治区政府采购项目合同验收书》（详见桂财采〔2015〕22号），保证金收取单位在收到合格材料后5个工作日内办理退还手续（不计利息）。

履约保证金指定账户：

户名：/

开户银行：/

账号：/

第十二条 违约责任

1、乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，甲方有权拒收，乙方必须在合同约定的供货时间内更换为合格产品。若因此导致交货延迟，或更换后仍不合格的，应按本条第4款关于逾期交货的规定承担违约责任，并赔偿甲方因此遭受的全部经济损失。

2、乙方提供的货物如果侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。若甲方因此遭受损失，乙方还需全额赔偿甲方损失，包括但不限于直接、间接损失、甲方为应诉、起诉支出的律师费、案件受理费、保全费、保全保险费、鉴定费、调查取证费等。同时，甲方有权单方解除本合同。

3、因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理。

4、乙方逾期交货的，每逾期一日，应向甲方支付合同总金额1%（千分之一）的违约金，但该项违约金总额不得超过合同总金额的10%。逾期超过15日的，甲方有权单方解除本合同。合同解除后，乙方除应向甲方支付截至解除之日累计的逾期交货违约金外，还应向甲方支付合同总金额5%的违约金作为对甲方损失的赔偿。

5、乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方每次应按本合同合计金额2%向甲方支付违约金，并赔偿由此带给甲方的经济损失。同时，甲方有权自行或另行委托第三方提供售后服务，由此产生的费用及造成的损失，均由乙方承担。

6、乙方提供的货物在质保期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其他质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足另补。

7、其他违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

8、甲方因乙方违约而单方解除合同的，乙方除应全额退还甲方已付款外，还应向甲方支付合同总金额15%的违约金，并承担甲方为主张权利支出的律师费、鉴定费、保全保险费、调查取证费等费用。

第十三条 不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，乙方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十四条 合同争议解决

1、因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的任何争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决。如果协商不能解决，任何一方均有权向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

第十五条 合同生效及其它

- 1、合同经甲乙双方法定代表人（负责人）或授权代表签字并加盖双方公章后生效。
- 2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，需经甲方审批。
- 3、本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

第十六条 合同的变更、终止与转让

- 1、本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更，中止或终止。
- 2、乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

第十七条 本合同附件：

1. 乙方提供的投标（或应答）文件；
2. 售后服务承诺方案；
3. 中标通知书。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，一式陆份，具有同等法律效力，甲方肆份、乙方壹份，采购合同双方自签订之日起二个工作日内将合同原件壹份交采购代理机构存档。

甲方（公章）： 灌阳县人民医院

法定代表人签字： 谢平印

委托代理人：_____

电 话：_____ 0773-4217998


开户名称：_____


开户银行：_____

行_____

银行账号：_____

日 期：_____ 2026.7.27

乙方（公章）： 南宁骏辉医疗器械有限公司

法定代表人签字： 孔勇庆

委托代理人：_____

电 话：_____ 17878282774

开户名称：_____ 南宁骏辉医疗器械有限公司

开户银行：_____ 广西北部湾银行股份有限公司南宁市明月东支

银行账号：_____ 805477427300001

日 期：_____ 2026.7.27