

政府采购合同

合同名称：北海市中医医院数字化 X 射线摄影系统等设备采购

合同编号：12N49878426X20263404

采购人（甲方）北海市中医医院

供应商（乙方）广西恒民禄商贸有限公司

签订合同地点：北海市

签订合同时间：2026 年 7 月 24 日

目 录

一、采购合同文本	1
二、中标通知书	16
三、开标一览表	17
四、商务要求偏离表	18
五、售后服务承诺	23
六、技术要求偏离表	30
七、中小企业声明函	40

一、采购合同文本

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：____北海市中医医院____（采购人）

乙方（全称）：____广西恒民禄商贸有限公司____（投标人）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

1. 项目信息

(1) 采购项目名称：北海市中医医院数字化 X 射线摄影系统等设备采购

采购项目编号：BHJC2026-G1-990150-GXTZ

(2) 采购计划编号：BHJC2026-G1-01021-003

(3) 项目内容：

序号	标项名称	标的名称	品牌	规格型号	数量/单位	单价(元)
1	数字胃肠机 (数字化医用 X 射线透视摄影系统)	数字胃肠机 (数字化医用 X 射线透视摄影系统)	万东医疗	DRF-8C	1 台	3539000.00

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

(4) 政府采购组织形式：☐政府集中采购 ☐部门集中采购 ☒分散采购

(5) 政府采购方式：☒公开招标 ☐邀请招标 ☐竞争性谈判 ☐竞争性磋商

☐询价 ☐单一来源 ☐框架协议 ☐其他：_____

(6) 中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：☒是 ☐否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：☐是 ☒否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：☒是 ☐否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：☐是 ☒否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：☐是 ☒否

(7) 合同是否分包：☐是 ☒否

分包主要内容：_____

分包投标人/制造商名称（如投标人和制造商不同，请分别填写）：

分包投标人/制造商类型（如果投标人和制造商不同，只填写制造商类型）：

☐大型企业 ☐中型企业 ☐小微企业

☐残疾人福利性单位 ☐监狱企业 ☐其他

(8) 中标（成交）投标人是否为外商投资企业：☐是 ☒否

外商投资企业类型：☐全部由外国投资者投资 ☐部分由外国投资者投资

(9) 是否涉及进口产品：

☐是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：_____ 金额：_____

国别：_____ 品牌：_____ 规格型号：_____

☒否

(10) 是否涉及节能产品：

☐是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：_____

☐强制采购 ☐优先采购

☒否

是否涉及环境标志产品：

☐是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：_____

☐强制采购 ☐优先采购

☒否

是否涉及绿色产品：

☐是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：_____

☐强制采购 ☐优先采购

☒否

(11) 涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

☐是 ☒否 ☐不涉及

2. 合同金额

(1) 合同金额小写：_____ ¥3539000.00 _____

大写：_____ 叁佰伍拾叁万玖仟元整 _____

分包金额（如有）小写：_____ / _____

大写：_____ / _____

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

(2) 合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

☐固定总价 ☒固定单价 ☐固定费率 ☐成本补偿 ☐绩效激励 ☐其他_____

(3) 付款方式（按项目实际勾选填写）：

☐全额付款：_____（应明确一次性支付合同款项的条件）

☒分期付款：（1）第一期：合同生效以及具备实施条件后 10 个工作日内采购人向中标人支付合同款 30%作为预付款。（2）第二期：全部货物到达指定地点、安装调试并验收合格后，凭双方签署验收合格证，采购人支付至合同总金额的 97%（如中标人为中小企业的则为 100%）。（3）第三期：3 年内支付剩余 3%尾款。

☐成本补偿：_____

☐绩效激励：_____

3. 合同履行

（1）起始日期：2026 年 7 月 24 日，完成日期：2026 年 8 月 25 日。

（2）履约地点：北海市甲方指定地点

（3）履约担保：是否收取履约保证金：☒是 ☒否

收取履约保证金形式：_____

收取履约保证金金额：_____

履约担保期限：_____

（4）分期履行要求：_____

（5）风险处置措施和替代方案：_____

4. 合同验收

验收组织方式：☒自行组织 ☐委托第三方组织

验收主体：甲方

是否邀请本项目的其他投标人参加验收：☐是 ☒否

是否邀请专家参加验收：☐是 ☒否

是否邀请服务对象参加验收：☐是 ☒否

是否邀请第三方检测机构参加验收：☐是 ☒否

是否进行抽查检测：☐是，抽查比例：_____ ☒否

是否存在破坏性检测：☐是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

☐否

验收组织的其他事项：无

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/投标人提出验收申请之日起 5 个工作日内组织验收）

（3）履约验收方式：☒一次性验收

☐分期/分项验收：（应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：先进行名称、数量、品牌、型号的初步验收，再对设备的技术性能进行验收。

（5）履约验收的内容：（应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采

(6) 履约验收标准: 产品合格, 符合采购需求及投标文件承诺。

(7) 是否以采购活动中投标人提供的样品作为参考: ☐是 ☒否

(8) 履约验收其他事项: 无

5. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件, 如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义, 应按以下顺序解释:

- (1) 政府采购合同协议书及其变更、补充协议
- (2) 政府采购合同专用条款
- (3) 政府采购合同通用条款
- (4) 中标(成交)通知书
- (5) 投标(响应)文件
- (6) 采购文件
- (7) 有关技术文件, 图纸
- (8) 国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

6. 售后技术服务要求

(1) 整机质保 3 年, 自设备验收合格之日起计算。

(2) 服务响应时间: 保修期内提供 7×24 小时远程技术支持, 接到故障通知, 立即响应, 工程师 8 小时内到达仪器现场, 一般问题在 24 小时内修复, 具有重大问题或其它无法迅速解决的问题须在一周内解决或提出明确解决方案。

(3) 备品备件要求: 维修设备时更换问题部件, 并负责备件的运输, 具体包括:

- ①提供保修所需的备件供应要及时、充足。
- ②备件必须是原厂提供的未拆封原装备件。

(4) 培训条款:

由乙方或生产厂家为采购人提供使用技术培训, 使用培训为验收要件之一, 没有经过培训, 视为没能完成验收。

7. 合同生效

本合同自 甲乙双方合同签订之日起 生效。

8. 合同份数

本合同一式 陆 份, 甲方执 叁 份, 乙方执 贰 份, 代理机构壹份, 均具有同等法律效力。

合同订立时间: 2026 年 7 月 24 日

合同订立地点: 北海市

附件: 具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

甲方（采购人）北海市中医医院		乙方（投标人）广西恒民禄商贸有限公司	
单位名称（公章或合同章）		单位名称（公章或合同章）	
法定代表人 或其委托代理人（签章）		法定代表人 或其委托代理人（签章）	
		拥有者性别	
住 所	北海市新建路一号	住 所	南宁市青秀区合作路 1 号昌泰东盟园 SOHO 公寓 1 号楼二十五层 2516 号房
联 系 人	吴老师	联 系 人	武卫华
联系电话	0779-2029218	联系电话	15578126453
通信地址	北海市新建路一号	通信地址	南宁市青秀区合作路 1 号昌泰东盟园 SOHO 公寓 1 号楼二十五层 2516 号房
邮政编码	536000	邮政编码	530022
电子邮箱		电子邮箱	1419296831@qq.com
统一社会信用代码		统一社会信用代码	91450103MA5PCX266K
		开户名称	广西恒民禄商贸有限公司
		开户银行	中国工商银行股份有 限公司南宁市中越路 支行
		银行账号	2102112909100042490
注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。			

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1 合同当事人

(1) 采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向投标人购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

(2) 投标人（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

(3) 其他合同主体是指除采购人和投标人以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2 本合同下列术语应解释为：

(1) “合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

(2) “合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

(3) “货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料 and 材料等。

(4) “相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

(5) “分包”系指中标（成交）投标人按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的投标人履行合同的行

为。

(6) “联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个投标人的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【**政府采购合同专用条款**】。

(7) 其他术语解释，见【**政府采购合同专用条款**】。

2. 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3 乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

6. 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检

测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

(1) 本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

(2) 采用中华人民共和国法定计量单位。

(3) 乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

(4) 乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

(1) 乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

(2) 在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

(3) 乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

(4) 在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第 15.1 条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

(5) 乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三

人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后5个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

本项目不收取。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

- (1) 货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
- (2) 提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

(3) 在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

(4) 在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

(5) 依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

- (6) 【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1 质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

(1) 乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期

限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

(2) 如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4 其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

16. 合同变更、中止与终止

16.1 合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款 10% 的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2 合同的中止

(1) 合同履行过程中因投标人就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

(2) 合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1. 经营状况严重恶化；2. 转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3. 丧失商业信誉；4. 有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(3) 乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(4) 甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3 合同的终止

(1) 合同因有效期限届满而终止；

(2) 乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他投标人。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履行验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等,应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的,应当在变更后 3 日内及时书面通知对方,对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3 本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式,传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4 通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效,两者中以较迟之日为准。

23. 合同未尽事项

23.1 合同未尽事项见【**政府采购合同专用条款**】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

第二节 第 1.2 (6) 项	联合体具体要求	无
第二节 第 1.2 (7) 项	其他术语解释	无
第二节 第 4.4 款	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限	自知道或应当知道之日起 5 个工作日内
第二节 第 4.6 款	约定甲方承担的其他义务和责任	无
第二节 第 5.4 款	约定乙方承担的其他义务和责任	乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。
第二节 第 6.1 款	履行合同义务的顺序	甲方先履行
第二节 第 7.1 款	包装特殊要求	无
	指定现场	
第二节 第 7.2 款	运输特殊要求	无
第二节 第 7.3 款	保险要求	无
第二节 第 8.2 (1) 项	质量保证期	
第二节 第 8.2 (3) 项	货物质量缺陷 响应时间	
第二节 第 11.1 款	其他应当保密的信息	
第二节 第 12.2 款	合同价款支付时间	按协议书约定

第二节 第 13.2 款	履约保证金不予退还的情形	/
第二节 第 13.3 款	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金	/
第二节 第 14.1 (3) 项	运行监督、维修期限	
第二节 第 14.1 (5) 项	货物回收的约定	
第二节 第 14.1 (6) 项	乙方提供的其他服务	
第二节 第 15.1 款	修理、重作、更换相关具体规定	乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。乙方提供货物的质量保证期按交货验收合格之日起计（期限见《招标项目采购需求》的要求）。在保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理： （1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。 （2）贬值处理：由甲乙双方协议定价。 （3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。
第二节 第 15.2 (2) 项	迟延交货赔偿费	甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额 3‰ 违约金，但违约金累计不得超过违约货款额 5%，超过 30 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，乙方有权每日向甲方索赔延期货款额 3‰ 滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额 5%。

第二节 第 15.3 款	逾期付款利息	按银行孳息
第二节 第 15.4 款	其他违约责任	1. 乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。 2. 因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。 3. 乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同总金额 5% 向甲方支付违约金。 4. 乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从设备尾款中扣除，不足另补。 5. 其它违约行为按违约货款额 5% 收取违约金并赔偿经济损失。 6. 甲方为维护权益向乙方追偿的一切费用（包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、担保费、交通费、差旅费、鉴定费等等）均由乙方承担。
第二节 第 19.2 款	解决争议的方法	因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第<u>（2）</u>种方式解决： （1）向_____仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为_____； （2）向<u>甲方所在地</u>人民法院起诉。
第二节 第 23.1 款	其他专用条款	

二、中标通知书

中标通知书

广西恒民禄商贸有限公司：

广西同泽工程项目管理股份有限公司受采购人委托，就北海市中医医院数字化X射线摄影系统等设备采购[BH7C2026-G1-990150-GXTZ]采用公开招标方式进行采购，经评审，采购人确认，贵公司为分标2的中标供应商。中标金额为：人民币叁佰伍拾叁万玖仟元整（¥3539000.00）。

自中标通知书发出之日起25日内，与采购人签订政府采购合同。合同签订前，需按本项目采购文件和贵公司投标文件等约定拟定合同文本(合同格式见采购文件)，报我机构项目联系人确认。

1. 采购人信息

名称：北海市中医医院

地址：北海市新建路一号

联系人：吴老师

联系方式：0779-2029218

2. 采购代理机构信息

名称：广西同泽工程项目管理股份有限公司

地址：北海市海城区北京路49号桂成花园B座1602号

联系方式：陆珍花、奉云、谭晓妮、农英民，0779-2026225、0771-5590176

3. 项目联系方式

项目联系人：陆珍花、奉云、谭晓妮、农英民

电 话：0779-2026225、0771-5590176



三、开标一览表

电子投标文件

2、开标一览表

项目名称：北海市中医医院数字化X射线摄影系统等设备采购

项目编号：BHJC2026-G1-990150-GXTZ 分标：标项 2

投标人名称：广西恒民禄商贸有限公司 单位：元

序号	标的的名称	品牌	数量及 单位①	单价 ②	投标报价 ③=①×②
1	数字胃肠机（数字化医用 X 射线透视摄影系统） [医疗器械注册证产品名称： 透视摄影 X 射线机]	万东 医疗	1 台	3539000.00	3539000.00
合计金额大写：人民币 <u>叁佰伍拾叁万玖仟元整</u> （¥3539000.00）					
投标产品中，属于本国产品总值为¥3539000.00（具体明细详见附件，附表格式自拟）， 占投标产品报价的比例为 100%。					

注：

- 1. 报价一经涂改，应在涂改处加盖投标人公章或者加盖电子签章或者由法定代表人或者委托代理人签字（或者电子签名），否则其投标作无效标处理。
- 2. 招标文件中列明采购专用耗材的，应按招标文件规定的耗材量或者按耗材的常规使用量提供报价。
- 3. 如为联合体投标，“投标人名称”处必须列明联合体各方名称，并标注联合体牵头人名称，否则其投标作无效标处理。
- 4. 如为联合体投标，盖章处须加盖联合体牵头人电子签章，否则其投标作无效标处理。
- 5. 如有多分标，按分标分别提供开标一览表，否则投标无效。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）
投标人名称（电子签章）：广西恒民禄商贸有限公司
日期：2026 年 7 月 15 日

四、商务要求偏离表

电子投标文件

4、商务要求偏离表

所投分标： 2 分标

项目	招标文件商务要求	投标人的承诺	偏离说明
	交付的时间和地点	交付的时间和地点	无偏离
	1. 交付的时间：设备与配套设施自合同签订之日起 30 天内交货并安装调试完毕。	1. 交付的时间：设备与配套设施自合同签订之日起 30 天内交货并安装调试完毕。	无偏离
	2. 交付的地点（范围）：广西北海市内采购人指定地点。	2. 交付的地点（范围）：广西北海市内采购人指定地点。	无偏离
	合同签订时间 自中标通知书发出之日起 25 日内。	合同签订时间 自中标通知书发出之日起 25 日内。	无偏离
1	报价要求 投标报价是履行合同的最终价格，包括中标人在采购人指定地点交付所投产品时所产生的费用总和；包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、人工费、服务费、包装、运输、装卸、检测、试验、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、验收、保修费、所有第三方配套（机房防护、配套空调、配套 UPS、工作站等），即“交钥匙”工程等成本及利润。	报价要求 投标报价是履行合同的最终价格，包括我公司在采购人指定地点交付所投产品时所产生的费用总和；包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、人工费、服务费、包装、运输、装卸、检测、试验、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、验收、保修费、所有第三方配套（机房防护、配套空调、配套 UPS、工作站等），即“交钥匙”工程等成本及利润。	无偏离
	报价要求 投标报价是履行合同的最终价格，包括中标人在采购人指定地点交付所投产品时所产生的费用总和；包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、人工费、服务费、包装、运输、装卸、检测、试验、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、验收、保修费、所有第三方配套（机房防护、配套空调、配套 UPS、工作站等），即“交钥匙”工程等成本及利润。	报价要求 投标报价是履行合同的最终价格，包括我公司在采购人指定地点交付所投产品时所产生的费用总和；包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、人工费、服务费、包装、运输、装卸、检测、试验、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、验收、保修费、所有第三方配套（机房防护、配套空调、配套 UPS、工作站等），即“交钥匙”工程等成本及利润。	无偏离
	付款条件	付款条件	无偏离

第 7 页

1. 付款方式:	1. 付款方式:	无偏离
(1) 第一期: 合同生效以及具备实施条件后 10 个工作日内采购人向中标人支付合同款 30%作为预付款;	(1) 第一期: 合同生效以及具备实施条件后 10 个工作日内采购人向中标人支付合同款 30%作为预付款;	无偏离
(2) 第二期: 全部货物到达指定地点、安装调试并验收合格后, 凭双方签署验收合格证, 采购人支付至合同总金额的 97% (如中标人为中小企业的则为 100%)。	(2) 第二期: 全部货物到达指定地点、安装调试并验收合格后, 凭双方签署验收合格证, 采购人支付至合同总金额的 97% (如中标人为中小企业的则为 100%)。	无偏离
(3) 第三期: 3 年内支付剩余 3%尾款。	(3) 第三期: 3 年内支付剩余 3%尾款。	无偏离
2. 转账前中标人需向采购人提供合法的等额普通发票。	2. 转账前我公司向采购人提供合法的等额普通发票。	无偏离
质保期 整机质保不少于 3 年, 自设备验收合格之日起计算。	质保期 整机质保 3 年, 自设备验收合格之日起计算。	无偏离
售后服务	售后服务	无偏离
1. 保修期内提供 7×24 小时远程技术支持, 工程师 24 小时内到达仪器现场, 一般问题应在 48 小时内修复, 具有重大问题或其它无法迅速解决的问题须在一周内解决或提出明确解决方案。	1. 保修期内提供 7×24 小时远程技术支持, <u>接到故障通知, 立即响应, 工程师 8 小时内到达仪器现场, 一般问题在 24 小时内修复</u> , 具有重大问题或其它无法迅速解决的问题须在一周内解决或提出明确解决方案。	正偏离
2. 后处理软件及扫描序列终身升级。设备需支持接入医院 HIS、PACS、RIS、电子病历 (EMR) 系统, 中标人承担接口费用。	2. 后处理软件及扫描序列终身升级。设备需支持接入医院 HIS、PACS、RIS、电子病历 (EMR) 系统, 我公司承担接口费用。	无偏离
3. 设备使用年限	3. 设备使用年限	无偏离
3.1 需承诺, 在规范操作与维护条件下, 设备整机设计使用寿命不低于 10 年。	3.1 我公司承诺, 在规范操作与维护条件下, 设备整机设计使用寿命 10 年。(承诺内容详见技术文件 P113)	无偏离
3.2 须提供生命周期内的备件供应与技术支持保证。	3.2 我公司提供生命周期内的备件供应与技术支持保证。	无偏离
4. 培训与技术支持	4. 培训与技术支持	无偏离
4.1 需提供系统化的分层次培训, 包括针对工程师的设备维护培训、针对技师的规范化扫描培训、针对诊断医师的高	4.1 我公司提供系统化的分层次培训, 包括针对工程师的设备维护培训、针对技师的规范化扫描培训、针对诊断医师	无偏离

级临床及科研应用培训（如心脏、波谱、功能成像）。	的高级临床及科研应用培训（如心脏、波谱、功能成像）。	
4.2 提供多次不定期临床培训。培训时间不少于 5 个工作日的操作及维护培训，培训人数≥5 人，并提供详细的培训课程计划与教材。	4.2 提供多次不定期临床培训。培训时间 5 个工作日（含）以上的操作及维护培训，培训人数 5 人（含）以上，并提供详细的培训课程计划与教材。	无偏离
5. 系统兼容性	5. 系统兼容性	无偏离
5.1 设备须与北海市中医医院现有及新院区规划的 HIS、PACS、RIS、电子病历（EMR）系统实现互联互通与数据融合，并承担全部接口费用。	5.1 设备与北海市中医医院现有及新院区规划的 HIS、PACS、RIS、电子病历（EMR）系统实现互联互通与数据融合，并承担全部接口费用。	无偏离
5.2 支持通过标准接口与区域医疗影像平台进行数据交换。	5.2 支持通过标准接口与区域医疗影像平台进行数据交换。	无偏离
6. 开机率保证≥95%，非采购人原因的，不足一天顺延一天保修。	6. 开机率保证≥95%，非采购人原因的，不足一天顺延一天保修。	无偏离
7. 覆盖服务：物联网设备状态监控及预警：	7. 覆盖服务：物联网设备状态监控及预警：	无偏离
a) 提供基于物联网的“设备状态远程监控及预警”服务。	a) 提供基于物联网的“设备状态远程监控及预警”服务。	无偏离
b) 通过远程通讯技术，实现对设备运行状态监测，并对潜在运行风险发出预警。	b) 通过远程通讯技术，实现对设备运行状态监测，并对潜在运行风险发出预警。	无偏离
c) 确保所提供的服务符合医疗数据安全及设备远程运维的通用法规要求，确保数据传输和访问的安全性。	c) 确保所提供的服务符合医疗数据安全及设备远程运维的通用法规要求，确保数据传输和访问的安全性。	无偏离
d) 通过远程运维功能，能解决大部分潜在故障，降低设备非计划停机风险。	d) 通过远程运维功能，能解决大部分潜在故障，降低设备非计划停机风险。	无偏离
包装和运输 本项目不限制货物的运输方式，中标人提供给采购人的货物必须是全新的、未经使用过的原装产品，内外包装均需完好，符合国家各项有关质量标准制造的产品。	包装和运输 本项目不限制货物的运输方式，我公司提供给采购人的货物是全新的、未经使用过的原装产品，内外包装均需完好，符合国家各项有关质量标准制造的产品。	无偏离
保险 如一旦中标，由中标人负责所供货物的承保事宜，费用由中标人承担。	保险 我公司如一旦中标，由我公司负责所供货物的承保事宜，费用由我公司承担。	无偏离

验收标准	验收标准	无偏离
1. 验收过程中所产生的一切费用均由中标人承担。报价时应考虑相关费用。	1. 验收过程中所产生的一切费用均由我公司承担。报价时考虑相关费用。	无偏离
2. 中标人在货物验收时由采购单位对照招标文件的功能目标及技术指标全面核对检验，对所有要求出具的证明文件的原件进行核查，如不符合招标文件的技术需求及要求以及提供虚假承诺的，按相关规定做退货处理及违约处理，中标人承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。	2. 我公司在货物验收时由采购单位对照招标文件的功能目标及技术指标全面核对检验，对所有要求出具的证明文件的原件进行核查，如不符合招标文件的技术需求及要求以及提供虚假承诺的，按相关规定做退货处理及违约处理，我公司承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。	无偏离
3. 安装标准：符合我国国家有关技术规范和技术标准。	3. 安装标准：符合我国国家有关技术规范和技术标准。	无偏离
4. 招标项目有其他要求的按其要求。	4. 招标项目有其他要求的按其要求。	无偏离
进口产品说明 ☐ 本标项产品_____已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为原装进口全新产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时投标人必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。除此以外，其他货物不接受进口产品参与投标，否则作无效标处理。 ☒ 本标项货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效标处理。	进口产品说明 ☐ 本标项产品_____已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为原装进口全新产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时投标人必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。除此以外，其他货物不接受进口产品参与投标，否则作无效标处理。 ☒ 本标项货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效标处理。 我公司针对本项目提供的货物属于国产产品。	无偏离
项目质量控制措施	项目质量控制措施	无偏离
1. 设备的质量要求必须达到国家验收合格标准。	1. 设备的质量要求达到国家验收合格标准。	无偏离
2. 所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招标文件和投标文	2. 所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量与招标文件和投标文件所承	无偏离

件所承诺相一致。	诺相一致。	
3. 所提供的货物必须是全新的、未经使用过的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其各项指标均达到质量要求。	3. 所提供的货物是全新的、未经使用过的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其各项指标均达到质量要求。	无偏离
4. 使用年限：设备整机设计使用寿命不低于 10 年。	4. 使用年限：设备整机设计使用寿命 10 年。（产品铭牌证明文件：技术文件 P212）	无偏离
其他要求 中标人须提供完整的机房设计、防护检测及验收服务。	其他要求 我公司提供完整的机房设计、防护检测及验收服务。	无偏离
核心产品 数字胃肠机（数字化医用 X 射线透视摄影系统）	核心产品 数字胃肠机（数字化医用 X 射线透视摄影系统）	无偏离

注：

1. 说明：应对照招标文件“第二章 采购需求”中的“商务条款”逐条作明确的投标响应，并作出偏离说明。
2. 投标人应根据自身的承诺，对照招标文件要求在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：_____

投标人名称（电子签章）：广西恒民禄商贸有限公司

日期：2026 年 7 月 15 日



五、售后服务承诺

电子投标文件

5、售后服务承诺

（一）质保期及售后技术服务承诺

1 质保期内故障响应及解决时间承诺

1.1 7×24 小时远程技术支持响应

（1）技术支持范围

我方提供的 7×24 小时远程技术支持服务覆盖本次采购的数字化 X 射线摄影系统、数字胃肠机等医疗设备。具体支持范围包括但不限于：设备的操作使用指导、常见故障诊断与排查、软件配置问题解决及接口对接技术服务。远程支持适用于设备运行中出现的所有非硬件物理损坏类问题，确保设备稳定运行。

（2）响应机制

接到用户技术支持请求后，我方将启动标准化的响应流程。首先，客服人员将在第一时间记录用户反馈的问题详情，包括设备型号、故障现象及发生时间等关键信息。随后，根据问题类型分配至具有相应资质的技术支持工程师。在初步诊断阶段，工程师通过电话或视频会议方式与用户沟通，详细了解问题背景并提供临时解决方案。若需进一步操作，则利用远程桌面连接工具直接协助用户解决问题，整个过程确保在接收到请求后的最短时间内完成初步响应。

（3）工具与资源

为保证 7×24 小时远程技术支持的高效实施，我公司配备了多种现代化技术手段和专业人力资源。技术支持团队包含超过 300 名资深工程师，其中大部分具备多年医疗影像设备维护经验。在技术手段方面，我们将采用电话、视频会议、即时通讯工具以及专用的远程桌面连接软件进行问题处理。此外，公司在全国设有 90 多个维修中心，能够为用户提供全天候的技术保障服务。所有工程师均经过严格培训，熟悉各类医疗设备的操作规范及故障处理方法，确保为用户提供高质量的支持服务。

针对本次项目，我们还将搭建专属的技术支持资源库，其中包含本次采购设备的完整操作手册、常见问题排查指南、软件更新安装包等资料，用户可随时通过专属访问通道获取查阅，方便一线操作人员快速自主解决常见小问题。同时我们会为本次项目配备专属技

第 12 页

术支持对接群，安排对应工程师随时在线响应，进一步缩短问题沟通与处理的流转时间，保障支持服务顺利开展。

1.2 现场工程师响应时间承诺

我公司就现场工程师的响应时间作出如下郑重承诺：

（1）响应时间标准：我公司郑重承诺，在接到客户故障通知后的 8 小时之内，必定安排专业工程师抵达位于广西北海市的指定现场提供技术支持与服务。为了确保能够准时到位，我们已建立高效的内部调度流程，并对工程师团队进行合理部署，以保障即使在非工作时间收到通知，也能迅速启动响应机制。

（2）地理覆盖范围：本次服务承诺全面涵盖北海市所有行政区域，包括市区、郊区及周边乡镇。为确保响应及时性，我们将充分考虑各类可能影响现场到达时间的客观因素，例如实时交通状况、特殊天气条件以及节假日出行高峰等，并已预先制定多套应对预案与路线规划方案，以保证在复杂环境下仍能最大程度履行按时到达的承诺。

（3）应急保障措施：为切实保障上述响应时间能够有效落实，我公司将同步实施以下多项配套保障措施：

- 预先配备备用交通工具及应急出行方案，以应对可能出现的车辆故障、道路封锁等突发情况；

- 设立多层级的紧急联系人机制与 24 小时畅通的信息传递渠道，确保从故障接报到任务分派的整个过程信息无延迟、无中断；

- 定期组织工程师参加应急演练模拟培训与技能强化训练，持续提升现场问题判断与处理效率，从而在技术支持过程中实现快速诊断与解决。

1.3 一般故障解决时间承诺

针对公司就一般故障解决方案所提出的时限保证，我们现正式做出如下详细承诺与具体规划：

（一）故障范畴的界定

基于医疗设备的运行特性及其在临床环境中的应用要求，我方将一般故障的涵盖范围明确划分如下，确保全面覆盖各类常见问题：

- 1) 因操作人员使用方式不当或流程失误造成的功能异常或设备停机情况；
- 2) 涉及设备接口设置不当、软件配置参数错误或系统兼容性问题引发的功能性障碍；

3) 设备中非关键性零部件发生的损坏或失效，例如外部辅助配件、非核心功能模块、易损耗件等，且这些故障不会对整机核心功能及临床安全构成严重影响。

(二) 故障处理的时间标准

针对上述明确界定的一般性故障，我公司承诺在接到用户正式报修通知后，将立即启动快速响应机制，并在 24 小时之内完成从故障诊断到修复的全过程。我们的目标是在最短时间内排除故障，全力保障医疗设备恢复安全、稳定、高效的运行状态，最大限度降低对临床工作的影响。

(三) 标准化处理流程

为保障故障修复工作的高效性与规范性，我公司严格执行以下四步标准化作业流程：

1) 初步诊断与记录：技术支持团队通过远程连线方式，对故障现象进行初步分析与排查，明确故障类型、可能原因及相关设备信息，并建立详细的故障处理档案；

2) 备件调配与准备：如诊断确认需更换零部件，将立即从最近区域备件库中调取相应型号的合格备件，协调物流快速送达现场，确保维修资源及时到位；

3) 现场维修执行：专业工程师抵达现场后，严格依照公司统一颁发的维修技术手册进行操作，规范完成部件更换或调试工作，并实时记录维修步骤、使用配件及处理结果；

4) 功能验证与交付：维修结束后，将对设备进行全面功能测试与性能校准，确保各项指标恢复正常运行标准，随后向用户提供完整的维修报告与服务确认单据，形成闭环管理。

1.4 重大故障解决时间承诺

我公司就重大故障解决时间做出以下详细承诺，并制定明确的执行标准，以确保医疗设备的稳定运行：

(1) 故障分类与详细定义

我司高度重视医疗设备运行的稳定性与安全性，对重大故障进行了严格而清晰的分类界定。具体而言，重大故障特指可能对医院日常诊疗工作造成严重干扰或中断的紧急问题。其具体表现形式包括但不限于：核心关键部件的突发性损坏（例如成像探测器失灵、X 射线球管故障等关键硬件失效）、系统层面的全面崩溃（如设备无法正常启动或核心诊断、治疗功能完全丧失），以及任何其他直接导致整台或整套设备完全无法投入使用、严重影响临床业务流程的故障情形。

(2) 解决时间承诺及配套措施

针对以上定义的所有重大故障，我公司郑重承诺并保障：自故障确认并正式受理之时起，我们将全力以赴，调动所有可用资源，确保在一周（即七个自然日）之内彻底解决问题，并使设备全面恢复正常运行状态。在此郑重承诺之外，我公司也充分考虑到修复过程中可能遇到的、超出常规预期的特殊复杂情况。若因配件全球采购、罕见技术难题等特殊客观原因，确实无法在一周承诺期内完成修复，我们将立即启动备用方案：提供功能等效的临时替代设备或可行的临时性技术解决方案，以确保医院的关键诊疗工作和患者服务流程的连续性不受根本性影响，最大限度降低故障对医院运营造成的冲击。

（3）全面应急预案与执行机制

为确保上述承诺能高效、可靠地落地执行，我公司已建立并不断完善一套立体化、多层次的应急响应预案：

1）备品备件快速响应与全国调配机制：我公司在国内主要区域枢纽城市设立了多个高标准备品备件中心仓库，构建了覆盖全国的敏捷物流网络。对于重大故障所需的关键配件，我们承诺启动最高优先级响应，确保在 24 小时内完成从仓库紧急调拨、物流配送到抵达用户现场的全流程，为快速修复争取宝贵时间。

2）全流程透明化故障处理与跟踪机制：从医院报修、我司接报确认的那一刻起，直至故障被彻底解决、设备验收合格为止，整个处理过程将被全面纳入数字化管理。我们将通过专属的线上客户服务平台以及云端医学影像归档与通信系统（CloudPACS），对故障诊断、方案制定、人员派遣、部件更换、测试验证等每一个关键步骤进行实时、准确的记录与状态更新。同时，我司指定专人负责，定期（通常按日或根据事件进展关键节点）主动向院方相关责任部门同步处理进展，确保沟通顺畅、信息透明，让医院全程安心、放心。

1.5 故障解决进度反馈机制

为确保在故障处理过程中始终保持高透明度和顺畅沟通，现就反馈频率、沟通渠道及信息内容进行详细规划与说明如下：

（1）反馈频率设置

我们致力于打造一个高度透明的故障处理流程。为此，我们郑重承诺，将建立并严格执行每 4 小时更新一次的周期性进展反馈机制。无论故障的严重程度高低或复杂程度如何，在合同约定的质保期内，我方均将恪守固定时间节点的更新原则，按时且清晰地向北海市中医院通报最新处理进展。反馈内容将涵盖当前处理所处的具体阶段、已经采取的关键技术或管理措施、已取得的阶段性成果或效果评估，以及基于当前进展所合理推测的预计

问题解决时间。通过此种定期通报方式，力求让医院方对故障处理的每一个步骤与整体进程都充分掌握。

（2）沟通渠道规划

在故障解决过程中，为最大化保障信息传递的及时性、可达性与准确性，我方将构建并采用一套多渠道并行运作的同步反馈与沟通体系。主要的官方沟通渠道将包括：直接沟通电话热线、用于正式沟通与文件传输的电子邮件系统，以及即时性较强的即时通讯工具（例如已被广泛采用的企业微信或钉钉平台）。通过以上多通道并行互补的方式，客户方能根据自身便利，随时、便捷地主动查询或获取到关于故障处理状态的最新通报。同时，这也能保障客户与我方售后技术支持及项目团队之间，建立起一个高效、双向且无障碍的互动沟通桥梁，确保任何疑问或补充信息都能得到迅速响应。

（3）信息内容规范

为保证每一次进度反馈都具有实质价值并满足关键信息需求，我们规定每次发出的更新通报均会系统性地包含以下核心构成部分：对故障处理当前所处具体阶段的清晰描述；已具体实施的技术操作步骤或管理干预措施，并附上对这些措施已产生效果的初步评估；基于当前状况所预测的、解决问题或进入下一阶段的明确时间节点；以及紧接而来的后续行动计划或步骤安排。此外，对于判定为重大的故障事件，我们还将额外提供针对性的、详细的应急预案说明与执行情况更新，以确保客户能够对处理过程的全局，包括备用方案与风险管控，拥有全面而深入的了解。所有反馈信息的汇总、整理与正式发送，都将由指定的专人负责协调与审核，以此确保在不同渠道、不同时点所传递信息的高度一致性、完整性与权威性。

1.6 开机率保障承诺

我公司在此郑重承诺并保证如下各项核心事项，以确保采购人获得最优质的服务与保障：

（1）关于设备开机率的明确标准：

我公司承诺，所提供的设备在整机设计与制造标准上，使用寿命将严格不低于十年。在质保期内，我们确保设备的平均开机率始终维持在 95%及以上，力求通过可靠的产品性能和周到的服务，最大程度保障设备的持续稳定运行。

（2）为确保开机率目标实现所采取的具体保障措施：

为切实达成上述开机率承诺，我公司将系统性地实施以下关键保障措施：

1) 实施定期巡检制度：我们将安排专业技术人员，依据既定的周期对设备运行状态进行全面检查，旨在及时识别并排除潜在故障风险，防患于未然；

2) 推行预防性维护计划：我们将基于设备特性和运行数据，制定并执行一套科学、系统的预防性维护方案，通过主动维护有效延长设备整体使用寿命，显著降低意外故障的发生几率；

3) 优化备件库存管理体系：我们将建立并持续完善高效的备件库存系统，确保常用及关键备件储备充足、供应及时，从而大幅缩短因维修等待导致的设备停机时间。

(3) 关于未能达成开机率承诺的违约责任：

如因我公司责任（非因采购人操作不当、不可抗力等采购人原因），导致在质保期内设备开机率未达到所承诺的 95% 标准，我公司将无条件承担相应违约责任，并立即启动既定的补偿机制。具体补偿方式将包括但不限于：顺延设备的质保期限，或根据实际影响程度与采购人协商，提供其他形式合理、公允的经济或服务补偿，以弥补可能造成的损失。

2 质保期满后维修零配件优惠政策

(1) 零配件价格优惠承诺

为有效降低北海市中医医院在设备维护方面的成本支出，我方针对医院本次采购的数字胃肠机、DRF-8C 透视摄影 X 射线机及其相关配套设备，特别制定并执行以下零配件价格优惠政策：

1) 对于设备中的核心关键零配件，例如高压发生器、X 射线管组件以及平板探测器等，我方承诺提供具有市场竞争力的优惠价格；

2) 对于日常使用频率较高的常用零配件，包括但不限于高压电缆、电动限束器、操作台按钮等，同样享受相应的价格优惠待遇。

(2) 零配件供应保障

为确保北海市中医医院在设备维修与保养过程中能够及时获取所需零配件，我方已采取一系列切实有效的供应保障措施：

1) 在南宁本地专门设立备件库，常规储备常用零配件，如高压电缆与限束器等，每类至少保持 2 套库存；

2) 针对未在本地库存中储备的非标或特殊零配件，我方承诺从原生产厂家进行紧急调拨，响应时间严格控制在 48 小时以内；

3) 若遇到紧急维修需求, 相关零配件将采用航空运输等加急配送方式, 确保在 72 小时内送达医院指定地点。

(3) 零配件品质保证

我方所提供的所有零配件均保证为原厂生产的全新正品, 并严格执行以下质量控制要求:

- 1) 每一批次供应的零配件均附有原厂出具的正品认证证书及质量检测报告;
- 2) 在零配件正式安装使用前, 均会经过我方专业技术人员的严格检测与测试, 确保其完全符合国家及行业相关的质量标准与技术规范。

(4) 零配件采购便捷服务

为方便北海市中医医院高效、便捷地完成零配件采购流程, 我方特提供以下专项服务支持:

- 1) 指定专属零配件采购专员, 提供 7×24 小时全天候响应服务, 及时处理医院的采购需求;
- 2) 支持多种灵活采购方式, 包括线上渠道 (如微信咨询、电话订购) 以及线下途径 (如现场对接、技术交流);
- 3) 定期向医院推送最新零配件库存清单及价格更新通知, 便于医院实时掌握货源与行情动态;
- 4) 提供详细的采购指南与全过程技术支持, 确保医院在采购过程中操作顺畅、无后顾之忧;
- 5) 对签订协议的客户实行零配件供应优先级保障, 在库存紧张时将优先安排协议客户的订单发货。



六、技术要求偏离表

电子投标文件

技术文件

1、技术要求偏离表

所投分标： 2 分标

项号	标的的名称	技术要求	投标响应	偏离说明
1	数字胃肠机（数字化医用 X 射线透视摄影系统）	一、用途	一、用途	无偏离
		本设备主要集数字化透视、摄影、造影于一体，用于全身各部位 X 射线检查，包括：常规 DR 摄影（立位、卧位）、消化道造影（上消化道、全消化道、结肠气钡双重造影）、泌尿生殖系统造影（子宫输卵管造影、肾盂造影、尿道造影）、胆道造影（T 管造影、ERCP）、泪道造影、窦道造影等多功能成像。可一站式完成常规摄影到复杂造影成像，提升消化、妇科、泌尿、肝胆外科、急诊等科室诊疗效率。	本设备主要集数字化透视、摄影、造影于一体，用于全身各部位 X 射线检查，包括：常规 DR 摄影（立位、卧位）、消化道造影（上消化道、全消化道、结肠气钡双重造影）、泌尿生殖系统造影（子宫输卵管造影、肾盂造影、尿道造影）、胆道造影（T 管造影、ERCP）、泪道造影、窦道造影等多功能成像。可一站式完成常规摄影到复杂造影成像，提升消化、妇科、泌尿、肝胆外科、急诊等科室诊疗效率。	无偏离
		二、技术参数：	二、技术参数：	无偏离
		（一）设备名称：数字胃肠机（数字化医用 X 射线透视摄影系统）	（一）设备名称：数字胃肠机（数字化医用 X 射线透视摄影系统）	无偏离
		（二）数量：1 台	（二）数量：1 台	无偏离
		（三）设备用途：该设备应满足数字透视、数字摄影、消化系造影及	（三）设备用途：该设备应满足数字透视、数字摄影、消化系造	无偏离

第 1 页

ERCP 检查、子宫输卵管造影、数字减影成像等常规放射学诊断及治疗的需要。	影及 ERCP 检查、子宫输卵管造影、数字减影成像等常规放射学诊断及治疗的需要。	
(四) 主要部件及性能参数:	(四) 主要部件及性能参数:	无偏离
1 高压发生器	1 高压发生器	无偏离
▲1.1 高压产生方式: 高频逆变, $\geq 100\text{kHz}$	▲1.1 高压产生方式: 高频逆变, 500kHz 详见产品配置清单第 3 页 (本文文件 P203)	正偏离
▲1.2 标称电功率 $\geq 80\text{kW}$	▲1.2 标称电功率: 80kW 详见产品配置清单第 3 页 (本文文件 P203)	无偏离
1.3 最短曝光时间 $\leq 1\text{ms}$	1.3 最短曝光时间: 1ms	无偏离
1.4 透视输出电压 $\geq 111\text{kV}$	1.4 透视输出电压: 125kV 详见产品配置清单第 3 页 (本文文件 P203)	正偏离
1.5 摄影电压 $\geq 150\text{kV}$	1.5 摄影电压: 150kV	无偏离
1.6 连续透视最大电流 $\geq 10\text{mA}$	1.6 连续透视最大电流: 10mA	无偏离
1.7 脉冲透视最大电流 $\geq 20\text{mA}$	1.7 脉冲透视最大电流: 40mA 详见产品配置清单第 3 页 (本文文件 P203)	正偏离
1.8 最大管电流 $\geq 1000\text{mA}$	1.8 最大管电流: 1000mA	无偏离
1.9 透视方式: 要求具备脉冲透视以及连续透视两种方式	1.9 透视方式: 具备脉冲透视以及连续透视两种方式	无偏离
1.10 摄影方式: 要求具备点片摄影 / 直接摄影 / 连续摄影功能	1.10 摄影方式: 具备点片摄影 / 直接摄影 / 连续摄影功能	无偏离
▲1.11 点片摄影准备时间 $\leq 1.0\text{s}$	▲1.11 点片摄影准备时间: 1.0s 详见产品配置清单第 3 页 (本文文件 P203)	无偏离

			件 P203)	
	▲1.12 最大透视功率 $\geq 2.5\text{kW}$	▲1.12 最大透视功率 : 2.5kW 详见产品配置清单第 3 页 (本文 件 P203)	无偏离	
	2.X 射线管组件	2.X 射线管组件	无偏离	
	▲2.1 阳极热容量 $\geq 600\text{kHu}$	▲2.1 阳极热容量: 600kHu 详见产品配置清单第 4 页 (本文 件 P204)	无偏离	
	◆2.2 阳极转速 ≥ 9700 转/分	◆2.2 阳极转速: 10800 转/分 详见产品配置清单第 4 页 (本文 件 P204)	正偏离	
	◆2.3 焦点: 双焦点, 小焦点 $\leq 0.3\text{mm}$, 大焦点 $\leq 0.6\text{mm}$	◆2.3 焦点: 双焦点, 小焦点 0.3mm, 大焦点 0.6mm 详见产品配置清单第 4 页 (本文 件 P204)	无偏离	
	2.4 小焦点功率 $\geq 40\text{kW}$	2.4 小焦点功率: 40kW	无偏离	
	▲2.5 大焦点功率 $\geq 100\text{kW}$	▲2.5 大焦点功率: 100kW 详见产品配置清单第 4 页 (本文 件 P204)	无偏离	
	2.6 限束器类型:可自动及手动控制	2.6 限束器类型:可自动及手动控制	无偏离	
	2.7 要求具有曝光野指示灯	2.7 具有曝光野指示灯	无偏离	
	3. 升降式诊断床	3. 升降式诊断床	无偏离	
	3.1 要求床体四周均可接触患者	3.1 床体四周均可接触患者	无偏离	
	▲3.2 床体负角度旋转 ≥ 40 度	▲3.2 床体负角度旋转: 45 度 详见产品配置清单第 5 页 (本文 件 P205)	正偏离	
	◆3.3 床面横向运动范围 $\geq 25\text{cm}$	◆3.3 床面横向运动范围: 25cm 详见产品配置清单第 5 页 (本文	无偏离	

		件 P205)	
▲3.4 影像系统垂直运动范围 $\geq 130\text{cm}$	▲3.4 影像系统垂直运动范围： 145cm 详见产品配置清单第 5 页（本文 件 P205）		无偏离
3.5 影像系统覆盖范围 $\geq 160\text{cm}$	3.5 影像系统覆盖范围：160cm		无偏离
▲3.6 倾斜投照角度 $\geq \pm 45$ 度	▲3.6 倾斜投照角度： ± 45 度 详见产品配置清单第 5 页（本文 件 P205）		无偏离
▲3.7 最大 SID $\geq 150\text{cm}$	▲3.7 最大 SID：180cm 详见产品配置清单第 5 页（本文 件 P205）		正偏离
3.8 任意位置床体承重 $\geq 200\text{kg}$	3.8 任意位置床体承重：200kg		无偏离
3.9 操控方式：单一遥控杆自定义实现	3.9 操控方式：单一遥控杆自定义实现		无偏离
▲3.10 床面水平状态距地最低高度 $\leq 480\text{mm}$	▲3.10 床面水平状态距地最低高度：450mm 详见产品配置清单第 5 页（本文 件 P205）		正偏离
▲3.11 床身升降行程 $\geq 500\text{mm}$	▲3.11 床身升降行程：550mm 详见产品配置清单第 5 页（本文 件 P205）		正偏离
3.12 要求能立卧位一键自动切换	3.12 能立卧位一键自动切换		无偏离
3.13 要求具备防误碰按键	3.13 具备防误碰按键		无偏离
3.14 要求具备独立解锁按键	3.14 具备独立解锁按键		无偏离
4. 平板探测器	4. 平板探测器		无偏离
4.1 材料：非晶体硅	4.1 材料：非晶体硅		无偏离
◆4.2 像素大小 $\leq 139\mu\text{m}$	◆4.2 像素大小：139 μm 详见产品配置清单第 4 页（本文		无偏离

			件 P204)	
		4.3 空间分辨率 ≥ 3.4 lp/mm	4.3 空间分辨率 : 3.7 lp/mm 详见产品配置清单第 4 页 (本文件 P204)	正偏离
		4.4 有效视野 $\geq 17'' \times 17''$	4.4 有效视野: 17''x17''	无偏离
		4.5 视野可变 ≥ 2 视野	4.5 视野可变: 最大 430mm $\times$ 430mm 最小 5mm $\times$ 5mm 连续可调 (视野种数无限) 详见产品配置清单第 4 页 (本文件 P204)	正偏离
		4.6 最小视野 $\leq 12'' \times 12''$	4.6 最小视野 : 5mm $\times$ 5mm (约 0.19'' $\times$ 0.19'') 详见产品配置清单第 4 页 (本文件 P204)	正偏离
		◆4.7 像素矩阵 $\geq 3030 \times 3030$ pixels	◆4.7 像素矩阵 3072 x 3072 pixels 详见产品配置清单第 4 页 (本文件 P204)	正偏离
		4.8 灰阶等级 ≥ 16 bit (65,536 灰阶)	4.8 灰阶等级: 16 bit (65,536 灰阶)	无偏离
		4.9 透视分辨率: 在最大视野下, 满足以下任一条件即可: 1024 $\times$ 1024 像素矩阵时 ≥ 1.4 lp/mm; 或 1536 $\times$ 1536 像素矩阵时 ≥ 2.2 lp/mm。	4.9 透视分辨率: 在最大视野下, 满足以下任一条件即可: 1024 $\times$ 1024 像素矩阵时 : 1.4 lp/mm; 或 1536 $\times$ 1536 像素矩阵时 : 2.2 lp/mm。	无偏离
		4.10 透视分辨率 (1536 $\times$ 1536 像素矩阵下) ≥ 2.2 lp/mm	4.10 透视分辨率 (1536 $\times$ 1536 像素矩阵下) : 2.2 lp/mm	无偏离
		5. 数字化影像系统	5. 数字化影像系统	无偏离
		5.1 CPU ≥ 3.0 GHz	5.1 CPU: 3.0 GHz	无偏离

5.2 内存≥8G	5.2 内存：8G	无偏离
5.3 主机操作系统：Windows 10 或同等性能以上	5.3 主机操作系统：Windows 10	无偏离
◆5.4 硬盘容量≥ 1000GB	◆5.4 硬盘容量：1TB（1000GB） 详见产品配置清单第 5 页（本文件 P205）	无偏离
5.5 脉冲透视≥25 fps（最大）	5.5 脉冲透视：25 fps（最大）	无偏离
5.6 序列摄影帧频 ≥4 fps（最大）	5.6 序列摄影帧频：4 fps（最大）	无偏离
5.7 要求具有虚拟限束器	5.7 具有虚拟限束器	无偏离
5.8 透视图像记录≥15s	5.8 透视图像记录 15s	无偏离
5.9 要求具备末帧图像保持 (LIH)	5.9 具备末帧图像保持 (LIH)	无偏离
◆5.10 要求具有多种临床采集程序协议，消化道检查，胰胆管检查，输卵管检查等不少于 6 种图像处理功能	◆5.10 具有多种临床采集程序协议，消化道检查，胰胆管检查，输卵管检查等 6 种图像处理功能 详见产品配置清单第 6 页（本文件 P206）	无偏离
6.1 要求具有直方图计算	6.1 具有直方图计算	无偏离
6.2 要求具有窗宽窗位调节	6.2 具有窗宽窗位调节	无偏离
6.3 要求能黑/白反转	6.3 能黑/白反转	无偏离
6.4 要求具有图像缩放功能	6.4 具有图像缩放功能	无偏离
6.5 要求能 ROI 调节	6.5 能 ROI 调节	无偏离
6.6 要求能水平/垂直翻转	6.6 能水平/垂直翻转	无偏离
6.7 要求能图像剪切	6.7 能图像剪切	无偏离
6.8 要求能边缘增强	6.8 能边缘增强	无偏离
6.9 要求能标注功能	6.9 能标注功能	无偏离
6.10 要求能测量距离、角度	6.10 能测量距离、角度	无偏离
7. 网络功能	7. 网络功能	无偏离
7.1 要求能 DICOM 储存	7.1 能 DICOM 储存	无偏离

7.2 要求能 DICOM 打印	7.2 能 DICOM 打印	无偏离
7.3 要求能 DICOM-DVD 刻录（内置 DICOM 浏览软件）	7.3 能 DICOM-DVD 刻录（内置 DICOM 浏览软件）	无偏离
7.4 要求能 DICOM worklist	7.4 能 DICOM worklist	无偏离
8. 具备拼接功能	8. 具备拼接功能	无偏离
8.1 功能要求：一次扫描，拼接全脊柱、全下肢图像	8.1 功能要求：一次扫描，拼接全脊柱、全下肢图像	无偏离
▲8.2 最大拼接范围 $\geq 140\text{cm}$	▲8.2 最大拼接范围：165cm 详见产品配置清单第 7 页（本文件 P207）	无偏离
8.3 扫描时间 $\leq 25\text{s}$	8.3 扫描时间：25s	无偏离
8.4 拼接方式 自动拼接	8.4 拼接方式 自动拼接	无偏离
8.5 要求能可调节层位	8.5 能可调节层位	无偏离
8.6 拍摄图像 ≥ 4 张	8.6 拍摄图像：4 张	无偏离
▲9 具有动态造影、周边血管造影成像功能	▲9 具有动态造影、周边血管造影成像功能 详见产品配置清单第 7 页（本文件 P207）	无偏离
▲9.1 具有实现动态造影、周边血管造影分析功能	▲9.1 具有实现动态造影、周边血管造影分析功能 详见产品配置清单第 7 页（本文件 P207）	无偏离
▲10. 具备通过一次曝光，获得在扫描范围内的所有层面的图像	▲10. 具备通过一次曝光，获得在扫描范围内的所有层面的图像 详见产品配置清单第 7 页（本文件 P207）	无偏离
11 要求具备近台操作系统	11 具备近台操作系统	无偏离
11.1 显示器 ≥ 19 英寸单色医学专用液晶显示器	11.1 显示器：19 英寸单色医学专用液晶显示器	无偏离

11.2 要求具备曝光脚闸	11.2 具备曝光脚闸	无偏离
11.3 要求具备床体运动控制	11.3 具备床体运动控制	无偏离
12 附件要求:	12 附件要求:	无偏离
12.1 具备对讲系统	12.1 具备对讲系统	无偏离
12.2 具备旋转脚踏板	12.2 具备旋转脚踏板	无偏离
12.3 具备肩托架	12.3 具备肩托架	无偏离
三、基本配置:	三、基本配置:	无偏离
1. 高频高压发生器 $\geq 80\text{kW}$	1. 高频高压发生器:80kW	无偏离
2. X 射线管组件 ($\geq 600\text{kHU}$, 双焦点)	2. X 射线管组件 (600kHU, 双焦点)	无偏离
3. 电动限束器	3. 电动限束器	无偏离
4. 动态平板探测器 ($\geq 17 \times 17$ 英寸)	4. 动态平板探测器 (17 $\times$ 17 英寸)	无偏离
5. 全电动倾斜诊断床 (升降、可移动点片装置)	5. 全电动倾斜诊断床 (升降、可移动点片装置)	无偏离
6. 立式胸片架	6. 立式胸片架	无偏离
7. 主控工作站 (含 DICOM 3.0)	7. 主控工作站 (含 DICOM 3.0)	无偏离
8. 动态数字减影血管造影软件包拼接功能	8. 动态数字减影血管造影软件包拼接功能	无偏离
9. 断层融合功能	9. 断层融合功能	无偏离
10. 旋转脚踏板、近台操作系统	10. 旋转脚踏板、近台操作系统	无偏离
11. 对讲系统、高压电缆	11. 对讲系统、高压电缆	无偏离
12. 机房防护及配套 (铅屏蔽、防护门、防护罩、配套空调、配套采集工作站用在线式 UPS、除湿机、辐射监测仪、急救车 (推车) 等各 1 套、更衣室安装、警示标志、灯箱等)	12. 机房防护及配套 (铅屏蔽、防护门、防护罩、配套空调、配套采集工作站用在线式 UPS、除湿机、辐射监测仪、急救车 (推车) 等各 1 套、更衣室安装、警示标志、灯箱等)	无偏离
13. 胃肠独立工作站: 1 套, 配置 $\geq$	13. 胃肠独立工作站: 1 套, 配置	无偏离

19 英寸医用专用显示器	19 英寸医用专用显示器	
14. 诊断工作站≥3 套（含≥6M 医用显示器，工作站主机配置：CPU ≥6 核，内存≥16GB，硬盘≥1TB）、诊断桌椅≥3 套、成人及儿童防护用品（需符合国家防护标准要求）等。	14. 诊断工作站：3 套（含 6M 医用显示器，工作站主机配置：CPU：6 核，内存：16GB，硬盘：1TB）、诊断桌椅：3 套、成人及儿童防护用品（需符合国家防护标准要求）等。	无偏离
15. 无磁消毒机器人：1 套（可供胃肠机房及可移动使用）。	15. 无磁消毒机器人：1 套（可供胃肠机房及可移动使用）。	无偏离
16. DR-AI 模块：DR 脊柱侧弯 AI、下肢力线 AI、四肢骨折 AI 辅助诊断系统各 1 套	16. DR-AI 模块：DR 脊柱侧弯 AI、下肢力线 AI、四肢骨折 AI 辅助诊断系统各 1 套	无偏离
17. 双筒高压注射器：1 台，支持造影剂与生理盐水自动切换，具备体温加热及压力监测功能，压力范围 50-350psi	17. 双筒高压注射器：1 台，支持造影剂与生理盐水自动切换，具备体温加热及压力监测功能，压力范围 50-350psi	无偏离
18. 恒温钡剂调配仪：1 台	18. 恒温钡剂调配仪：1 台	无偏离
19. 配备给采集工作站的 UPS 1 套。	19. 配备给采集工作站的 UPS 1 套。	无偏离
20. 呼叫系统：1 套（含屏，对接本科室工作站）	20. 呼叫系统：1 套（含屏，对接本科室工作站）	无偏离
21. 机房制冷恒温设备：2 套（3 匹）	21. 机房制冷恒温设备：2 套（3 匹）	无偏离
22. 除湿机：1 台	22. 除湿机：1 台	无偏离
23. 辐射监测仪：1 台	23. 辐射监测仪：1 台	无偏离
24. 对讲监控系统：1 套（可录像，可保存≥3 个月）	24. 对讲监控系统：1 套（可录像，可保存 3 个月）	无偏离
25. 候诊室小音响：1 套	25. 候诊室小音响：1 套	无偏离
26. 抢救车（推车）及设备：1 套（含	26. 抢救车（推车）及设备：1 套	无偏离

4

- 不属于“负偏离”即为
- 电子签名： 李
- 章)： 广西恒民禄商
- 日期： 2026 年

音电子签名): 陈年瑞

章): 广西恒民禄商贸有限公司

日期: 2026年7月15日

七、中小企业声明函

电子投标文件

供应商享受中小企业扶持政策材料

中小企业声明函（货物）

本公司(联合体)郑重声明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定,本公司(联合体)参加 北海市中医医院 的 项目名称:北海市中医医院数字化X射线摄影系统等设备采购 采购活动,提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:

1. 数字胃肠机(数字化医用X射线透视摄影系统),属于 工业 行业;制造商为 北京万东医疗科技股份有限公司,从业人员 799 人,营业收入为 130838.66 万元,资产总额为 513645.09 万元,属于 中型企业;

2. (/),属于 (/) 行业;制造商为 (/),从业人员 / 人,营业收入为 / 万元,资产总额为 / 万元,属于 (中型企业、小型企业、微型企业);

.....

以上企业,不属于大企业的分支机构,不存在控股股东为大企业的情形,也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

企业名称(电子签章): 广西恒民禄商贸有限公司

日期: 2026 年 7 月 15 日

注:享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)规定的中小企业扶持政策的,采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据,无上一年度数据的新成立企业可不填报。